



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Ponte Nova, 28 de julho de 2025

Relatório Avaliação Prospectos – Material Médico Hospitalar para assistência domiciliar.

Após avaliação dos prospectos da empresa MINASFOR LTDA, pela equipe de servidores da SEMSA, concluímos que não atendem aos requisitos do Edital os seguintes itens:

Item 01 – Agulha descart. 13 x 4,5 estéril : Não apresenta dispositivo de segurança.

Item 02 – Agulha descart. 20 x 5,5 estéril: Não apresenta dispositivo de segurança.

Item 03 – Agulha descart. 25 x 6 estéril: Não apresenta dispositivo de segurança.

Item 04 – Agulha descart. 25 x 7 estéril : Não apresenta dispositivo de segurança.

Item 05 – Agulha descart. 25 x 8 estéril: Não apresenta dispositivo de segurança.

Item 06 – Agulha descart 40 x 12 estéril: Não apresenta dispositivo de segurança.

Rodrigo Castro Silva

Chefe de Departamento da Atenção Primária

Marina Bellico Coelho Faraci

Chefe de Departamento de Rede Assistencial



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9693-FB16-4AA0-D487

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RODRIGO CASTRO SILVA (CPF 079.XXX.XXX-61) em 28/07/2025 15:22:12 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARINA BELLICO COELHO FARACI (CPF 100.XXX.XXX-40) em 28/07/2025 15:23:30 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/9693-FB16-4AA0-D487>