



Memorando 2- 5.655/2025

De: Rodrigo S. - SEMSA - DAP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/07/2025 às 11:22:02

Setores envolvidos:

SEMSA - CA, SEMSA - DAP, SEMSA - DRA, SEMSA

Material Médico Hospitalar

Segue para assinar

—

Rodrigo Castro Silva

Chefe de Departamento da Atenção Primária

Anexos:

Bramed_Comercio_Hospitalar_do_Brasil_LTDA.pdf



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Ponte Nova, 29 de julho de 2025

Relatório Avaliação Prospectos – Material Médico Hospitalar para assistência domiciliar.

Após avaliação dos prospectos da empresa Bramed Comercio Hospitalar do Brasil LTDA, pela equipe de servidores da SEMSA, concluímos que atendem aos requisitos do Edital os seguintes itens:

Item 01 – Agulha descart. 13 x 4,5 estéril : Atende a descrição solicitado no edital. Produto apresenta bisel trifacetado, esterilizado por óxido de etileno, siliconizada, com dispositivo de segurança. Atestado pelo INMETRO , regulamentado pelo disposto na RDC 687/2022.

Item 03 – Agulha descart. 25 x 6 estéril: Atende a descrição solicitado no edital. Produto apresenta bisel trifacetado, esterilizado por óxido de etileno, siliconizada, com dispositivo de segurança. Atestado pelo INMETRO , regulamentado pelo disposto na RDC 687/2022.

Item 04 – Agulha descart. 25 x 7 estéril : Atende a descrição solicitado no edital. Produto apresenta bisel trifacetado, esterilizado por óxido de etileno, siliconizada, com dispositivo de segurança. Atestado pelo INMETRO , regulamentado pelo disposto na RDC 687/2022.

Item 05 – Agulha descart. 25 x 8 estéril: Atende a descrição solicitado no edital. Produto apresenta bisel trifacetado, esterilizado por óxido de etileno, siliconizada, com tampa plástica e dispositivo de segurança. Atestado pelo INMETRO , regulamentado pelo disposto na RDC 687/2022.

Item 06 – Agulha descart 40 x 12 estéril: Atende a descrição solicitado no edital. Produto apresenta bisel trifacetado, esterilizado por óxido de etileno, siliconizada, com dispositivo de segurança. Atestado pelo INMETRO , regulamentado pelo disposto na RDC 687/2022.

Rodrigo Castro Silva
Chefe de Departamento da Atenção Primária



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1639-B73D-71B0-7EB3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RODRIGO CASTRO SILVA (CPF 079.XXX.XXX-61) em 29/07/2025 11:22:43 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/1639-B73D-71B0-7EB3>