



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Ponte Nova, 07 de julho de 2025

Relatório Avaliação Prospectos – Material Médico Hospitalar para assistência domiciliar.

Após avaliação dos prospectos da empresa Cofarminas Comércio, pela equipe de servidores da SEMSA, concluímos que atendem aos requisitos do Edital os seguintes itens:

Item 10 - Atadura de crepom tamanho 30cm: Atende a descrição solicitado no edital. Contém 13 fios, 30x1,180, cor clara, contendo 12 unidades.

Item 11 - Compressa cirúrgica 7,5cm x 7,5cm estéril: Atende a descrição solicitada no edital. Contém 13fios/cm² 7,5cmx7,5cm, 15cmx30cm, 100% algodão, produto estéril; 8 camadas, 5 dobras.

Rodrigo Castro Silva
Chefe de Departamento da Atenção Primária

Anna Christina de Paiva Gonçalves
Coordenadora Almoxarifado

Marina Bellico Coelho Faraci
Chefe de Departamento de Rede Assistencial

Lidiane de Jesus Bento
Enfermeira ESF Esplanada



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Ponte Nova, 07 de julho de 2025

Relatório Avaliação Prospectos – Material Médico Hospitalar para assistência domiciliar.

Após avaliação dos prospectos da empresa Curamax, pela equipe de servidores da SEMSA, concluímos que atendem aos requisitos do Edital os seguintes itens:

Item 21 – Sonda uretral nº 6: Atende a descrição solicitado no edital. Produto composta de tubo em PVC, atóxica, flexível, transparente.

Item 22 – Sonda uretral nº 8: Atende a descrição solicitado no edital. Produto composta de tubo em PVC, atóxica, flexível, transparente.

Item 24 – Sonda uretral nº 12: Atende a descrição solicitado no edital. Produto composta de tubo em PVC, atóxica, flexível, transparente.

Item 25 – Sonda uretral nº 14: Atende a descrição solicitado no edital. Produto composta de tubo em PVC, atóxica, flexível, transparente.

Rodrigo Castro Silva
Chefe de Departamento da Atenção Primária

Anna Christina de Paiva Gonçalves
Coordenadora Almoxarifado

Marina Bellico Coelho Faraci
Chefe de Departamento de Rede Assistencial



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Lidiane de Jesus Bento
Enfermeira ESF Esplanada



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Ponte Nova, 07 de julho de 2025

Relatório Avaliação Prospectos – Material Médico Hospitalar para assistência domiciliar.

Após avaliação dos prospectos da empresa Emenali Medical, pela equipe de servidores da SEMSA, concluímos que atendem aos requisitos do Edital os seguintes itens:

Item 16 – Sonda de aspiração traqueal com válvula nº6: Atende a descrição solicitado no edital. Produto composta de tubo em PVC, atóxica, flexível.

Item 17 – Sonda de aspiração traqueal com válvula nº8: Atende a descrição solicitado no edital. Produto composta de tubo em PVC, atóxica, flexível.

Item 19 – Sonda de aspiração traqueal com válvula nº12: Atende a descrição solicitado no edital. Produto composta de tubo em PVC, atóxica, flexível.

Item 20 – Sonda de aspiração traqueal com válvula nº14: Atende a descrição solicitado no edital. Produto composta de tubo em PVC, atóxica, flexível.

Rodrigo Castro Silva
Chefe de Departamento da Atenção Primária

Anna Christina de Paiva Gonçalves
Coordenadora Almoxarifado

Marina Bellico Coelho Faraci
Chefe de Departamento de Rede Assistencial



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Lidiane de Jesus Bento
Enfermeira ESF Esplanada



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Ponte Nova, 07 de julho de 2025

Relatório Avaliação Prospectos – Material Médico Hospitalar para assistência domiciliar.

Após avaliação dos prospectos da empresa M.N.P. Custódio Comércio, pela equipe de servidores da SEMSA, concluímos que atendem aos requisitos do Edital os seguintes itens:

Item 01 – Agulha descart. 13 x 4,5 estéril : Atende a descrição solicitado no edital. Produto apresenta bisel trifacetado, esterilizado por óxido de etileno, siliconizada, com tampa plástica e dispositivo de segurança de acordo com NR32.

Item 02 – Agulha descart. 20 x 5,5 estéril: Atende a descrição solicitado no edital. Produto apresenta bisel trifacetado, esterilizado por óxido de etileno, siliconizada, com tampa plástica e dispositivo de segurança de acordo com NR32.

Item 03 – Agulha descart. 25 x 6 estéril: Atende a descrição solicitado no edital. Produto apresenta bisel trifacetado, esterilizado por óxido de etileno, siliconizada, com tampa plástica e dispositivo de segurança de acordo com NR32.

Item 04 – Agulha descart. 25 x 7 estéril : Atende a descrição solicitado no edital. Produto apresenta bisel trifacetado, esterilizado por óxido de etileno, siliconizada, com tampa plástica e dispositivo de segurança de acordo com NR32.

Item 05 – Agulha descart. 25 x 8 estéril: Atende a descrição solicitado no edital. Produto apresenta bisel trifacetado, esterilizado por óxido de etileno, siliconizada, com tampa plástica e dispositivo de segurança de acordo com NR32.

Item 06 – Agulha descart 40 x 12 estéril: Atende a descrição solicitado no edital. Produto apresenta bisel trifacetado, esterilizado por óxido de etileno, siliconizada, com tampa plástica e dispositivo de segurança de acordo com NR32.

Rodrigo Castro Silva
Chefe de Departamento da Atenção Primária



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Anna Christina de Paiva Gonçalves
Coordenadora Almoxarifado

Marina Bellico Coelho Faraci
Chefe de Departamento de Rede Assistencial

Lidiane de Jesus Bento
Enfermeira ESF Esplanada



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Ponte Nova, 07 de julho de 2025

Relatório Avaliação Prospectos – Material Médico Hospitalar para assistência domiciliar.

Após avaliação dos prospectos da empresa SOMA MG Produtos Hospitalares LTDA, pela equipe de servidores da SEMSA, concluímos que atente aos requisitos do Edital o seguinte item:

Item 09 – Atadura de crepom tamanho 15cm: Atende a descrição solicitado no edital. Descritivo apresentados próximo do edital, dimensões 15x1,80 , macia, elástica e resistente, 13 fios, atendendo a demanda da Secretaria de Saúde.

Rodrigo Castro Silva
Chefe de Departamento da Atenção Primária

Anna Christina de Paiva Gonçalves
Coordenadora Almoxarifado

Marina Bellico Coelho Faraci
Chefe de Departamento de Rede Assistencial

Lidiane de Jesus Bento
Enfermeira ESF Esplanada



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6D55-5F58-9A3E-1978

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RODRIGO CASTRO SILVA (CPF 079.XXX.XXX-61) em 07/07/2025 10:27:19 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LIDIANE DE JESUS BENTO LANA (CPF 052.XXX.XXX-40) em 07/07/2025 10:29:21 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANNA CHRISTINA DE PAIVA GONCALVES (CPF 422.XXX.XXX-34) em 07/07/2025 10:46:16
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARINA BELLICO COELHO FARACI (CPF 100.XXX.XXX-40) em 07/07/2025 11:23:48 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/6D55-5F58-9A3E-1978>