



## Memorando 1- 5.110/2025

---

**De:** Marina F. - SEMSA - DRA

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 07/07/2025 às 12:05:10

**Setores envolvidos:**

SEMSA - CA, SEMSA - DAP, SEMSA - DRA, SEMSA

### Material médico hosp para assist domiciliar

Segue análises para avaliação e assinatura

—

**Marina Bellico Coelho Faraci**

*CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REDE ASSISTENCIAL*

**Anexos:**

ALMED\_07\_25.pdf

DCR\_SANTOS\_07\_25.pdf

DENTAL\_07\_25.pdf

MINASFOR\_07\_25.pdf



PREFEITURA DE  
**PONTE NOVA**  
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA**

Ponte Nova, 07 de Julho de 2025

Relatório Avaliação Prospectos- Material Médico Hospitalar para assistência domiciliar

Após avaliação dos prospectos da empresa ALMED LTDA, pela equipe de servidores da SEMSA, concluímos que atendem aos requisitos do Edital os seguintes itens:

ITEM 7 –ATADURA DE CREPOM TAMANHO 8 cm - O produto ofertado atende aos requisitos do termo de referência. Produto confeccionado com composição 100% algodão, 13 fios/cm<sup>3</sup>, 8 cm de largura x 1,8 m de comprimento.

ITEM 8 –ATADURA DE CREPOM TAMANHO 12 cm- O produto ofertado atende aos requisitos do termo de referência. Produto confeccionado com composição 100% algodão, 13 fios/cm<sup>3</sup>, 8 cm de largura x 1,8 m de comprimento.

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Castro Silva Chefe de Departamento da Atenção Primária

\_\_\_\_\_  
Anna Christina de Paiva Gonçalves Coordenadora Almoxarifado

\_\_\_\_\_  
Marina Bellico Coelho Faraci Chefe de Departamento de Rede Assistencial

\_\_\_\_\_  
Lidiane de Jesus Bento Enfermeira ESF Esplanada



PREFEITURA DE  
**PONTE NOVA**  
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA**

Ponte Nova, 07 de Julho de 2025

Relatório Avaliação Prospectos- Material Médico Hospitalar para assistência domiciliar.

Após avaliação dos prospectos da empresa DCR SANTOS LTDA (DISTRÍ-ALL), pela equipe de servidores da SEMSA, concluímos que:

ITEM 18- SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 10 - O produto ofertado atende aos requisitos do termo de referência. A Sonda é confeccionada por tubo PVC atóxico, estéril, descartável, livre de látex, produto registrado na ANVISA.

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Castro Silva Chefe de Departamento da Atenção Primária

\_\_\_\_\_  
Anna Christina de Paiva Gonçalves Coordenadora Almoxarifado

\_\_\_\_\_  
Marina Bellico Coelho Faraci Chefe de Departamento de Rede Assistencial

\_\_\_\_\_  
Lidiane de Jesus Bento Enfermeira ESF Esplanada



PREFEITURA DE  
**PONTE NOVA**  
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA**

Ponte Nova, 07 de Julho de 2025

Relatório Avaliação Prospectos- Material Médico Hospitalar para assistência domiciliar.

Após avaliação dos prospectos da empresa DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA, pela equipe de servidores da SEMSA, concluímos que:

ITEM 14- FRASCO PARA NUTRIÇÃO DE DIETA- O produto ofertado pela empresa **NÃO** atende aos requisitos do Termo de Referência, visto que:

- 1- Consta na proposta catálogo/ prospecto especificação técnica de capacidade de 300 mL, sendo que o termo de referência exige capacidade mínima de 500 mL;
- 2- Na proposta catálogo/ prospecto apresentada pela empresa a escala volumétrica graduada é de 100 em 100 mL e o termo de referência especifica graduação a cada 50 mL.

ITEM 23- SONDA URETRAL nº 10- O produto ofertado pela empresa **atende** aos requisitos do Termo de Referência.

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Castro Silva Chefe de Departamento da Atenção Primária

\_\_\_\_\_  
Anna Christina de Paiva Gonçalves Coordenadora Almoxarifado

\_\_\_\_\_  
Marina Bellico Coelho Faraci Chefe de Departamento de Rede Assistencial

\_\_\_\_\_  
Lidiane de Jesus Bento Enfermeira ESF Esplanada



PREFEITURA DE  
**PONTE NOVA**  
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA**

Ponte Nova, 07 de Julho de 2025

Relatório Avaliação Prospectos- Material Médico Hospitalar para assistência domiciliar.

Após avaliação dos prospectos da empresa MINASFOR, pela equipe de servidores da SEMSA, concluímos que:

ITEM 12- COMPRESSA CIRÚRGICA 7,5 CM X 7,5 CM- O produto ofertado pela empresa Minasfor Ltda **NÃO** atende aos requisitos do Termo de Referência, pois consta na proposta catálogo/ prospecto especificação técnica de:

- 1- Densidade de 09 fios, sendo que o termo de referência é de 11 fios p/ cm<sup>2</sup>;
- 2- 1 pacote com 150 g de peso , contradizendo a especificação do termo de referência que consta peso mínimo de 400 g;

ITEM 15- GAZE TIPO QUEIJO 91 cm X 91 m- O produto ofertado atende aos requisitos do Termo de Referência, visto que o tecido é fabricado com 100% algodão, 91 cm x 91 m, 11 fio.

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Castro Silva Chefe de Departamento da Atenção Primária

\_\_\_\_\_  
Anna Christina de Paiva Gonçalves Coordenadora Almoxarifado

\_\_\_\_\_  
Marina Bellico Coelho Faraci Chefe de Departamento de Rede Assistencial

\_\_\_\_\_  
Lidiane de Jesus Bento Enfermeira ESF Esplanada



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 24E8-A581-A568-44AC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RODRIGO CASTRO SILVA (CPF 079.XXX.XXX-61) em 07/07/2025 12:11:52 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANNA CHRISTINA DE PAIVA GONCALVES (CPF 422.XXX.XXX-34) em 07/07/2025 12:13:33 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LIDIANE DE JESUS BENTO LANA (CPF 052.XXX.XXX-40) em 07/07/2025 12:33:28 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARINA BELLICO COELHO FARACI (CPF 100.XXX.XXX-40) em 07/07/2025 12:34:03 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E8-A581-A568-44AC>