

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90041/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato , Tipo: Dobrável , Diâmetro: Diâmetro Entre 5,0 E 5,4 MM, Constante: Constante Superior A 118,0 , Grau: Grau Entre 10 A 11° DPT, Peça: Peça Única , Câmara: Câmara Posterior , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 514 **Quantidade Mínima Cotada:** 514

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (514)

2 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato , Tipo: Dobrável , Diâmetro: Diâmetro Entre 5,0 E 5,4 MM, Constante: Constante Superior A 118,0 , Grau: Grau Entre 10 A 11° DPT, Peça: Peça Única , Câmara: Câmara Posterior , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (46)

3 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 17,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (40)

4 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 17,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (20)

5 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,5 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 17,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (40)

6 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,75 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 17,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (40)

7 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,25 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (20)

8 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,5 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (30)

9 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato , Tipo: Dobrável , Tipo Óptico: Biconvexa , Diâmetro: Diâmetro Entre 6,0 E 6,4 MM, Constante: Constante Superior A 118 , Grau: Grau Entre 10 A 11° DPT, Fixação: C/ Alça , Peça: Peça Única , Câmara: Câmara Posterior , Filtro: C/ Filtro , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: C/ Sistema Implante Pré Carregado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1174 **Quantidade Mínima Cotada:** 1174

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1174)

10 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato , Tipo: Dobrável , Tipo Óptico: Biconvexa , Diâmetro: Diâmetro Entre 6,0 E 6,4 MM, Constante: Constante Superior A 118 , Grau: Grau Entre 10 A 11° DPT, Fixação: C/ Alça , Peça: Peça Única , Câmara: Câmara Posterior , Filtro: C/ Filtro , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: C/ Sistema Implante Pré Carregado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106 **Quantidade Mínima Cotada:** 106

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (106)

11 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato , Tipo: Dobrável , Diâmetro: Diâmetro Entre 6,0 E 6,4 MM, Constante: Constante Superior A 118,0 , Grau: Grau Entre 5 A 6° DPT, Peça: Peça Única , Câmara: Câmara Posterior , Filtro: Filtro Ultra Violeta , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 679 **Quantidade Mínima Cotada:** 679

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,50

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (679)

12 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato , Tipo: Dobrável , Diâmetro: Diâmetro Entre 6,0 E 6,4 MM, Constante: Constante Superior A 118,0 , Grau: Grau Entre 5 A 6° DPT, Peça: Peça Única , Câmara: Câmara Posterior , Filtro: Filtro Ultra Violeta , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,50

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (61)

13 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,5 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 17,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (20)

14 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,75 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 17,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (20)

15 - Trefina / trepano oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: C/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,25 MM, Adicional: C/ Seringa E Extensor , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 17,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (20)

16 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 17,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (20)

17 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,25 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 17,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (20)

18 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,5 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 17,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (10)

19 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,75 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 17,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (10)

20 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 9,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 17,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (10)