

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90109/2025-002 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cadeira de rodas			
Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Removível, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 160KG			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00			
Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (13)			

2 - Carro aço inox para curativo			
Descrição Detalhada: Carro Aço Inox Para Curativo Tipo Estrutura: Estrutura Tubular E Tampos Em Aço Inox, Tipo Rodízio: Rodízios 3", Acessórios: Com Balde E Bacia Acoplados, Medida: 45 X 75 X 80CM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada:	24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00			
Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (24)			

3 - Biombo			
Descrição Detalhada: Biombo Material: Madeira, Quantidade Módulos: 3UN, Largura Módulo: 40CM, Espessura Módulo: 2CM, Altura Módulo: 1,70CM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (10)			

4 - Maca clínica			
Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Obeso, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Comprimento: Até 1,90M, Largura: Cerca De 0,80M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 300KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Pára Choque Emborrachado, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 120,00			
Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (6)			

5 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Manivelas Escamoteáveis, Acabamento Das Rodas: Roda De Borracha, Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 4 Rodízios_Diagonais, Comprimento: Até 2,00 M, Largura: Cerca De 1,00 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 250 KG, Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 170,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (2)

6 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Obeso, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Comprimento: Até 1,90M, Largura: Cerca De 0,80M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 300KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Pára Choque Emborrachado, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 170,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (28)

7 - Medidor

Descrição Detalhada: Medidor Uso Médico Tipo: Pressão De Cuff Em Tubo Endotraqueal, Tipo Medição: Manômetro Analógico Aço, Faixa Trabalho: Graduação De 0 A 120cmh2o, Características Adicionais: Monitor Integrado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (4)

8 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 6", Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 250KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (6)

9 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Led, Componentes: C/ 12 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil, Embalagem*: C/ Estojo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (16)

10 - Bicicleta horizontal uso médico

Descrição Detalhada: Bicicleta Horizontal Exercícios Reabilitação Física Modelo: Cicloergômetro Computadorizado, Portátil, Aplicação: P/ Braço E Perna, Uso No Leito, Tipo Pintura: Eletrostática, Base Articulável E Regulável, Tipo Pannel: Tela Ajuste Digital, Tipo Medição: Simetria, Tônus, Força, Ajuste: Treino Passivo, Ativo E Assistido, Acessórios: Peseira, Manopla, C/ Sustentação Membros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (12)

11 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Acionamento: Elétrico, Material Da Estrutura: Aço Inoxidável, Base Do Leito: Leito Estrado Articulado, Tipo Grade: Grades Laterais Deslizantes, Tipo Cabeceira / Peseira: Cabeceira E Peseira Em Poliuretano Removíveis, Pés: Pés C/ Rodízios E Travas, Dimensões: Cerca De 80 X 170CM, Carga Mínima: 80KG, Acessórios: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1)

12 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Acionamento: Elétrico, Material Da Estrutura: Aço Inoxidável, Base Do Leito: Leito Estrado Articulado, Tipo Grade: Grades Laterais Deslizantes, Tipo Cabeceira / Peseira: Cabeceira E Peseira Em Poliuretano Removíveis, Pés: Pés C/ Rodízios E Travas, Dimensões: Cerca De 80 X 170CM, Carga Mínima: 80KG, Acessórios: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (12)

13 - Intensificador de imagem uso radiológico

Descrição Detalhada: Intensificador De Imagem Uso Radiologico Componentes: Arco Cirúrgico, Fluoroscopia Contínua E Pulsada, Tipo Foco: Radiografia Digital, Exposição Direta, Angulação: Subtração Digital, Frequência Mínima 6 Imagens/Seg, Medidor: Visualização Positiva/Negativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 9.000,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1)

14 - Suporte saco hamper

Descrição Detalhada: Suporte Saco Hamper Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Polido, Altura: 80CM, Características Adicionais: Com Tripé/3 Rodízios/Fundo E Tampa De Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (24)

15 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena, Componentes: C/ 6 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (6)

16 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Fixa, Material Estrutura: Aço Cromado, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo Uso: Banho, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Fixo, Apoio Braço: Apoio Braços Fixos, Acabamento Do Encosto E Assento: Encosto Em Nylon, Assento Sanitário Em Plástico, Tipo De Pneu: Rodízios, Tipo Freio: C/ Freio, Apoio Pés: Plataforma P/ Pés, Capacidade Máxima: Até 120KG, Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (12)

17 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Peça De Mão / Aplicador, Aplicação: P/ Aparelho De Fototerapia, Componente: Com Filtro Óptico Intercambiável, Componente Adicional: Conexão E Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (3)

18 - Ventilador artificial eletrônico

Descrição Detalhada: Ventilador Artificial Eletrônico Modelo: Neonatal/Pediátrico/Adulto, Modos Ventilação: Vcv, Simv, Cpap, A/C, Vni, Bilevel, Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep, Características Adicionais 01: Bateria Interna, C/ Cinta Torácica, Características Adicionais 02: Tela Monitorização Gráfica, Características Adicionais 3: Tomografia De Impedância Elétrica Torácica Tie, Alarmes: Alarmes Audiovisuais, Circuitos: Com Circuitos E Filtros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.500,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (8)

19 - Equipamento Cardioversor Externo

Descrição Detalhada: Equipamento Cardioversor Externo Sincronismo: C/ Monitor De Ecg E Desfibrilador Externo, Parâmetros Mínimos: Mp Externo E Spo2, Tipo Gabinete: Tela C/ Visor Gráfico E Pás Externas, Características Técnicas: Onda Bifásica, Comando Nas Pás, Alarmes E Memória, Impressora: Com Impressora Integrada, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 150,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1)

20 - Equipamento Cardioversor Externo

Descrição Detalhada: Equipamento Cardioversor Externo Sincronismo: C/ Monitor De Ecg E Desfibrilador Externo, Parâmetros Mínimos: Mp Externo E Spo2, Tipo Gabinete: Tela C/ Visor Gráfico E Pás Externas, Características Técnicas: Onda Bifásica, Comando Nas Pás, Alarmes E Memória, Impressora: Com Impressora Integrada, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 150,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (4)

21 - Nasofibroscópio

Descrição Detalhada: Nasofibroscópio Tipo: Flexível, Angulação: 130° Para Baixo E Para Cima, Comprimento: 300MM, Diâmetro: 5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.000,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1)

22 - Citômetro de fluxo**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Citômetro De Fluxo Ajuste: Ajuste Digital, Programável, Microprocessado, Tipo: Até 15 Cores, Tipo De Análise: Até 15 Parâmetros, Detector: C/ Detector Fotomultiplicador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 9.000,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1)

23 - Aparelho fototerapia**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Aparelho Fototerapia Fonte Iluminação: C/ No Mínimo 15 Leds, Painel Controle: Painel De Controle Digital, Visor Iluminado, Suporte: Haste Articulada, C/ Altura Regulável, Pés: Rodízios C/ Travas, Aplicação: P/ Recém-Nascido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1)

24 - Aparelho fototerapia**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Aparelho Fototerapia Fonte Iluminação: C/ No Mínimo 15 Leds, Painel Controle: Painel De Controle Digital, Visor Iluminado, Suporte: Haste Articulada, C/ Altura Regulável, Pés: Rodízios C/ Travas, Aplicação: P/ Recém-Nascido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (14)

25 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Painel De Controle Digital, Tipo Alarme: Alarme Visual E Sonoro, Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água, Tipo Porta: Porta De Vidro, Características Adicionais: C/ Saída Usb, Até 7 Gavetas / Prateleiras, Tensão Alimentação: BivoltV, Capacidade: 504L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	150,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Marília/SP (1)		

26 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Digital Alta Resolução, Aplicação: Multifuncional, Conexão Sem Fio, Características Adicionais: Até 4 Transdutores Multifrequenciais, Componentes: Tela Sensível Ao Toque, Rotação De 90°, Outros Componentes: Software Armazena Dados, Relatório Personalizado, Componentes Adicionais: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	2
Quantidade Total:	2	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	2.500,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Marília/SP (2)		