

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90173/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material: Pvc Flexível, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Diâmetro Interno: 9MM, Componentes: C/ Guia Tipo Sonda, Ponta Arredondada, Aplicação: Pacientes C/ Variações Anatômicas, Outros Componentes: Asa Ajustável C/ Anel Rosqueado, Características Adicionais: Conector Padrão, C/ Balão De Baixa Pressão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (50)

2 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 180CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530 **Quantidade Mínima Cotada:** 530

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,95

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (530)

3 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Tipo: Insuflador, Capacidade Seringa: 20 MI, Capacidade: Pressão Máxima 30atm, Características Adicionais: Trava Com Alavanca Rápido Destravamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (750)

4 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Pvc Radiopaco, Diâmetro: Cerca 4 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520 **Quantidade Mínima Cotada:** 520

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (520)

5 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Pvc Radiopaco, Diâmetro: Cerca 4 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (600)

6 - Equipó De Transfusão De Hemocomponentes

Descrição Detalhada: Equipó De Transfusão De Hemocomponentes Material: Pvc Transparente, Tipo: Gravitacional, 1 Vía, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Câmara Dupla, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Até 180 Cm, Conector Paciente: Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000

Quantidade Mínima Cotada: 20000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (20000)

7 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: P, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720

Quantidade Mínima Cotada: 720

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (720)

8 - Fio De Sutura S/ Agulha

Descrição Detalhada: Fio De Sutura S/ Agulha Material: Aço Inoxidável, Modelo: Monofilamentar, Diâmetro: 0 / 1-0, Comprimento: 3 X Cerca De 60CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1440

Quantidade Mínima Cotada: 1440

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,56

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1440)

9 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia P/ Captura Êmbolos, Tipo Uso: Proteção Distal, Tipo Material: Liga De Níquel E Titânio, Calibre Interno: Compatível C/ Guia 0,014", Comprimento: 300CM, Componente: Filtro Distal De 3 A 7mm, Componente I: Poros 100microns, Característica Adicional: Montado Em Fio Guia, Aplicação: Angioplastia, Componentes Adicionais: Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 660

Quantidade Mínima Cotada: 660

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,44

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (660)

10 - Cateter p/ intervenção

Descrição Detalhada: Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia, Tipo Material: Polímero Aramado, Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática, Calibre Externo: Cerca De 6FRENCH, Comprimento: Cerca De 100CM, Aplicação: Angiográfico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,24

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1500)

11 - Cateter p/ intervenção

Descrição Detalhada: Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia, Tipo Material: Polímero Aramado, Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática, Calibre Externo: Cerca De 6FRENCH, Comprimento: Cerca De 100CM, Aplicação: Angiográfico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1900

Quantidade Mínima Cotada: 1900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,24

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1900)

12 - Papel para impressão - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Papel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar Material: Termosensível, Modelo: Milimetrado, Dimensões: Cerca 110MM, Apresentação: Bobina, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (320)

13 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso, Tipo Implante: Inserção Periférica, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 1 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 20CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Componente: Kit Introdutor Completo, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,50

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (400)