

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 300CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,20

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (300)

2 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 300CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,20

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (20)

3 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão De Contraste Aplicação: P/ Contraste Radiológico, Número Vias: Espiralado, Via Única, Material: Pvc, Comprimento: Cerca De 150CM, Tipo Conector: Conectores Luer Lock, Características Adicionais: Baixa Pressão, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba Injetora

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (800)

4 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão De Contraste Aplicação: P/ Contraste Radiológico, Número Vias: Espiralado, Via Única, Material: Pvc, Comprimento: Cerca De 150CM, Tipo Conector: Conectores Luer Lock, Características Adicionais: Baixa Pressão, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba Injetora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 660 **Quantidade Mínima Cotada:** 660

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (660)

5 - Cateter p/ intervenção

Descrição Detalhada: Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia, Tipo Material: Polímero Aramado, Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática, Calibre Externo: Cerca De 6FRENCH, Comprimento: Cerca De 100CM, Aplicação: Angiográfico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,40

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1500)

6 - Cateter p/ intervenção

Descrição Detalhada: Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia, Tipo Material: Polímero Aramado, Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática, Calibre Externo: Cerca De 6FRENCH, Comprimento: Cerca De 100CM, Aplicação: Angiográfico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1900

Quantidade Mínima Cotada: 1900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,40

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1900)