

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90095/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Mesa auxiliar hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Comprimento Tampo: 60CM, Largura Tampo: 40CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1)

2 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Obeso, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Comprimento: Até 1,90M, Largura: Cerca De 0,80M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 300KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Pára Choque Emborrachado, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (11)

3 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 50POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (7)

4 - Cama Hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Modelo: Elétrica, Tipo De Acionamento: Comando Digital, Capacidade De Carga Máxima: Acima De 251 Kg, Material Estrutura: Base Metálica, Dimensão Total (L X C): Cerca De 100 X 210 Cm, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retráteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Removível, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 300,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (30)

5 - Peça Equipamento Médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Cabeça, Função: P/ Peça De Mão, Compatível: Compatível C/ Serra Sagital, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3.000,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1)

6 - Cadeira De Rodas Manual Para Locomoção

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Manual Para Locomoção Modelo Construtivo: Dobrável, Material Da Estrutura: Aço Carbono C/ Revestimento, Rodas Dianteiras: Rodízios, Pneu Maciço, Rodas Traseiras: Rodas, Pneu Maciço, Freios: C/ Travas, Assento: Impermeável, Encosto Dorsal: Fixo, Apoio De Braços: Fixo, Apoio De Pés: Móvel, Capacidade: Acima De 201KG, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (6)

7 - Bicicleta horizontal

Descrição Detalhada: Bicicleta Horizontal Exercícios Reabilitação Física Aplicação: Para Mecanoterapia, Tipo Pintura: Pintura Eletrostática, Tipo Assento / Encosto: Assento E Encosto Estofado C/Regulagem Para Pernas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (12)

8 - Detector fetal

Descrição Detalhada: Detector Fetal Tipo: De Mesa, Ajuste*: Ajuste Mecânico, Visor Digital, Botão De Controle, Material: Gabinete Metálico, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200BPM, Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Outros Componentes: Entrada Auxiliar, Adicionais: Fone Ouvido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (8)

9 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Acionamento: Elétrico, Material Da Estrutura: Aço Inoxidável, Base Do Leito: Leito Estrado Articulado, Tipo Grade: Grades Laterais Deslizantes, Tipo Cabeceira / Peseira: Cabeceira E Peseira Em Poliuretano Removíveis, Pés: Pés C/ Rodízios E Travas, Dimensões: Cerca De 80 X 170CM, Carga Mínima: 80KG, Acessórios: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (13)

10 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado/Modular, Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta Resolução, Características Adicionais: Conectividade De Rede, Componentes: Alarmes, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores, Uso: De Neonatal A Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (3)

11 - Balcão térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 112CM, Largura: 60CM, Altura: 125,5CM, Componentes: Cubas, Características Adicionais: Cor: Cinza , Tensão Elétrica: 127 V Ou 220 V, Quantidade Recipiente: 6 CubasUN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1)

12 - Carro transporte materiais

Descrição Detalhada: Carro Transporte Materiais - Área De Saúde Material Estrutura: Aço Inoxidável, Quantidade Prateleiras: 2 Prateleiras, Comprimento: 100CM, Largura: 50CM, Altura: 80CM, Acessórios: P/Serviços,Reforçado,C/4 Rodas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (4)

13 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Poliestireno Sintetizado, Aplicação: Filtragem De Água, Características Adicionais: Vazão 1200 L/H, Entrada 3,4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1)

14 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Funcionamento: Gás, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: 40x40, Queimadores Duplos, 3 Acendedores Laterais, Quantidade Bocas: 6UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (4)

15 - Equipamento Cardioversor Externo

Descrição Detalhada: Equipamento Cardioversor Externo Sincronismo: C/ Monitor De Ecg E Desfibrilador Externo, Parâmetros Mínimos: Mp Externo E Spo2, Tipo Gabinete: Tela C/ Visor Gráfico E Pás Externas, Características Técnicas: Onda Bifásica, Comando Nas Pás, Alarmes E Memória, Impressora: Com Impressora Integrada, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (5)

16 - Eletroencefalógrafo

Descrição Detalhada: Eletroencefalógrafo Modelo: Laptop, Headbox, Número De Canais: Mínimo 22, Resolução Dos Dados: Mínimo 12 Bits, Taxa De Amostragem: Até 200 Pontos/Seg, Parâmetros Mínimos: Spo2, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Componente: Software Básico, Tipo Hardware: Sistema Operacional Compatível, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 800,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (2)

17 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Características Adicionais: Videolaringoscópio C/ Tela Lcd Colorida, Tipo Lâmpada: C/ Fonte De Luz, Componentes: C/ Encaixe Para Lâmina Descartável, Material 1: Metálico, Componentes Adicionais: C/Cabo, Tamanho Cabo: Adulto, Características Adicionais*: À Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (7)

18 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Vertical, Capacidade: 500L, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Temperatura Operação: Até -86°C, Tensão Alimentação: 100/220V, Características Adicionais: Gabinete Interno Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1)

19 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Painel De Controle Digital, Tipo Alarme: Alarme Visual E Sonoro, Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água, Tipo Porta: Porta De Vidro, Características Adicionais: C/ Saída Usb, Até 7 Gavetas / Prateleiras, Tensão Alimentação: BivoltV, Capacidade: 504L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (1)