

ESP-HOSP. CLIN FAC. MED. MARILIA - HC FAMEMA

Estudo Técnico Preliminar 162/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 144.00008672/2026-11

2. Da Elaboração do ETP

2.1. Documento elaborado no Sistema ETP Digital, disponível no Portal Compras.gov.br do Governo Federal, conforme orientações do Manual disponibilizado em 08/02/2024 pela Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo no seguinte endereço eletrônico: <https://compras.sp.gov.br/agente-publico/capacitacao/>.

2.2. Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) analisa a demanda referente ao Documento de Formalização de Demanda (DFD) que compõe o processo.

2.3. Este documento foi elaborado atendendo ao Decreto Estadual nº 68.017, de 11 de outubro de 2023, e estabelece os aspectos para a contratação e a sua viabilidade.

2.4. A presente contratação encontra respaldo institucional conforme designação da Equipe de Planejamento da Contratação publicada no PNCP Id pca PNCP 24082016000159-0-000001/2026 - HCFAMEMA.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Hemocentro	Airton Hirochi Iwamoto

4. Descrição da necessidade

4.1. Justifico a necessidade da aquisição de **INSUMOS PARA DETERMINAÇÃO DE BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE COMODATO**, itens padronizados e estocáveis necessários à continuidade da produção dos exames de análises clínicas, triagem e controle de qualidade desenvolvidos no HEMOCENTRO da Autarquia HCFAMEMA. Trata esta requisição de renovação do procedimento licitatório com a finalidade de manutenção dos níveis de estoques suficientes, conforme o critério técnico baseado no histórico de consumo médio mensal por produto. A necessidade foi informada por meio de requisição(ões) interna(s) do setor técnico competente, que apontou (aram) a insuficiência de saldo em estoque do(s) referido(s) item(ns), o que poderá levar ao desabastecimento e prejudicar a continuidade dos serviços de saúde prestados.

4.2. Trata-se esta requisição para procedimento licitatório com a finalidade de manutenção dos níveis de estoques suficientes utilizados nos procedimentos, destinados ao processamento automatizado de exames laboratoriais de bioquímica e imunologia, essenciais ao suporte diagnóstico e à triagem de doadores e pacientes atendidos no HEMOCENTRO. Estes exames e procedimentos enquadram-se no desenvolvimento das ações pertinentes ao cumprimento da missão institucional, sendo esta: formar profissionais comprometidos com as necessidades de saúde das pessoas, integrando ensino-aprendizagem, pesquisa e assistência. A assistência refere-se ao atendimento prestado aos 62 municípios e 1.200.000 habitantes, nos procedimentos de média e alta complexidade, ao sistema SUS. Ainda, as ações administrativas dão a estrutura de base gerencial, financeira e legal para o desenvolvimento das ações acadêmicas e assistenciais.

4.3. Os bens objeto desta contratação são de natureza comum, nos termos do Decreto Estadual nº.68.017, de 11 de outubro de 2023, pois seus padrões de qualidade e desempenho são objetivamente definidos e sua aquisição poderá ocorrer por meio de especificações usuais do mercado.

4.4. A tabela abaixo relaciona os itens que serão adquiridos e seus respectivos quantitativos e especificações técnicas:

GRUPO 01
AQUISICAO DE INSUMOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DETERMINACOES BIOQUIMICA E IMUNOLOGIA ATRAVES DE SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA OS CODIGOS:
CODIGOS DOS ITENS DO AGRUPAMENTO:
702, 716, 782, 785, 786, 787, 788, 796, 797, 798, 799, 801, 6106, 9469, 9470, 9471, 9472, 9473, 9474, 9475, 9476, 9477, 9479, 9480, 9481, 9482, 9483, 9484, 9485, 9486, 9487, 9488, 9489, 9490, 9491, 9492, 9493, 9494, 9495, 10190, 15475, 15476, 15977, 16220, 16221, 17702, 17703, 17704, 17705, 17708, 17709, 17710, 17711, 17712, 17713, 17714, 17715, 17716, 17717, 17718, 17719, 17720, 17721, 17722, 17723, 17724, 17725, 17726, 17727, 17728, 17729, 17730, 17731, 17732, 17733, 17734, 32836, 35272, 35273, 35294, 35295, 35297, 48007, 48008, 48009, 48834, 48835, 48836, 48837, 67651, 67652, 67653 E 67654.
COM CESSÃO EM COMODATO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXOS DESCRITOS:
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM CESSÃO DE COMODATO:
A) 2 (DOIS) ANALISADORES MULTIPARAMETRICO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO, QUE UTILIZAM AS TECNOLOGIAS DE QUIMICA CLINICA: TURBIDIMETRIA E/OU FOTOMETRIA E/OU QUÍMICA SECA E/OU MODULO INTEGRADO PARA ELETROLITOS E/OU IMUNOLOGICOS, PARA DETECCAO E QUANTIFICACAO DE DIVERSOS ANALITOS EM SORO, PLASMA E/OU SANGUE TOTAL; COM VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 1.300 TESTES/HORA; APRESENTANDO ACESSO RANDOMICO E PROCESSAMENTO MULTIPARAMETRICO, COM CAPACIDADE DE EXECUCAO DE AMOSTRAS DE ROTINA E DE EMERGENCIA, COM ACESSO CONTINUO DE AMOSTRAS E ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) POSIÇÕES DE REAGENTES REFRIGERADO SEM NECESSIDADE DE PARADA DO EQUIPAMENTO; PROGRAMACAO AUTOMATICA DOS PARAMETROS; SISTEMA DE OPERACAO EM AMBIENTE WINDOWS OU SIMILAR, SOFTWARE AUTOEXPLICATIVO, COM – TOUCH SCREEN - E INTERFACE BIDIRECIONAL. ACESSO REMOTO VIA MODEM, PARA DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS DE HARDWARE E SOFTWARE; IDENTIFICACAO DOS REAGENTES; POSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DE TUBOS PRIMARIOS, TUBOS DE ALIQUOTAS E ALGUNS RECIPIENTES DE ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS COM SISTEMA DE DETECCAO DE COAGULOS, BOLHAS E FIBRINAS;
*LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
02 (DUAS) UNIDADES NO HEMOCENTRO (LABORATORIO DE BIOQUIMICA)
B) 3 (TRES) ANALISADORES TOTALMENTE AUTOMATIZADO PROCESSAMENTO MULTIPARAMETRICO COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 200 TESTES/HORA, QUE UTILIZA TECNOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU QUIMICA SECA, PARA DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS ANALITOS EM SORO, PLASMA E/OU SANGUE TOTAL APRESENTANDO ACESSO RANDÔMICO E PROCESSAMENTO MULTIPARAMÉTRICO, EXECUÇÃO DE TESTES DE ROTINA E DE URGÊNCIA, CONTENDO REAGENTES CODIFICADOS E REFRIGERADOS A BORDO, PRONTOS PARA USO, FORNECENDO DADOS SOBRE NÚMERO DO LOTE, CURVAS DE CALIBRAÇÃO E DATA DE VALIDADE. CARREGADOR MÚLTIPLO DE AMOSTRAS, COM ACESSO CONTÍNUO DE AMOSTRAS, DETECÇÃO DE COÁGULOS; SISTEMA DE OPERAÇÃO WINDOWS OU SIMILAR COM SOFTWARE AUTOEXPLICATIVO, COM "TOUCH SCREEN" E INTERFACE BIDIRECIONAL. ACOMPANHADOS COM NOBREAKS;
*LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
01 (UMA) UNIDADE NO HEMOCENTRO (LABORATORIO DE IMUNOLOGIA)
02 (DUAS) UNIDADES NO HEMOCENTRO (LABORATORIO DE BIOQUIMICA)
OS EQUIPAMENTOS DE QUIMICA CLINICA E QUIMIOLUMINESCÊNCIA/ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA COM INSTALAÇÃO NO LABORATÓRIO DE BIOQUIMICA DEVEM SER EM CONJUNTO INTEGRADO
C) TODOS OS ITENS DO AGRUPAMENTO PODEM SER ATENDIDOS POR PELO MENOS UMA DAS METODOLOGIAS DOS ANALISADORES CITADOS NOS ITENS *A* E *B*: QUIMICA CLINICA E /OU TURBIDIMETRIA E/OU FOTOMETRIA E/OU QUIMICA SECA E/OU MÓDULO INTEGRADO PARA ELETROLITOS E/OU IMUNOQUIMICA E/OU IMUNOTURBIDIMETRIA E/OU QUIMIOLUMINESCENCIA E/OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA;

- D)** REALIZAR CALIBRAÇÃO DO VOLUME E/OU TEMPERATURA DOS EQUIPAMENTOS ANALISADORES COM PADRÕES COMPARAVEIS À REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO - RBC - INMETRO A CADA 06 MESES COM EMISSÃO DO CERTIFICADO;
- E)** 94% DOS REAGENTES OFERTADOS DEVERAO SER DA MARCA DO EQUIPAMENTO E PRONTOS PARA USO;
- F)** ITEM 35297 PODENDO SER ATENDIDO POR BNP OU PRO-BNP, ITEM 702 PODENDO SER COLINESTERASE OU PSEUDOCOLINESTERASE E ITEM 35295 PODENDO SER BETA-HCG OU HCG TOTAL;
- G)** O REAGENTE ITEM 32836 DEVE SER QUALIFICADO PARA A REALIZAÇÃO EM AMOSTRAS CADAVERÍCAS.
- H)** TODOS REAGENTES E INSUMOS (CONSUMÍVEIS), BEM COMO, SOROS CONTROLE PARA USO DIARIO E CALIBRADORES PARA SEREM USADOS QUANDO NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DOS TESTES RELACIONADOS (MEDIA DE CONSUMO MENSAL);
- I)** CONSIDERANDO QUE A UNIDADE DE FORNECIMENTO PARA TODOS OS ITENS CORRESPONDE A "TESTE" E QUE EXISTEM DIFERENTES FORMAS DE APRESENTAÇÃO, AS QUANTIDADES DE TESTES DOS KITS PODEM VARIAR CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO FABRICANTE, ATÉ QUE A QUANTIDADE TOTAL DO EDITAL SEJA ATENDIDA.
- DEVERÃO FORNECER:
- J)** ACESSO REMOTO, VIA MODEM, PARA DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS DE HARDWARE E SOFTWARE, PARA AGILIZAR O RETORNO DO EQUIPAMENTO À ROTINA. MANUAL DE OPERAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS;
- K)** FORNECER 3 (TRES) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA REAGENTE SUFICIENTES PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, SENDO DE PRODUÇÃO MÍNIMA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ACOMPANHADO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FILTROS QUANDO NECESSÁRIOS;
- L)** APRESENTACAO DE DECLARACAO QUE O EQUIPAMENTO TEM POSSIBILIDADE DE INTERFACEAMENTO BIDIRECIONAL COM O SISTEMA DO LABORATORIO DESENVOLVIDO PELA INSTITUICAO E QUE EXECUTARA O INTERFACEAMENTO NOS LABORATORIOS DE URGENCIA, BIOQUIMICA E IMUNOLOGIA, SEM CUSTOS, DEVENDO ESTE POSSUIR INTERFACE DE REDE PADRAO ETHERNET COM CONECTOR RJ 45 10/100 MBPS E INFORMACOES TECNICAS PARA ESSES INTERFACEAMENTOS.
- M)** FORNECER TODOS OS RECURSOS NECESSARIOS COMO LAYOUT ARQUIVO TEXTO PADRAO ASCI E EQUIPAMENTOS: 3 (TRES) COMPUTADORES, 3 (TRES) MONITORES, 3 (TRES) TECLADOS, 3 (TRES) IMPRESSORAS, 3 (TRES) LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS, 3 (TRES) MOUSES E 3 (TRES) NOBREAKS – COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 TRINTA MINUTOS).
- N)** FORNECER 1 (UMA) ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOMATIZADA PARA USO EM AMBIENTE DE LABORATÓRIO PARA CLASSIFICAR TUBOS DE AMOSTRAS EM RACKS COM BASE NA IDENTIFICAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS; IDENTIFICAR CADA TUBO E CLASSIFICÁ-LOS EM UM OU MAIS RACKS DE SAÍDA; COM CAPACIDADE DE CONECTAR-SE AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL (LIS) PARA ESTATÍSTICA E CONTROLE LABORATORIAIS. CONFIGURÁVEL PARA UMA AMPLA VARIEDADE DE RACKS DE ARMAZENAMENTO E ANALISADORES; COM NUMERO MÍNIMO DE AMOSTRAS DE 250 TUBOS POR HORA.

Código: 9468 UNIDADE SIAFISICO:1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL
1	KIT PARA DETERMINACAO; DE COLINESTERASE; ANALISE EM SORO OU PLASMA; COMPOSTO COM BUTIRILTIOCOLINA COMO SUBSTRATO; METODO CINETICO; ACOMPANHA: TAMPAO, SUBSTRATO IODETO DE S-BUTIRILTIOCOLINA E; ACIDO 5.5 _DITIOBIS-2-NITROBENZOICO OU HEXACIANO FERRATO DE POTASSIO; PODENDO SER UTILIZADO EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE BIOQUIMICA CLINICA; VALIDADE MINIMA DE 6 MESES APOS A ENTREGA; ARMAZENADO NA TEMPERATURA DE 2 A 8 GRAUS CELSIUS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NO M. S.;	338900	TES	7.600,00
	Codigo:702 Cod.SIAFISICO: 2582759 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032			
	REAGENTE PARA CAPACIDADE DE FIXACAO DE FERRO; KIT PARA DETERMINACAO DA FIXACAO LATENTE DE FERRO(UIBC/IBC/CLFFE); METODO DIRETO; METODOLOGIA FERROZINE; PARA DETERMINACAO EM SORO; EXECUCAO AUTOMATICA; PARA DETERMINACAO DE DE TESTES DE FIXACAO DE FERRO; ROTULO CONTENDO NR/LOTE,			

2	DATA/FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NO MS.; VALIDADE DO PRODUTO APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES; Codigo:716 Cod.SIAFISICO: 2154587 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333406	TES	10.000,00
3	KIT PARA DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A; KIT PARA DOSAGEM DE IGA; METODO TURBIDIMETRICO; UTILIZA COMO SUPORTE MODO DE REACAO PONTO FINAL; EXECUCAO EM AUTOMACAO; MATERIAL BIOLOGICO: SANGUE E SORO; ACOMPANHA CONTROLES E PADRAO; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES; INSTRUcoes DE USO EM LINGUA PORTUGUESA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE FISICA DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; Codigo:782 Cod.SIAFISICO: 3760090 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333401	TES	4.000,00
4	KIT PARA DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA IGG; DETERMINACAO QUANTITATIVA DE IGG; METODO IMUNOTURBIDIMETRIA; LEITURA TURBIDIMETRICO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; SORO_ OU LCR; DETERMINACAO QUANTITATIVA; NECESSITA DE CONTROLES; CALIBRADORES E PADRAO; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM 2 A 8 GRAUS; KIT CONTENDO 50 DETERMINACOES; BULA E INSTRUcoes DE USO; Codigo:785 Cod.SIAFISICO: 1208004 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333402	TES	3.600,00
5	KIT PARA DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M; KIT PARA DOSAGEM DE IGM; METODO TURBIDIMETRICO; UTILIZA COMO SUPORTE MODO DE REACAO PONTO FINAL; EXECUCAO EM AUTOMACAO; MATERIAL BIOLOGICO: SANGUE E SORO; ACOMPANHA CONTROLES E PADRAO; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES; INSTRUcoes DE USO EM LINGUA PORTUGUESA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE FISICA DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; Codigo:786 Cod.SIAFISICO: 3758737 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333403	TES	4.000,00
6	KIT PARA DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3; DETERMINACAO DE COMPLEMENTO C3; IMUNOTURBIDIMETRIA; LEITURA TURBIDIMETRICA; EXECUCAO AUTOMATICA; SORO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA CONTROLE; ACOMPANHA CALIBRADOR; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES; INTEGRAL; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM 2 A 8 C; KIT CONTENDO ATE 50 TESTES; ACOMPANHA BULA; DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; NR. DO LOTE, DATA DE VALIDADE/FABRICACAO E PROCEDENCIA; Codigo:787 Cod.SIAFISICO: 698717 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333399	TES	3.000,00
7	KIT PARA DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4; QUANTITATIVO; METODO IMUNOTURBIDIMETRICO; LEITURA TURBIDIMETRICA; EXECUCAO AUTOMATIZADA; MATERIAL BIOLOGICO EM SORO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; NECESSITA DE CONTROLES; CALIBRADORES E PADROES; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES; ENTREGA TOTAL; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA DE 2 A 8 GRAUS C; KIT CONTENDO TESTES; ROTULO COM; DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E PROCEDENCIA; Codigo:788 Cod.SIAFISICO: 1207962 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	340092	TES	3.000,00
8	KIT PARA DETECCAO DE FATOR REUMATOIDE; DOSAGEM QUANTITATIVA; METODO IMUNOTURBIDIMETRICO; EXECUCAO AUTOMATIZADA; EM SORO OU PLASMA; DETERMINACAO QUANTITATIVA; NECESSITA DE CONTROLES; PADRAO E CALIBRADORES; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES; ACOMPANHA INSTRUcoes; ROTULO COM; DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E PROCEDENCIA;	335422	TES	8.000,00

	Codigo:796 Cod.SIAFISICO: 1196154 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032			
9	KIT PARA DETECCAO DE PROTEINA C REATIVA; DETERMINACAO DA PROTEINA C; EXECUCAO AUTOMATICA; EM SORO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA PADRAO; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO; KIT CONTENDO TESTES DE ACORDO COM O FABRICANTE; ACOMPANHA BULA; ROTULO COM NR DE LOTE DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; Codigo:797 Cod.SIAFISICO: 3287122 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	380524	TES	120.000,00
10	KIT PARA DETERMINACAO DE ASLO; DETERMINACAO DA ANTIESTREPTOLISINA O; IMUNOTURBIDIMETRICO; UTILIZA COMO SUPORTE SUSPENSAO; LEITURA TURBIDIMETRIA; EXECUCAO AUTOMATICA; SORO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 MESES; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM 2 A 8 GRAUS; KIT CONTENDO ATÉ 100 TESTES; BULA; LEGISLACAO VIGENTE; CODIGO DE BARRA, LOTE E VALIDADE Codigo:798 Cod.SIAFISICO: 658227 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333398	TES	2.600,00
11	KIT PARA DOSAGEM DE TRANSFERRINA; DETERMINACAO QUANTITATIVA; USO NO SORO E PLASMA HUMANOS IN VITRO; METODO IMUNOTURBIDIMETRICO; CONTENDO SOLUCAO TAMPAO E SOLUCAO DE ANTICORPOS ANTI-TRANSFERRINA PRONTOS PARA USO; CALIBRADORES, CONTROLES, ACESSORIOS; LIMITE DE DETECCAO DE APROXIMADAMENTE 15 MG/DL; COEFICIENTE DE VARIACAO (CV) INTRA E INTER ENSAIO INFERIOR A 5 POR CENTO; LINEARIDADE APROXIMADA DE 500MG/DL; UTILIZADO EM ANALISADORES AUTOMATICOS DE BIOQUIMICA CLINICA; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM 2 A 8 GRAUS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE E PROCEDENCIA, REGISTRO DA ANVISA; Codigo:799 Cod.SIAFISICO: 652792 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	332710	TES	10.000,00
12	KIT P/ DETERMINACAO DE ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA; DETERMINACAO DA ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA; IMUNOTURBIDIMETRIA; UTILIZA COMO SUPORTE SUSPENSAO; LEITURA TURBIDIMETRICO; EXECUCAO AUTOMATICA; SORO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 MESES; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM 2 A 8 GRAUS; KIT CONTENDO ATÉ 100 TESTES; BULA; LEGISLACAO VIGENTE; CODIGO DE BARRA, LOTE E VALIDADE; Codigo:801 Cod.SIAFISICO: 658219 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333330	TES	2.400,00
13	REAGENTE PARA DOSAGEM DE LIPASE; ENZIMATICO COLORIMETRICO DE PONTO FINAL; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; REAGENTE PRINCIPAL PRONTO PARA USO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA, DE NO MINIMO 6 MESES A 12 MESES; Codigo:6106 Cod.SIAFISICO: 870544 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	386986	TES	20.000,00
14	REAGENTE PARA DOSAGEM DE ACIDO URICO; PARA DETERMINACAO ENZIMATICA; DE PONTO FINAL; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; COM PADRAO; INSTRUcoes PARA USO; EXECUCAO PARA AUTOMACAO; KIT COM NO MAXIMA 500 TESTES; VALIDADE DO PRODUTO APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 6 (SEIS) MESES; ROTULO CONTENDO N. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM; Codigo:9469 Cod.SIAFISICO: 1316613 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331748	TES	36.000,00

15	REAGENTE PARA DOSAGEM DE ALBUMINA; PARA DETERMINACAO COLORIMETRICA; DE PONTO FINAL; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; METODOLOGIA POR VERDE DE BROMOCRESOL; REAGENTE PRINCIPAL LIQUIDO; PARA DETERMINACAO SORO; EXECUCAO AUTOMATICA; BULA COM MANUAL DE INSTRUcoes; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO NUMERO DO LOTE,PRAZO DE VALIDADE,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM; ENTREGA PROGRAMADA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 1 ANO; LINEARIDADE ATE 7 G/DL; Codigo:9470 Cod.SIAFISICO: 649104 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331742	TES	30.000,00
16	REAGENTE PARA DOSAGEM DE AMILASE; ENZIMATICO; CINETICA; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; METODOLOGIA POR CNP; PRONTO PARA USO; SORO E URINA; EXECUCAO AUTOMATICA; PARA DETERMINACOES DE 100 A 500 TESTES; COM BULA; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; ENTREGA PROGRAMADA; VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 1 ANO Codigo:9471 Cod.SIAFISICO: 643157 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331734	TES	22.000,00
17	REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL COLORIMETRICO, REACAO PONTO FINAL, FAIXA DE LEITURA 520-550NM, METODOLOGIA ACIDO SULFAMICO DICLOROFENILDIAZONIO, ACOMPANHA PADRAO, PARA DETERMINACAO EM SORO, PLASMA E URINA HUMANO, EXECUCAO IN VITRO, COM MANUAL, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTES, ROTULO CONTENDO Nº LOTE, DATA FABRICACAO, VA LIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA, VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, PARA EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM ENTRE 2 E 10 GRAUS CELSIUS POSITIVO Codigo:9472 Cod.SIAFISICO: 642894 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	336250	TES	50.000,00
18	REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA; COLORIMETRICA; DE PONTO FINAL; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; METODOLOGIA ACIDO SULFANILICO DIAZOTADO; LIQUIDO; NAO ACOMPANHA PADRAO; SORO E OU PLASMA; EXECUCAO AUTOMACAO; PARA DETERMINACOES DE TESTES; COM BULA; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA FABRICACAO, VALIDADE; COM ENTREGA PROGRAMADA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 1 ANO; Codigo:9473 Cod.SIAFISICO: 642886 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	336253	TES	50.000,00
19	REAGENTE PARA DOSAGEM DE CALCIO; TECNICA COLORIMETRICO; DE REACAO DE PONTO FINAL; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; METODOLOGIA CRESOLFTALEINA; LIQUIDO; SORO E PLASMA; EXECUCAO AUTOMATIZADO; COM BULA COM INFORMACOES DETALHADAS; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; VALIDADE DO MATERIAL APOS AENTREGA DE NO MINIMO 01 ANO; Codigo:9474 Cod.SIAFISICO: 642959 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331741	TES	30.000,00
20	REAGENTE PARA DOSAGEM DE CKMB; IMUNOENZIMATICA; CINETICA; U.V.; METODOLOGIA COM NAC ATIVADO; MONOREATIVO; SORO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; BULA COM INSTRUcoes DE USO; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO N.DO LOTE,PRAZO DE VALIDADE,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, PROCEDENCIA; VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 06 MESES; Codigo:9475 Cod.SIAFISICO: 646776 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	375562	TES	9.000,00
	KIT CPK; DETERMINACAO POR REACAO QUIMICA; METODO ENZIMATICO; MODO DE REACAO CINETICO; ESTOCAGEM NA TEMPERATURA DE 2 A 08 GRAUS; AUTOMACAO TOTALMENTE AUTOMATIZADO; ROTULAGEM COM DATA DE FABRICACAO, PROCEDENCIA E			

21	VALIDADE MINIMADE 01 ANO; REAGENTE PRINCIPAL DE ACORDO COM O FABRICANTE; PARA DETERMINACAO EM SORO E PLASMA; VOLUME TOTAL DO KIT DE ACORDO COM O FABRICANTE; PRESENCA DE PADRAO NECESSARIA; Codigo:9476 Cod.SIAFISICO: 2944740 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333453	TES	55.000,00
22	REAGENTE PARA DOSAGEM DE CREATININA; METODO SEM DESPROTEINIZACAO; REACAO DE JAFFE, CINETICO; PARA DETERMINACAO EM PLASMA OU URINA; AUTOMATIZADO; PARA DETERMINACOES DE TESTES; ROTULO CONTENDO N/LOTE,DATA/FABRICACAO,VALIDADE E REG. NO MIN. DASAUDE; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 06 MESES Codigo:9477 Cod.SIAFISICO: 2156563 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333335	TES	190.000,00
23	REAGENTE PARA DOSAGEM DE COLESTEROL; KIT DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL; METODOLOGIA ENZIMATICA; SORO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; EMBALAGEM DE ACORDO COM A APROPRIADA AO PRODUTO; ROTULO CONTENDO NR/LOTE,DATA/FABRICACAO, VALIDADE,REG. M.SAUDE; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 06 MESES; Codigo:9479 Cod.SIAFISICO: 2155834 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331732	TES	80.000,00
24	REAGENTE PARA DOSAGEM DE DHL; DETERMINACAO ENZIMATICA; REACAO CINETICA; FAIXA DE LEITURA U.V.; METODOLOGIA DE ACORDO C/ ESPECIFICACOES DA SFBC; MONOREATIVO; SORO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; BULA COM INSTRUcoes DE USO; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO N.DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,PROCEDENCIA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 01 ANO; LINEARIDADE ATE 1000 U/L; Codigo:9480 Cod.SIAFISICO: 646822 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331837	TES	18.000,00
25	REAGENTE PARA DOSAGEM DE FERRO SERICO; KIT PARA DETERMINACAO COLORIMETRICA; COLORIMETRICO; METODOLOGIA POR ENZIMATICO; LIQUIDO PRONTO PARA USO; COM PADRAO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; PARA DETERMINACOES DE NO MAXIMO 100 TESTES; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 06 MESES; Codigo:9481 Cod.SIAFISICO: 1716930 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331739	TES	28.000,00
26	REAGENTE PARA DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA; ENZIMATICO; REACAO CINETICO; FAIXA DE LEITURA UV; METODOLOGIA OPTIMIZADO; ACOMPANHA PADRAO; SORO OU PLASMA HEPARINIZADO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; COM BULA COM ESPECIFICACOES DETALHADAS; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 01 ANO; Codigo:9482 Cod.SIAFISICO: 646903 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331735	TES	30.000,00
27	REAGENTE PARA DOSAGEM DE FOSFORO; ENZIMATICA; CINETICO; FAIXA DE LEITURA. UV; METODOLOGIA POR REACAO DE MOLIBDATO; SORO, PLASMA E URINA; EXECUCAO. AUTOMATIZADO; PARA DETERMINACOES DE ACIMA DE 1000; COM BULA; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO. NUMERO DE LOTE, DATA DE FRABICACAO E VALIDADE; COM ENTREGA PROGRAMADA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 1 ANO; Codigo:9483 Cod.SIAFISICO: 646890 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	376815	TES	28.000,00

28	REAGENTE PARA DOSAGEM DE GAMA GT; ENZIMATICO COLORIMETRICO; CINETICO; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; METODOLOGIA SUBSTRATO CARBOXI-GLUPA; SEM PADRAO; SORO; EXECUCAO EM APARELHO AUTOMATIZADO; PARA DETERMINACOES DE 100 A 500 TESTES; BULA COM INSTRUcoes DE USO; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM; FORNECIMENTO TOTAL; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 1 ANO; Codigo:9484 Cod.SIAFISICO: 646806 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	365460	TES	52.000,00
29	REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE; REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE (G6P-DH); ENZIMATICO-UV; FAIXA DE LEITURA 340NM; METODOLOGIA ENZIMATICO; COM CONTROLE NORMAL E DEFICIENTE; TAMPAO,NADP , GLICOSE-6-FOSFATO; PARA DETERMINACAO EM SORO ,PLASMA ,ERITROCITOS; EXECUCAO AUTOMATIZADO; PARA DETERMINACOES DE ACIMA DE 20 TESTES; COM BULA; ROTULO CONTENDO N.DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; VALIDADE DO PRODUTO APOS ENTREGA DE NO MINIMO, MINIMO 6 MESES; Codigo:9485 Cod.SIAFISICO: 1719262 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331408	TES	110.000,00
30	REAGENTE PARA HDL COLESTEROL SEM DESPROTEINIZACAO; REACAO ENZIMATICA COLORIMETRICA; CINETICA; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; REAGENTE PRINCIPAL PRONTO PARA USO; ACOMPANHA PADRAO; SORO; EXECUCAO APARELHO AUTOMATIZADO; KIT CONTENDO TESTES; BULA COM INSTRUcoes DE USO; DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; NUMERO DE LOTE,PRAZO DE VALIDADE,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM; FORNECIMENTO TOTAL; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 6 MESES; Codigo:9486 Cod.SIAFISICO: 646580 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331754	TES	80.000,00
31	KIT DE MAGNESIO; DETERMINACAO POR REACAO QUIMICA; METODO ENZIMATICO; METODO CINETICO; TECNICA UV; Codigo:9487 Cod.SIAFISICO: 178756 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331738	TES	60.000,00
32	ACESSORIOS E INSUMOS PARA KIT DE BIOQUIMICA; REAGENTE PARA DOSAGEM DE POTASSIO SERICO; REAGENTE PRONTO PARA USO PARA DOSAGEM DE POTASSIO; UTILIZADO EM APARELHO AUTOMATIZADO, MÉTODO-ELETRODO ION SELETIVO; REAGENTE PRONTO PARA USO-CASSETTE; ROTULO COM DATA DE VALIDADE, LOTE, ARMAZENAMENTO; VALIDADE DO PRODUTO APOS A ENTREGA DE 06 MESES; Codigo:9488 Cod.SIAFISICO: 1706721 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	382448	TES	140.000,00
33	REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROTEINA TOTAL; PARA DETERMINACAO COLORIMETRICA; DE PONTO FINAL; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; METODOLOGIA POR BIURETO; REAGENTES PRONTO PARA USO; ACOMPANHA PADRAO; PARA DETERMINACAO EM SORO E PLASMA; EXECUCAO AUTOMATICA; ROTULO CONTENDO NR DO LOTE, VALIDADE E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM; ENTREGA DE ACORDO COM CRONOGRAMA DO SERVICO; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 06 (SEIS) MESES; Codigo:9489 Cod.SIAFISICO: 963780 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	350233	TES	20.000,00
34	ACESSORIOS E INSUMOS PARA KIT DE BIOQUIMICA; REAGENTE PARA DOSAGEM DE SODIO SERICO PRONTO PARA USO; DOSAGEM SERICA DE SODIO POR METODO DE ION SELETIVO; PARA UTILIZACAO EM APARELHO AUTOMATIZADO; PRONTO PARA USO-CASSETTE; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; VALIDADE DO PRODUTO APOS A ENTREGA DE 06 MESES; Codigo:9490 Cod.SIAFISICO: 1706730 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	369996	TES	140.000,00

35	REAGENTE PARA DOSAGEM DE TGO; ENZIMATICA; CINETICA; FAIXA DE LEITURA UV; METODOLOGIA CONSUMO DE SUBSTRATO; REAGENTE PRINCIPAL PRONTO PARA USO; SORO; AUTOMATIZADO; COM BULA COM ESPECIFICACOES DETALHADAS; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENC N.DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 01 ANO; Codigo:9491 Cod.SIAFISICO: 643017 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331746	TES	100.000,00
36	REAGENTE PARA DOSAGEM DE TGP; ENZIMATICA; CONSUMO DE SUBSTRATO; FAIXA DE LEITURA UV; METODOLOGIA CINETICA; REAGENTE PRINCIPAL PRONTO PARA USO; SORO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; COM BULA COM ESPECIFICACOES DETALHADAS; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO N. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 01 ANO Codigo:9492 Cod.SIAFISICO: 643033 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331746	TES	100.000,00
37	REAGENTE PARA DOSAGEM DE TRIGLICERIDES; ENZIMATICO COLORIMETRICO; DE PONTO FINAL; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; METODOLOGIA GLICEROL FOSFATO; LIQUIDO; COM PADRAO; SORO OU PLASMA; EXECUCAO AUTOMATIZADO; COM BULA PARA INSTRUcoes; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO N.DE LOTE, DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 01 ANO; Codigo:9493 Cod.SIAFISICO: 643114 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331733	TES	90.000,00
38	REAGENTE PARA DOSAGEM DE UREIA; ENZIMATICA; CINETICA; FAIXA DE LEITURA UV; METODOLOGIA GLDH; LIOFILIZADO; SEM PADRAO; SORO; AUTOMATICA; PARA DETERMINACOES DE TESTES; COM BULA; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; ENTREGA PROGRAMADA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 1 ANO; Codigo:9494 Cod.SIAFISICO: 643149 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	452729	TES	174.000,00
39	REAGENTE PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA; IMUNOTURBIDIMETRICO; PONTO FINAL; METODOLOGIA TOTALMENTE AUTOMATIZADO; ACOMPANHA PADROES E CALIBRADORES; SANGUE; EXECUCAO QUANTITATIVA; INSTRUcoes PARA USO; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE , DATA DE FABRICACAO, VALIDAE; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO SEIS MESES;; Codigo:9495 Cod.SIAFISICO: 1196162 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	357736	TES	72.000,00
40	KIT PARA DOSAGEM DE MICROALBUMINA; DETECÇÃO DE MICROALBUMINA; METODO IMUNOTURBIDIMETRICO; EXECUCAO AUTOMATICA; EM URINA, SORO OU LCR; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA CONTROLES; ACOMPANHA CALIBRADORES; KIT CONTENDO BULA EM PORTUGUES; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 6 MESES; ENTREGA PROGRAMADA; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO /VALIDADE E PROCEDENCIA; Codigo:10190 Cod.SIAFISICO: 1984500 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333405	TES	10.000,00
41	REAGENTE PARA AUTOMACAO, COMPOSTO DE ACIDO LATICO, ACONDICINADO EM EMBALAGEM APROPRIADA CONTENDO TESTES, ROTULO COM NR DE LOTE DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA. TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. Codigo:15475 Cod.SIAFISICO: 2501112 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	372671	TES	18.000,00

42	KIT DOSAGEM DE LITIO; DOSAGEM DE LITIO EM SORO OU PLASMA; DOSAGEM POR METODO COLORIMETRICO, PARA USO EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO APROPRIADO E REFORCADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA. ACOMPANHA BULA; Codigo:15476 Cod.SIAFISICO: 2979080 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	380742	TES	5.100,00
43	KIT PARA DETERMINACAO; DE VANCOMICINA; EM SORO OU PLASMA; POR QUIMIOLUMINESCENCIA; POR AUTOMACAO; ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS TESTES; VALIDADE MINIMA DE 6 MESES; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADAQUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; Codigo:15977 Cod.SIAFISICO: 3542670 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	479543	TES	6.500,00
44	KIT PARA DETECCAO DE BARBITURICOS; DETERMINACAO DA CONCENTRACAO SERICA DE FENOBARBITAL; METODO QUIMIOLUMINESCENCIA; EXECUCAO EXECUCAO AUTOMATICA; SORO OU PLASMA; DETERMINACAO QUANTITATIVA; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE VALIDADE 6 MESES; Codigo:16220 Cod.SIAFISICO: 2260646 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	349991	TES	2.000,00
45	REAGENTES PARA DOSAGENS URINARIAS; REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROTEINA URINARIA; REACAO COLORIMETRICA COM PYROGALOL; EXECUCAO AUTOMATICA; DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA URINARIA; CASSETES PRONTO PARA USO; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 6 MESES; ROTULO COM N.DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; Codigo:16221 Cod.SIAFISICO: 1137263 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	335045	TES	8.000,00
46	KIT PARA DOSAGEM DE ALFA FETOPROTEINA METODO DE ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA, PRINCIPIO QUIMIOLUMINESCENTE, EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO, PLASMA E FUIDOS BIOLOGICOS, QUANTITATIVA, ALTAMENTE SENSIVEL E ESPECIFICO, ACOMPANHA CALIBRADORES, ACOMPANHA CONTROLES, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, SOB REFRIGERACAO, KIT PARA EXECUCAO DE TESTES, ACOMPANHA BULA, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, LOTE E DATA DE FABRICACAO. Codigo:17702 Cod.SIAFISICO: 1153587 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	350511	TES	3.000,00
47	KIT PARA DETECCAO DE AC IGM ANTI HBC DA HEPATITE PRODUZIDOS CONTRA O ANTIGENO DO CORE DO HBV (ANTI-HBC IGM), DETECCAO QUALITATIVA, METODO QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES, EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO OU PLASMA, ACOMPANHA CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, CALIBRADORES, ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS TESTES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, ROTULO COM NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA. REGISTRO NO M. S. Codigo:17703 Cod.SIAFISICO: 3415260 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	616703	TES	2.400,00
	KIT PARA DETECCAO DE AC ANTI AG E DA HEPATITE B; PARA DETECCAO DE ANTICORPOS CONTRA O ANTIGENO E DOVIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE); QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES; UTILIZA COMO SUPORTE PARA DIAGNOSTICO SOROLOGICO DA INFECCAO POR HBV ESPECIFICOS; EXECUCAO AUTOMATICO; EM SORO OU PLASMA; ACOMPANHA CONTROLES; PADRAO; ACOMPANHA ACESSORIOS DO KIT; VALIDADE MINIMA APOS			

48	ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ENTRE 2 A 8 GRAUS CELSIUS; KIT CONTENDO TESTES; ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACA, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; Codigo:17704 Cod.SIAFISICO: 3419274 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	352402	TES	2.800,00
49	KIT PARA DETECCAO DE AC ANTI HBS DETECCAO DE AC CONTRA O ANTIGENO DE SUPERFICIE DAHEPATITE B (ANTI-HBS), QIMIOLUMINESCENCIA, EXECUCAO AUTOMATICA, SORO OU PLASMA, DETERMINACAO QUANTITATIVA, ACOMPANHA CONTROLES, ACOMPANHA CALIBRADORES E PADRAO, ACOMPANHA ACESSORIOS, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 MESES, KIT CONTENDO TEMPERATURA DE ACORDO COM ESPECIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE ACORDO COM ESPECIFICACOES DO FABRICANTE, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDENCIA. Codigo:17705 Cod.SIAFISICO: 2357410 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	400448	TES	12.000,00
50	KIT PARA DOSAGEM DE CEA METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, REACAO IMUNOENZIMATICA, EM SORO HUMANO, TESTE QUANTITATIVO, NAO ACOMPANHA CALIBRADORES, NAO ACOMPANHA CONTROLES, NAO ACOMPANHA ACESSORIOS, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, TRANSPORTE SOB REFRIGERACAO, KIT PARA EXECUCAO DE TESTES, BULA COM INSTRUcoes DE USO, EM LINGUA PORTUGUESA, EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, REGISTRO NA ANVISA/MS Codigo:17708 Cod.SIAFISICO: 623539 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	356318	TES	4.800,00
51	KIT PARA DETECCAO DE AC IGG ANTI CITOMEGALOVIRUS DETECCAO DE ANTICORPOS IGG ANTI-CITOMEGALOVIRUS (CMV-IGG), METODO QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES, UTILIZA COMO SUPORTE PARA DIAGNOSTICO SOROLOGICO DA INFECCAO POR CMV, EM SORO OU PLASMA, ACOMPANHA CONTROLES, CALIBRADORES/PADRAO, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ENTRE 04° A 08° GRAUS CELSIUS, KIT CONTENDO TESTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA Codigo:17709 Cod.SIAFISICO: 3419789 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	389756	TES	6.000,00
52	KIT PARA DETECCAO DE AC IGM ANTI CITOMEGALOVIRUS (CMV-IGM), POR TESTE DA CLASSE IGM, METODO QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES. PARA DIAGNOSTICO SOROLOGICO DA INFECCAO POR CMV, EXECUCAO AUTOMATICA, SORO OU PLASMA, ACOMPANHA CONTROLES, ACOMPANHA CALIBRADORES/PADRAO, ACOMPANHA: TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS TESTES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM REFRIGERACAO ENTRE 04ª A 08° GRAUS, KIT CONTENDO TESTES, MANUAL DE INSTRUcoes EM LINGUA PORTUGUESA, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. Codigo:17710 Cod.SIAFISICO: 3416925 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	356309	TES	6.000,00
	KIT PARA DOSAGEM DE FERRITINA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE FERRITINA, QUIMIOLUMINESCENCIA, LEITURA ENZIMAIMUNOENSAIO, EXECUCAO APARELHO AUTOMATIZADO, SORO, DETERMINACAO QUANTITATIVA, VALIDADE MINIMA APOS			

53	ENTREGA DE 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, O MATERIA DEVE SER CONSERVADO EM SOB REFRIGERACAO, KIT CONTENDO TESTES, BULA COM INSTRUcoes DE USO, CAIXA DE PAPELAO, NUMERO DE LOTE,PRAZO DE VALIDADE,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM Codigo:17711 Cod.SIAFISICO: 656550 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	340708	TES	36.000,00
54	KIT PARA DETECCAO DE AC IGM ANTI HEPATITE A, DETECCAO DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM CONTRA O VIRUS DAHEPATITE A (ANTI-HAV IGM), QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES, UTILIZA COMO SUPORTE DA CLASSE IGM PARA DIAGNOSTICO SOROLOGICO DA INFECCAO PELO VIRUS DA HEPATITE A (HAV),EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO OU PLASMA, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ENTRE 4 E 8° C, KIT CONTENDO TESTES, ACOMPANHA MANUAL E FOLHETO DESCRITIVO EM LINGUA PORTUGUESA, ACOMDIGINADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA. Codigo:17712 Cod.SIAFISICO: 3419649 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	616706	TES	2.400,00
55	KIT PARA DOSAGEM DE PSA TOTAL METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, ENZIMAIMUNOENSAIO, AUTOMATIZADO, SORO, QUANTITATIVA, ACOMPANHA CALIBRADORES,PADROES, ACOMPANHA CONTROLES, ACOMPANHA ACESSORIOS, VALIDADE APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, SOB REFRIGERACAO, 100 A 500 TESTES, BULA COM INSTRUcoes DE USO, CAIXA DE PAPELAO, NUMERO DE LOTE,DATA DE VALIDADE,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. Codigo:17713 Cod.SIAFISICO: 623628 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	340716	TES	25.000,00
56	KIT PARA DETECCAO DE AC IGG ANTI RUBEOLA DETECCAO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG ANTI-RUBEOLA, QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES, UTILIZA COMO SUPORTE PARA DIAGNOSTICO SOROLOGICO DA INFECCAO PELO VIRUSDA RUBEOLA, EXECUCAO AUTOMATICO, EM SORO OU PLASMA, COM CONTROLES NEGATIVO E POSITIVO, ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS TESTES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ENTRE 4 E 8°C, KIT CONTENDO TESTES, COM BULA EM LINGUA PORTUGUESA, ROTULO COM COM Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA Codigo:17714 Cod.SIAFISICO: 3419738 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	339049	TES	4.800,00
57	KIT PARA DETECCAO DE AC IGM ANTI RUBEOLA DETECCAO DE ANTICORPOS IGM ANTI-RUBEOLA POR TESTE DA CLASSE IGM, METODO QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES, UTILIZA COMO SUPORTE PARA DIAGNOSTICO SOROLOGICO DA INFECCAO PELO VIRUS DA RUBEOLA, LEITURA COLORIMETRICA, EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO OU PLASMA, ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS A REALIZACAO DOS TESTES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ENRE 4 E 8°C, KIT CONTENDO TESTES, COM BULA EM LINGUA PORTUGUESA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM Nº DE LOTE, DA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCECENCIA. Codigo:17715 Cod.SIAFISICO: 3419746 UNIDADE SIAFISICO:684 TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	339050	TES	4.800,00
	KIT PARA DETECCAO DE AC IGG ANTI TOXOPLASMOSE DETECCAO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII, METODO QUIMIOLUMINESCENTE OU			

58	DERIVACOES, UTILIZA COMO SUPORTE PARA DIAGNOSTICO SOROLOGICO DA TOXOPLASMOSE, EXECUCAO AUTOMATICO, EM SORO OU PLASMA,CONTENDO CONTROLES, CALIBRADORES, ACOMPANHA: ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS TESTES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ENTRE 2 E 8 GRAUS CELSIUS, KIT CONTENDO TESTES, BULA EM LINGUA PORTUGUESA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA. Codigo:17716 Cod.SIAFISICO: 3419673 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	356312	TES	10.000,00
59	KIT PARA DETECCAO DE AC IGM ANTI TOXOPLASMOSE DETECCAO DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLASMA GONDII POR TESTE DA CLASSE IGM, METODO QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES, UTILIZA COMO SUPORTE PARA DIAG NOSTICO SOROLOGICO DA TOXOPLASMOSE, EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO OU PLASMA, ACOMPANHA CONTROLES, CALIBRADORES, ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS A REALIZACAO DOS TESTES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ENTRE 4° E 8° C, KIT CONTENDO TESTES, ACOMPANHA MANUAL EM LINGUA PORTUGUESA, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO E QUE MANTENHA A SUA INTEGRIDADE, ROTULO COM NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDENCIA. Codigo:17717 Cod.SIAFISICO: 3419711 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	356313	TES	10.000,00
60	KIT PARA DOSAGEM DE ANTI TPO POR ENZIMAIMUNOENSAIO QUIMIOLUMINESCENTE, EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO, TESTE QUANTITATIVO, ACOMPANHA AJUSTADORES, KIT CONTENDO TESTES, ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, ETC, VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 6 MESES Codigo:17718 Cod.SIAFISICO: 870390 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	442236	TES	2.200,00
61	KIT PARA DOSAGEM DE CA 125 METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, REACAO IMUNOENZIMATICA, AUTOMATIZADA, EM SORO HUMANO, DETERMINACAO QUANTITATIVA, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, TRANSPORTE SOB REFRIGERACAO, KIT PARA EXECUCAO DE TESTES, COM BULA E INSTRUcoes PARA USO EM LIGUA PORTUGUESA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTERIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, REGISTRO NA ANVISA/MS. Codigo:17719 Cod.SIAFISICO: 652016 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	389758	TES	4.000,00
62	KIT PARA DOSAGEM DE CA 15-3 QUIMIOLUMINESCENTE, ENZIMAIMUNOENSAIO, AUTOMATIZADO, UTILIZACAO EM SORO, DETERMINACAO QUANTITATIVA, VALIDADE APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, SOB REFRIGERACAO, KIT PARA TESTES, BULA COM INSTRUcoes DE USO EM LINGUA PORTUGUESA, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA. Codigo:17720 Cod.SIAFISICO: 656534 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	360109	TES	4.000,00
	KIT PARA DOSAGEM DE CA 19-9 METODO QUIMIOLUMINESCENTE, REACAO IMUNOENZIMATICA, AUTOMATIZADA, EM SORO, DETERMINACAO QUANTITATIVA, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, COM FORNECIMENTO TOTAL, TRANSPORTE SOB REFRIGERACAO, KIT PARA EXECUCAO DE TESTES, COM BULA EM LINGUA PORTUGUESA,			

63	EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA AINTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. REGISTRO NA ANVISA /MS. Codigo:17721 Cod.SIAFISICO: 652008 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	382633	TES	4.800,00
64	KIT PARA DOSAGEM DE CORTISOL QUIMIOLUMINESCENCIA DIRETA, ENSAIO IMUNOLOGICO TIPO COMPETITIVO, AUTOMATIZADO, URINA OU SORO, TESTE QUANTITATIVO, ACOMPANHA CALIBRADORES, COM CONTROLES POSITIVOS E NEGATIVOS, COM ESPECIFICIDADE, COM ACESSORIOS, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO SEIS MESES, REFRIGERADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, KIT P ARA REALIZACAO DE TESTES, COM MANUAL,BULA,INSTRUcoes PARA USO, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E LOTE. Codigo:17722 Cod.SIAFISICO: 2123495 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	351141	TES	2.800,00
65	KIT PARA DOSAGEM DE ESTRADIOL,KIT PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE HORMONIO ESTRADIOL, USO EM SORO OU PLASMA, METODO AUTOMATIZADO POR QUIMIOLUMINESCENCIA, COMPOSTO DE ACESSORIOS, REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, ARMAZENADO NA TEMPERATURA DE 2 A 8 GRAUS CELSIUS, TESTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE PROCEDENCIA; REGISTRO DA ANVISA. Codigo:17723 Cod.SIAFISICO: 2152614 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	340713	TES	2.600,00
66	KIT PARA DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, ENZIMAIMUNOENSAIO, AUTOMATIZADO, SORO HUMANO, QUANTITATIVA, NAO ACOMPANHA CALIBRADORES, NAO ACOMPANHA CONTROLES, NAO ACOMPANHA ACESSORIOS, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, SOB REFRIGERACAO, KIT PARA TESTES, BULA COM INSTRUcoes DE USO, CAIXA DE PAPELAO, NUMERO DE LOTE ,DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. Codigo:17724 Cod.SIAFISICO: 642860 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	340711	TES	2.800,00
67	KIT PARA DOSAGEM DE INSULINA QUIMIOLUMINESCENTE, IMUNOENSAIO FLUORESCENTE COM EUROPI, ENZIMOQUIMIOFLUORESCENCIA, EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO OU PLASMA, DETERMINACAO QUANTITATIVA, ACOMPANHA ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO COMPLETA DO TESTE, ACOMPANHA CONTROLES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES ANTES DO VENCIMENTO DO IODO 125, ROTULO COM DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE. Codigo:17725 Cod.SIAFISICO: 3523446 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	340706	TES	7.000,00
68	KIT PARA DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, ENZIMAIMUNOENSAIO, AUTOMATIZADO, SORO HUMANO, QUANTITATIVA, NAO ACOMPANHA CALIBRADORES, NAO ACOMPANHA CONTROLES, NAO ACOMPANHA ACESSORIOS, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, SOB REFRIGERACAO, KIT CONTENDO TESTES, BULA COM INSTRUcoes DE USO, CAIXA DE PAPELAO, NUMERO DE LOTE, VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. Codigo:17726 Cod.SIAFISICO: 642851 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	340710	TES	3.200,00

69	KIT PARA DOSAGEM DE PROGESTERONA METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, REACAO QUIMICA, PARA AUTOMACAO, UTILIZACAO EM SORO HUMANO, PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA, ACOMPANHA CALIBRADORES, PADROES, CONTROLES POSITIVOS E NEGATIVOS, E ACESSORIOS, VALIDADE APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE SOB REFRIGERACAO, KIT COM TESTES, CONTENDO BULA COM INSTRUcoes DE USO EM PORTUGUES, EMBALAGEM APROPRIADA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM E REGISTRO NO M.S. Codigo:17727 Cod.SIAFISICO: 642878 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	350506	TES	2.000,00
70	KIT PARA DOSAGEM DE PROLACTINA METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, ENZIMAIMUNOENSAIO, AUTOMATIZADA, SORO, QUANTITATIVA, ACOMPANHA CALIBRADORES. PADROES, ACOMPANHA CONTROLES, ACOMPANHA AC ESSORIOS, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, SOB REFRIGERACAO, KIT PARA 0 A 100 TESTES, BULA COM INSTRUcoes DE USO, CAIXA DE PAPELAO, NUMERO DE LOTE,DATA DE VALIDADE,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM Codigo:17728 Cod.SIAFISICO: 623458 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	340707	TES	2.800,00
71	KIT PARA DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, ENZIMAIMUNOENSAIO, AUTOMATIZADO, SORO, QUANTITATIVA, ACOMPANHA CALIBRADORES,PADROES, ACOMPANHA CONTROLES, ACOMPANHA ACESSORIOS, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, SOB REFRIGERACAO, KIT PARA 100 A 500 TESTES, ACOMPANHA BULA COM INSTRUcoes DE USO, CAIXA DE PAPELAO, NUMERO DE LOTE,DATA DE VALIDADE,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM . Codigo:17729 Cod.SIAFISICO: 623164 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	356507	TES	2.800,00
72	KIT PARA DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE METODO AUTOMATIZADO POR QUIMILUMINESCENCIA, PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE), USO EM SORO OU PLASMA, COMPOSTO DE ACESSORIOS, REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, ARMAZENADO NA TEMPERATURA DE 4 A 8 GRAUS CELSIUS, TRANSPORTE SOB REFRIGERACAO, BULA COM INSTRUcoes DE USO EM PORTUGUES, TESTES ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA, REGISTRO NA ANVISA Codigo:17730 Cod.SIAFISICO: 656526 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	340722	TES	28.000,00
73	KIT PARA DOSAGEM DE TIROXINA TOTAL QUIMIOLUMINESCENCIA, IMUNOENSAIO, AUTOMATIZADO, SORO, PLASMA, TESTE QUANTITATIVO, SENSIBILIDADE ANALITICA IGUAL OU INFERIOR A 0,3 UG/DL, ACOMPANHA CALIBRADORES, PADROES, ACOMPANHA CONTROLES, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 06 MESES, ENTREGA PROGRAMADA, KIT PARA TESTES, COM MANUAL/INSTRUcoes PARA USO, APROPRIADA Codigo:17731 Cod.SIAFISICO: 1878913 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	350502	TES	3.000,00
	KIT PARA DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL KIT PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE HORMONIO TESTOSTERONA, USO EM SORO OU PLASMA, METODO AUTOMATIZADO POR QUIMILUMINESCENCIA, COMPOSTO DE ACESSORIOS, REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, ARMAZENADO NA TEMPERATURA DE 2 A 8 GRAUS CELSIUS, KIT PARA TESTES, ACONDICIONADO EM			

74	EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NA ANVISA. Codigo:17732 Cod.SIAFISICO: 2308363 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND:33903032	340714	TES	4.000,00
75	KIT PARA DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE KIT PARA DETRMINACAO QUANTITATIVA DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH ULTRA SENSIVEL), USO EM SORO OU PLASMA, METODO AUTOMATIZADO POR QUIMILUMINESCENCIA, COMPOSTO DE ACESSORIOS, REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES, VALIDADE APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, ARMAZENADO NA TEMPERATURA DE 2 A 8 GRAUS CELSIUS, KIT PARA EXECUCAO DE TESTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADAPARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDENCIA, REGISTRO DA ANVISA Codigo:17733 Cod.SIAFISICO: 623520 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	357142	TES	28.000,00
76	KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DO ANTIGENO HBE DO VIRUS DA HEPATITE B, QUIMIOLUMINESCENCIA, MATERIAL BIOLOGICO SORO OU PLASMA HUMANO, KIT CONTENDO, REAGENTES, CONTROLES E PADROES, ACONDICIONADO EM KIT CONTENDO TESTES, ARMAZENAGEM A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8° C, VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE SEIS MESES, ACONDICONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA, REGISTRO NO MS Codigo:17734 Cod.SIAFISICO: 3796094 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND:33903032	400691	TES	2.800,00
77	TESTE SOROLOGICO PARA SIFILIS METODO QUIMIOLUMINESCENTE OU METOLOGIA EQUIVALENTE. DETERMINACAO DE ANTICORPOS CONTRA TREPONEMA PALLIDUM, RELATIVO AO REFERIDO PAINEL DE VALIDACAO LOTE A LOTE NA ENTREGADO PRODUTO, REPRODUTIBILIDADE DE COEFICIENTE DE VARIACAO MENOR OU IGUAL A 10%, O NUMERO DO LOTE DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM, A BULA DEVERA CONSTAR DESCRICAO EM PORTUGUES, TEMPERATURA DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ENTRE INSTRUcoes DO FABRICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE FISICA DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Codigo:32836 Cod.SIAFISICO: 3811778 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND:33903032	616712	TES	40.000,00
78	KIT PARA DOSAGEM DE PARATOHORMONIO; POR ENZIMAIMUNOENSAIO QUIMIOLUMINESCENTE; EXECUCAO AUTOMATICA; EM SORO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA AJUSTADORES; VALIDADE APOS A ENTREGA DE NO MINIMO SEIS MESES; KIT CONTENDO TESTES; ROTULO CONTENDO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, ETC Codigo:35272 Cod.SIAFISICO: 870420 UNIDADE SIAFISICO:684 -TESTE Cod.ND:33903032	349474	TES	2.000,00
79	KIT PARA DOSAGEM DE ANTICORPO ANTI TIREOGLOBULINA; METODO QUIMIOLUMINESCENCIA; EXECUCAO AUTOMATIZADA; SORO OU PLASMA; DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA; ACOMPANHA CALIBRADORES, PADROES E DILUENTES; ALTO E BAIXO; VALIDADE APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 06 MESES; ENTREGA PROGRAMADA; KIT CONTENDO TESTES; ROTULO COM ROTULO COM LOTE, VALIDADE, TEMPERATURA DE CONSERVAÇÃO Codigo:35273 Cod.SIAFISICO: 1878930 UNIDADE SIAFISICO:684 -TESTE Cod.ND:33903032	340717	TES	2.400,00

80	KIT PARA DOSAGEM DE TROPONINA; REAGENTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE TROPONINA I; METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA; EXECUCAO AUTOMATICA; PARA EXECUCAO EM SORO E PLASMA; ACOMPANHA CONTROLES; NECESSARIO ACOMPANHAR CALIBRADOR E PADRAO; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 MESES; KIT CONTENDO NUMERO DE TESTES DE ACORDO COM O FABRICANTE; ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, PROCEDENCIA; NECESSARIO ACOMPANHAR BULA EM LINGUA PORTUGUESA; Codigo:35294 Cod.SIAFISICO: 3382532 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	400449	TES	18.000,00
81	KIT HCG; DETERMINACAO POR QUIMIOLUMINECENCIA; METODO QUIMIOLUMINCENTE FRACAO BETA HCG; ESTOCAGEM NA TEMPERATURA DE 4 A 8 GRAUS CELSIUS; AUTOMACAO AUTOMATIZADO,; VOLUME TOTAL DO KIT: 100 TESTE; PRESENCA DE PADRAO CALIBRADORES E CONTROLES; Codigo:35295 Cod.SIAFISICO: 1026100 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	357109	TES	12.000,00
82	KIT PARA DOSAGEM DE PEPTIDEO NATRIURETICO B; METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA; COM DOSAGEM DE PEPTIDEO NATRIURETICO TIPO B,EXECUCAO AUTOMATIZADA; EXECUCAO EM SORO E PLASMA; PARA NUMERO DE TESTES DE ACORDO COM O FABRICANTE; ACOMPANHA CALIBRADORES E PADROES; ACOMPANHA CONTROLES E BULA EM LINGUA PORTUGUESA; VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES,ROTULO CONTENDO N.º DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,PROCEDENCIA; UNIDADE FORNECEDORA EM TESTES; Codigo:35297 Cod.SIAFISICO: 3382559 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	352489	TES	3.600,00
83	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT PARA DOSAGEM DE VITAMINA; 25 HIDROXI VITAMINA D; QUIMIOLUMINESCENCIA; UTILIZA ESTER DE ACRIDINA; EXECUCAO AUTOMATICO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA PADRAO E CONTROLES; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 6 MESES; ENTREGA PROGRAMADA DE ACORDO COM CRONOGRAMA; KIT CONTENDO PELO MENOS 50 TESTES; ROTULO COM NR. DE LOTE,DATA FABRICACAO; Codigo:48007 Cod.SIAFISICO: 1263919 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	400466	TES	34.000,00
84	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT PARA DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E/IGE; DETERMINACAO QUANTITATIVA DE IMUNOGLOBULINA E TOTAL; METODO IMUNOTURBIDIMETRICO AUTOMATIZADO; EM SORO E PLASMA HUMANO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; INCLUI CONTROLES EM PELO MENOS 2 NIVEIS NORMAL E ANORMAL; INCLUI CALIBRADORES CONFORME PROCEDIMENTO TECNICO DO FABRICANTE; ACOMPANHA TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS A REALIZACAO DOS TESTES; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 MESES; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDACOES DO FABRICANTE; INCLUI BULA E INSTRUcoes DE USO DO FABRICANTE; APRESENTACAO EM KIT; ROTULO COM IDENTIFICACAO, MARCA, FABRICANTE, CONDICoes ARMAZENAMENTO; COM NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E PROCEDENCIA; Codigo:48008 Cod.SIAFISICO: 4791290 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	357103	TES	2.600,00
85	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT PARA DOSAGEM DE VITAMINA B 12; POR QUIMIOLUMINECENCIA; EM SORO OU PLASMA HUMANO; EXECUCAO AUTOMATICA; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA PADRAO E CONTROLES; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 6 MESES; ARMAZENADO EM TEMPERATURA ENTRE 2 E 8 GRAUS CELSIUS; KIT CONTENDO TESTES, EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA PARA O PRODUTO; ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE; Codigo:48009 Cod.SIAFISICO: 943126 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	349473	TES	30.000,00
	KIT DOSAGEM DE HOMOCISTEINA QUIMIOLUMINESCENCIA			

86	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT DOSAGEM DE HOMOCISTEINA; QUIMIOLUMINESCENCIA; PARA DOSAGEM DE HOMOCISTEINA; EM SORO OU PLASMA; PARA REALIZACAO DE TESTES; ACOMPANHA CALIBRADORES E PADROES; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 12 MESES; ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; Codigo:48834 Cod.SIAFISICO: 1538004 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	349994	TES	1.800,00
87	KIT PARA DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT PARA DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO; ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA; MÉTODO COMPETITIVO; EXECUCAO AUTOMATIZADA; SORO; TESTE QUANTITATIVO; ACOMPANHA CALIBRADOR; ACOMPANHA CONTROLES; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 06 MESES; ENTREGA DEVERÁ RESPEITAR A PROGRAMAÇÃO DO USUÁRIO; KIT COM 100 DETERMINAÇÕES; ROTULO CONTENDO N.DE LOTE, DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; SENSIBILIDADE DE 80NG/ML; O COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DEVE SER MENOR QUE 5%; OBSERVAÇÕES: O ensaio DHEA-S é um imunoenensaio de micropartículas também por quimioluminescência (CMIA) para a determinação quantitativa do sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEA-S) em soro e plasma humanos. Codigo:48835 Cod.SIAFISICO: 2209160 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	441860	TES	1.700,00
88	KIT PARA DETECCAO, E DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PEPTIDEO C, PELO METODO DE QUIMIOLUMINESCENCIA, EXECUCAO AUTOMATICA, ACOMPANHA PADRAO E CONTROLES, VALIDADE MINIMA APÓS A ENTREGA NO ALMOXARIFADO DE 6 MESES, O ROTULO DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, Nº DE LOTE, BULA COM INFORMACOES DE USO EM LINGUA PORTUGUESA. Codigo:48836 Cod.SIAFISICO: 4914937 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	349995	TES	1.700,00
89	KIT PARA DETECCAO, E DETERMINAÇÃO SEMIQUANTITATIVA DE AUTOANTICORPOS IGG ESPECÍFICOS, IMUNOENSAIO DE MICROPARTÍCULAS POR QUIMIOLUMINESCÊNCIA (CMIA), PARA O PÉPTIDO CITRULINADO CÍCLICO (CCP) EM SORO E PLASMA HUMANOS, CONTENDO CALIBRADORES E CONTROLES, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES APOS A ENTREGA NO ALMOXARIFADO, O ROTULO DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, Nº DE LOTE, BULA COM INFORMACOES DE USO EM LINGUA PORTUGUESA. Codigo:48837 Cod.SIAFISICO: 4914945 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	447895	TES	1.600,00
90	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT PARA DOSAGEM DE ANTI RECEPTOR DE TSH; POR ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA OU QUIMIOLUMINESCENCIA; EXECUCAO AUTOMATIZADA; EM SORO; TESTES QUANTITATIVO; ACOMPANHA CALIBRADOR, CONTROLE E ACESSORIOS; VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO,ETC 6 MESES; KIT CONTENDO TESTES; Codigo:67651 Cod.SIAFISICO: 3585352 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	417263	TES	1.800,00
91	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT; PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE TACROLIMUS; POR METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA; MATERIAL BIOLOGICO SANGUE TOTAL; KIT CONTENDO, REAGENTES, CONTROLES E PADROES; ACONDICIONADO EM KIT CONTENDO TESTES; ARMAZENAGEM A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8° C; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE SEIS MESES; ACONDICONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FARICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; REGISTRO NO MS; Codigo:67652 Cod.SIAFISICO: 3796329 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032 Cod.Sus: 05.01.08.005-8	391347	TES	1.000,00

92	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT PARA DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA; IMUNOENSAIO POR QUIMIOLUMINESCENCIA, FASE SOLIDA; EXECUCAO TECNICA DIRETA, SEM EXTRACAO OU DILUICAO MANUAL PREVIA; UTILIZACAO EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO; EM SORO OU PLASMA; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA CALIBRADORES E PADROES; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 6 MESES; COM BULA TECNICA EM PORTUGUES; KIT CONTENDO TESTES; ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA; Codigo:67653 Cod.SIAFISICO: 5271517 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032 Cod.Sus:02.02.06.036-5	340723	TES	1.600,00
93	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT PARA DOSAGEM DE ACIDO FOLICO; OU FOLATO; METODO POR QUIMILUMINESCENCIA; EXECUCAO AUTOMATIZADA; EM SORO OU PLASMA; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA CALIBRADOR PADRAO E CONTROLES; ARMAZENADO EM TEMPERATURA ENTRE 2 E 8 GRAUS CELSIUS; KIT CONTENDO TESTES. CONFORME LEGISLACAO VIGENTE; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA AI INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/DATA VALIDADE/PRAZO DE VALIDADE; Codigo:67654 Cod.SIAFISICO: 940488 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032 Cod.Sus:02.02.01.040-6	357104	TES	3.200,00

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Subcontratação

5.1. O Contratado não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

Sustentabilidade

5.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

5.2.1. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

5.2.2. Caso o licitante vencedor ofereça algum produto e exerça alguma atividade elencada no art. 3º da RDC ANVISA nº 16, de 1º de abril de 2014, deverá apresentar Autorização de Funcionamento de Empresas (AFE) vigente expedida pela ANVISA, quando aplicável conforme legislação vigente;

5.2.3. Caso o licitante vencedor ofereça algum produto e exerça alguma atividade elencada no art. 4º da RDC ANVISA nº 16, de 1º de abril de 2014, deverá apresentar Autorização Especial de Empresas (AE) vigente expedida pela ANVISA, quando aplicável conforme legislação vigente;

5.2.5. O licitante vencedor deverá apresentar Licença Sanitária Estadual ou Municipal vigente;

5.3. Para análise e julgamento da proposta, deverão ser apresentados os documentos abaixo:

5.3.1. Planilha de Proposta detalhada, contendo marca, modelo anexo ao Edital, contendo os preços unitários e o valor total atualizados;

5.3.2. Catálogo, Prospecto, ou Informativo nítido do objeto contratado contendo os valores unitário e total dos itens, a marca, o modelo, o código do fabricante, o número do registro válido do item na ANVISA quando aplicável, imagem e descritivo técnico detalhado em língua portuguesa.

5.3.2.1. Estando o Registro ANVISA vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação (Petição 1 e 2), conforme Decreto Federal nº 8.077/2013, acompanhada de cópia do Registro vencido. A não apresentação do Registro e do pedido de revalidação (protocolo) implicará na desclassificação do item cotado.

Garantia da contratação

5.4. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

6. Levantamento de Mercado

6.1. A Análise para definição dos valores referenciais da contratação e definições da pesquisa mercadológica desta contratação foi realizada conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 67.888/2023, em atendimento ao § 1º do artigo 23 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o procedimento administrativo de definição do valor estimado para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da Administração Pública direta e autárquica.

6.2. O valor estimado de cada item foi estabelecido de acordo com as pesquisas de preços realizadas através de: Sistema Corporativo "BENNER"; contato direto com fornecedores do tipo de produto; busca em sítios eletrônicos especializados; pesquisas em sites de internet, dentre outras bases de dados verificados valores em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, em banco de preços governamental (PREÇO SP, IBEC, PAINEL DE PREÇO), Siafísico, preços praticados no mercado local, Banco de Preços em Saúde – BPS e o Portal Nacional de Contratações Públicas conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 67.888/2023, e demonstradas na pesquisa de preço nº 39110.

7. Descrição da solução como um todo

7.1. Trata-se de Processo Licitatório para a Aquisição de **INSUMOS PARA DETERMINAÇÃO DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE COMODATO**, com a finalidade de atender às demandas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA, relacionadas à continuidade dos serviços médico hospitalares prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

7.2. A realização de compras públicas na modalidade licitatória foi apontada como a melhor solução no presente caso, dadas as características da necessidade interna, do objeto, dos quantitativos solicitados, dos preços estimados e da realidade do mercado, considerando que o **INSUMOS PARA DETERMINAÇÃO DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE COMODATO** são necessários para as atividades desenvolvidas nas unidades hospitalares do HCFAMEMA.

7.3. As requisições internas que originaram o presente processo licitatório apontam a modalidade Pregão Para Registro de Preços a solução mais adequada. Neste sentido, também foi determinante para a escolha da presente solução.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. Tabela da estimativa das quantidades da contratação.

GRUPO 01
AQUISICAO DE INSUMOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DETERMINACOES BIOQUIMICA E IMUNOLOGIA ATRAVES DE SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA OS CODIGOS:
CODIGOS DOS ITENS DO AGRUPAMENTO:
702, 716, 782, 785, 786, 787, 788, 796, 797, 798, 799, 801, 6106, 9469, 9470, 9471, 9472, 9473, 9474, 9475, 9476, 9477, 9479, 9480, 9481, 9482, 9483, 9484, 9485, 9486, 9487, 9488, 9489, 9490, 9491, 9492, 9493, 9494, 9495, 10190, 15475, 15476, 15977, 16220, 16221, 17702, 17703, 17704, 17705, 17708, 17709, 17710, 17711, 17712, 17713, 17714, 17715, 17716, 17717, 17718, 17719, 17720, 17721, 17722, 17723, 17724, 17725, 17726, 17727, 17728, 17729, 17730, 17731, 17732, 17733, 17734, 32836, 35272, 35273, 35294, 35295, 35297, 48007, 48008, 48009, 48834, 48835, 48836, 48837, 67651, 67652, 67653 E 67654.

COM CESSÃO EM COMODATO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXOS DESCRITOS:

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM CESSÃO DE COMODATO:

A) 2 (DOIS) ANALISADORES MULTIPARAMETRICO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO, QUE UTILIZAM AS TECNOLOGIAS DE QUIMICA CLINICA: TURBIDIMETRIA E/OU FOTOMETRIA E/OU QUÍMICA SECA E/OU MODULO INTEGRADO PARA ELETROLITOS E/OU IMUNOLOGICOS, PARA DETECCAO E QUANTIFICACAO DE DIVERSOS ANALITOS EM SORO, PLASMA E/OU SANGUE TOTAL; COM VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 1.300 TESTES/HORA; APRESENTANDO ACESSO RANDOMICO E PROCESSAMENTO MULTIPARAMETRICO, COM CAPACIDADE DE EXECUCAO DE AMOSTRAS DE ROTINA E DE EMERGENCIA, COM ACESSO CONTINUO DE AMOSTRAS E ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) POSIÇÕES DE REAGENTES REFRIGERADO SEM NECESSIDADE DE PARADA DO EQUIPAMENTO; PROGRAMACAO AUTOMATICA DOS PARAMETROS; SISTEMA DE OPERACAO EM AMBIENTE WINDOWS OU SIMILAR, SOFTWARE AUTOEXPLICATIVO, COM – TOUCH SCREEN - E INTERFACE BIDIRECIONAL. ACESSO REMOTO VIA MODEM, PARA DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS DE HARDWARE E SOFTWARE; IDENTIFICACAO DOS REAGENTES; POSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DE TUBOS PRIMARIOS, TUBOS DE ALIQUOTAS E ALGUNS RECIPIENTES DE ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS COM SISTEMA DE DETECCAO DE COAGULOS, BOLHAS E FIBRINAS;

*LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

02 (DUAS) UNIDADES NO HEMOCENTRO (LABORATORIO DE BIOQUIMICA)

B) 3 (TRES) ANALISADORES TOTALMENTE AUTOMATIZADO PROCESSAMENTO MULTIPARAMETRICO COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 200 TESTES/HORA, QUE UTILIZA TECNOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU QUIMICA SECA, PARA DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS ANALITOS EM SORO, PLASMA E/OU SANGUE TOTAL APRESENTANDO ACESSO RANDÔMICO E PROCESSAMENTO MULTIPARAMÉTRICO, EXECUÇÃO DE TESTES DE ROTINA E DE URGÊNCIA, CONTENDO REAGENTES CODIFICADOS E REFRIGERADOS A BORDO, PRONTOS PARA USO, FORNECENDO DADOS SOBRE NÚMERO DO LOTE, CURVAS DE CALIBRAÇÃO E DATA DE VALIDADE. CARREGADOR MÚLTIPLO DE AMOSTRAS, COM ACESSO CONTÍNUO DE AMOSTRAS, DETECÇÃO DE COÁGULOS; SISTEMA DE OPERAÇÃO WINDOWS OU SIMILAR COM SOFTWARE AUTOEXPLICATIVO, COM “TOUCH SCREEN” E INTERFACE BIDIRECIONAL. ACOMPANHADOS COM NOBREAKS;

*LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

01 (UMA) UNIDADE NO HEMOCENTRO (LABORATORIO DE IMUNOLOGIA)

02 (DUAS) UNIDADES NO HEMOCENTRO (LABORATORIO DE BIOQUIMICA)

OS EQUIPAMENTOS DE QUIMICA CLINICA E QUIMIOLUMINESCÊNCIA/ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA COM INSTALAÇÃO NO LABORATÓRIO DE BIOQUIMICA DEVEM SER EM CONJUNTO INTEGRADO

C) TODOS OS ITENS DO AGRUPAMENTO PODEM SER ATENDIDOS POR PELO MENOS UMA DAS METODOLOGIAS DOS ANALISADORES CITADOS NOS ITENS *A* E *B*: QUIMICA CLINICA E /OU TURBIDIMETRIA E/OU FOTOMETRIA E/OU QUIMICA SECA E/OU MÓDULO INTEGRADO PARA ELETROLITOS E/OU IMUNOQUIMICA E/OU IMUNOTURBIDIMETRIA E/OU QUIMIOLUMINESCENCIA E/OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA;

D) REALIZAR CALIBRAÇÃO DO VOLUME E/OU TEMPERATURA DOS EQUIPAMENTOS ANALISADORES COM PADRÕES COMPARAVEIS À REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO - RBC - INMETRO A CADA 06 MESES COM EMISSÃO DO CERTIFICADO;

E) 94% DOS REAGENTES OFERTADOS DEVERAO SER DA MARCA DO EQUIPAMENTO E PRONTOS PARA USO;

F) ITEM 35297 PODENDO SER ATENDIDO POR BNP OU PRO-BNP, ITEM 702 PODENDO SER COLINESTERASE OU PSEUDOCOLINESTERASE E ITEM 35295 PODENDO SER BETA-HCG OU HCG TOTAL;

G) O REAGENTE ITEM 32836 DEVE SER QUALIFICADO PARA A REALIZAÇÃO EM AMOSTRAS CADAVERÍCAS.

H) TODOS REAGENTES E INSUMOS (CONSUMIVEIS), BEM COMO, SOROS CONTROLE PARA USO DIARIO E CALIBRADORES PARA SEREM USADOS QUANDO NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DOS TESTES RELACIONADOS (MEDIA DE CONSUMO MENSAL);

I) CONSIDERANDO QUE A UNIDADE DE FORNECIMENTO PARA TODOS OS ITENS CORRESPONDE A “TESTE” E QUE EXISTEM DIFERENTES FORMAS DE APRESENTAÇÃO, AS QUANTIDADES DE TESTES DOS KITS PODEM VARIAR CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO FABRICANTE, ATÉ QUE A QUANTIDADE TOTAL DO EDITAL SEJA ATENDIDA.

DEVERÃO FORNECER:

J) ACESSO REMOTO, VIA MODEM, PARA DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS DE HARDWARE E SOFTWARE, PARA AGILIZAR O RETORNO DO EQUIPAMENTO À ROTINA. MANUAL DE OPERAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS;

K) FORNECER 3 (TRES) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA REAGENTE SUFICIENTES PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, SENDO DE PRODUÇÃO MÍNIMA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ACOMPANHADO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FILTROS QUANDO NECESSÁRIOS;

L) APRESENTACAO DE DECLARACAO QUE O EQUIPAMENTO TEM POSSIBILIDADE DE INTERFACEAMENTO BIDIRECIONAL COM O SISTEMA DO LABORATORIO DESENVOLVIDO PELA INSTITUICAO E QUE EXECUTARA O INTERFACEAMENTO NOS LABORATORIOS DE URGENCIA, BIOQUIMICA E IMUNOLOGIA, SEM CUSTOS, DEVENDO ESTE POSSUIR INTERFACE DE REDE PADRAO ETHERNET COM CONECTOR RJ 45 10/100 MBPS E INFORMACOES TECNICAS PARA ESSES INTERFACEAMENTOS.

M) FORNECER TODOS OS RECURSOS NECESSARIOS COMO LAYOUT ARQUIVO TEXTO PADRAO ASCI E EQUIPAMENTOS: 3 (TRES) COMPUTADORES, 3 (TRES) MONITORES, 3 (TRES) TECLADOS, 3 (TRES) IMPRESSORAS, 3 (TRES) LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS, 3 (TRES) MOUSES E 3 (TRES) NOBREAKS – COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 TRINTA MINUTOS).

N) FORNECER 1 (UMA) ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOMATIZADA PARA USO EM AMBIENTE DE LABORATÓRIO PARA CLASSIFICAR TUBOS DE AMOSTRAS EM RACKS COM BASE NA IDENTIFICAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS; IDENTIFICAR CADA TUBO E CLASSIFICÁ-LOS EM UM OU MAIS RACKS DE SAÍDA; COM CAPACIDADE DE CONECTAR-SE AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL (LIS) PARA ESTATÍSTICA E CONTROLE LABORATORIAIS. CONFIGURÁVEL PARA UMA AMPLA VARIEDADE DE RACKS DE ARMAZENAMENTO E ANALISADORES; COM NUMERO MÍNIMO DE AMOSTRAS DE 250 TUBOS POR HORA.

Código: 9468 UNIDADE SIAFISICO:1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL
1	KIT PARA DETERMINACAO; DE COLINESTERASE; ANALISE EM SORO OU PLASMA; COMPOSTO COM BUTIRILTIOCOLINA COMO SUBSTRATO; METODO CINETICO; ACOMPANHA: TAMPAO, SUBSTRATO IODETO DE S-BUTIRILTIOCOLINA E; ACIDO 5.5 _DITIOBIS-2-NITROBENZOICO OU HEXACIANO FERRATO DE POTASSIO; PODENDO SER UTILIZADO EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE BIOQUIMICA CLINICA; VALIDADE MINIMA DE 6 MESES APOS A ENTREGA; ARMAZENADO NA TEMPERATURA DE 2 A 8 GRAUS CELSIUS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NO M. S.; Codigo:702 Cod.SIAFISICO: 2582759 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	338900	TES	7.600,00
2	REAGENTE PARA CAPACIDADE DE FIXACAO DE FERRO; KIT PARA DETERMINACAO DA FIXACAO LATENTE DE FERRO(UIBC/IBC/CLFFE); METODO DIRETO; METODOLOGIA FERROZINE; PARA DETERMINACAO EM SORO; EXECUCAO AUTOMATICA; PARA DETERMINACAO DE DE TESTES DE FIXACAO DE FERRO; ROTULO CONTENDO NR/LOTE, DATA/FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NO MS.; VALIDADE DO PRODUTO APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES; Codigo:716 Cod.SIAFISICO: 2154587 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333406	TES	10.000,00
3	KIT PARA DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A; KIT PARA DOSAGEM DE IGA; METODO TURBIDIMETRICO; UTILIZA COMO SUPORTE MODO DE REACAO PONTO FINAL; EXECUCAO EM AUTOMACAO; MATERIAL BIOLOGICO: SANGUE E SORO; ACOMPANHA CONTROLES E PADRAO; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES; INSTRUcoes DE USO EM LINGUA PORTUGUESA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE FISICA DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; Codigo:782 Cod.SIAFISICO: 3760090 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333401	TES	4.000,00
4	KIT PARA DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA IGG; DETERMINACAO QUANTITATIVA DE IGG; METODO IMUNOTURBIDIMETRIA; LEITURA TURBIDIMETRICO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; SORO_ OU LCR; DETERMINACAO QUANTITATIVA; NECESSITA DE CONTROLES; CALIBRADORES E PADRAO; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM 2 A 8 GRAUS; KIT CONTENDO 50 DETERMINACOES; BULA E INSTRUcoes DE USO; Codigo:785 Cod.SIAFISICO: 1208004 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333402	TES	3.600,00

5	KIT PARA DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M; KIT PARA DOSAGEM DE IGM; METODO TURBIDIMETRICO; UTILIZA COMO SUPORTE MODO DE REACAO PONTO FINAL; EXECUCAO EM AUTOMACAO; MATERIAL BIOLOGICO: SANGUE E SORO; ACOMPANHA CONTROLES E PADRAO; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES; INSTRUcoes DE USO EM LINGUA PORTUGUESA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE FISICA DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; Codigo:786 Cod.SIAFISICO: 3758737 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333403	TES	4.000,00
6	KIT PARA DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3; DETERMINACAO DE COMPLEMENTO C3; IMUNOTURBIDIMETRIA; LEITURA TURBIDIMETRICA; EXECUCAO AUTOMATICA; SORO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA CONTROLE; ACOMPANHA CALIBRADOR; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES; INTEGRAL; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM 2 A 8 C; KIT CONTENDO ATE 50 TESTES; ACOMPANHA BULA; DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; NR. DO LOTE, DATA DE VALIDADE/FABRICACAO E PROCEDENCIA; Codigo:787 Cod.SIAFISICO: 698717 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333399	TES	3.000,00
7	KIT PARA DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4; QUANTITATIVO; METODO IMUNOTURBIDIMETRICO; LEITURA TURBIDIMETRICA; EXECUCAO AUTOMATIZADA; MATERIAL BIOLOGICO EM SORO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; NECESSITA DE CONTROLES; CALIBRADORES E PADROES; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES; ENTREGA TOTAL; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA DE 2 A 8 GRAUS C; KIT CONTENDO TESTES; ROTULO COM; DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E PROCEDENCIA; Codigo:788 Cod.SIAFISICO: 1207962 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	340092	TES	3.000,00
8	KIT PARA DETECCAO DE FATOR REUMATOIDE; DOSAGEM QUANTITATIVA; METODO IMUNOTURBIDIMETRICO; EXECUCAO AUTOMATIZADA; EM SORO OU PLASMA; DETERMINACAO QUANTITATIVA; NECESSITA DE CONTROLES; PADRAO E CALIBRADORES; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES; ACOMPANHA INSTRUcoes; ROTULO COM; DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E PROCEDENCIA; Codigo:796 Cod.SIAFISICO: 1196154 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	335422	TES	8.000,00
9	KIT PARA DETECCAO DE PROTEINA C REATIVA; DETERMINACAO DA PROTEINA C; EXECUCAO AUTOMATICA; EM SORO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA PADRAO; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO; KIT CONTENDO TESTES DE ACORDO COM O FABRICANTE; ACOMPANHA BULA; ROTULO COM NR DE LOTE DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; Codigo:797 Cod.SIAFISICO: 3287122 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	380524	TES	120.000,00
10	KIT PARA DETERMINACAO DE ASLO; DETERMINACAO DA ANTIESTREPTOLISINA O; IMUNOTURBIDIMETRICO; UTILIZA COMO SUPORTE SUSPENSAO; LEITURA TURBIDIMETRIA; EXECUCAO AUTOMATICA; SORO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 MESES; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM 2 A 8 GRAUS; KIT CONTENDO ATE 100 TESTES; BULA; LEGISLACAO VIGENTE; CODIGO DE BARRA, LOTE E VALIDADE Codigo:798 Cod.SIAFISICO: 658227 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333398	TES	2.600,00
	KIT PARA DOSAGEM DE TRANSFERRINA; DETERMINACAO QUANTITATIVA; USO NO SORO E PLASMA HUMANOS IN VITRO; METODO IMUNOTURBIDIMETRICO; CONTENDO SOLUCAO			

11	TAMPAO E SOLUCAO DE ANTICORPOS ANTI-TRANSFERRINA PRONTOS PARA USO; CALIBRADORES, CONTROLES, ACESSORIOS; LIMITE DE DETECCAO DE APROXIMADAMENTE 15 MG/DL; COEFICIENTE DE VARIACAO (CV) INTRA E INTER ENSAIO INFERIOR A 5 POR CENTO; LINEARIDADE APROXIMADA DE 500MG/DL; UTILIZADO EM ANALISADORES AUTOMATICOS DE BIOQUIMICA CLINICA; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM 2 A 8 GRAUS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE E PROCEDENCIA, REGISTRO DA ANVISA; Codigo:799 Cod.SIAFISICO: 652792 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	332710	TES	10.000,00
12	KIT P/ DETERMINACAO DE ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA; DETERMINACAO DA ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA; IMUNOTURBIDIMETRIA; UTILIZA COMO SUPORTE SUSPENSAO; LEITURA TURBIDIMETRICO; EXECUCAO AUTOMATICA; SORO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 MESES; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM 2 A 8 GRAUS; KIT CONTENDO ATÉ 100 TESTES; BULA; LEGISLACAO VIGENTE; CODIGO DE BARRA, LOTE E VALIDADE; Codigo:801 Cod.SIAFISICO: 658219 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333330	TES	2.400,00
13	REAGENTE PARA DOSAGEM DE LIPASE; ENZIMATICO COLORIMETRICO DE PONTO FINAL; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; REAGENTE PRINCIPAL PRONTO PARA USO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA, DE NO MINIMO 6 MESES A 12 MESES; Codigo:6106 Cod.SIAFISICO: 870544 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	386986	TES	20.000,00
14	REAGENTE PARA DOSAGEM DE ACIDO URICO; PARA DETERMINACAO ENZIMATICA; DE PONTO FINAL; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; COM PADRAO; INSTRUcoes PARA USO; EXECUCAO PARA AUTOMACAO; KIT COM NO MAXIMA 500 TESTES; VALIDADE DO PRODUTO APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 6 (SEIS) MESES; ROTULO CONTENDO N. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM; Codigo:9469 Cod.SIAFISICO: 1316613 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331748	TES	36.000,00
15	REAGENTE PARA DOSAGEM DE ALBUMINA; PARA DETERMINACAO COLORIMETRICA; DE PONTO FINAL; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; METODOLOGIA POR VERDE DE BROMOCRESOL; REAGENTE PRINCIPAL LIQUIDO; PARA DETERMINACAO SORO; EXECUCAO AUTOMATICA; BULA COM MANUAL DE INSTRUcoes; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO NUMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM; ENTREGA PROGRAMADA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 1 ANO; LINEARIDADE ATÉ 7 G/DL; Codigo:9470 Cod.SIAFISICO: 649104 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331742	TES	30.000,00
16	REAGENTE PARA DOSAGEM DE AMILASE; ENZIMATICO; CINETICA; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; METODOLOGIA POR CNP; PRONTO PARA USO; SORO E URINA; EXECUCAO AUTOMATICA; PARA DETERMINACOES DE 100 A 500 TESTES; COM BULA; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; ENTREGA PROGRAMADA; VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 1 ANO Codigo:9471 Cod.SIAFISICO: 643157 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331734	TES	22.000,00
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL COLORIMETRICO, REACAO PONTO FINAL, FAIXA DE LEITURA 520-550NM, METODOLOGIA ACIDO SULFAMICO DICLOROFENILDIAZONIO, ACOMPANHA PADRAO, PARA DETERMINACAO EM SORO, PLASMA E URINA HUMANO, EXECUCAO IN VITRO, COM MANUAL, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTES, ROTULO CONTENDO Nº LOTE, DATA FABRICACAO, VA LIDADE,			

17	COMPOSICAO E PROCEDENCIA, VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, PARA EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM ENTRE 2 E 10 GRAUS CELSIUS POSITIVO Codigo:9472 Cod.SIAFISICO: 642894 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	336250	TES	50.000,00
18	REAGENTE PARA DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA; COLORIMETRICA; DE PONTO FINAL; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; METODOLOGIA ACIDO SULFANILICO DIAZOTADO; LIQUIDO; NAO ACOMPANHA PADRAO; SORO E OU PLASMA; EXECUCAO AUTOMACAO; PARA DETERMINACOES DE TESTES; COM BULA; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA FABRICACAO, VALIDADE; COM ENTREGA PROGRAMADA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 1 ANO; Codigo:9473 Cod.SIAFISICO: 642886 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	336253	TES	50.000,00
19	REAGENTE PARA DOSAGEM DE CALCIO; TECNICA COLORIMETRICO; DE REACAO DE PONTO FINAL; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; METODOLOGIA CRESOLFTALEINA; LIQUIDO; SORO E PLASMA; EXECUCAO AUTOMATIZADO; COM BULA COM INFORMACOES DETALHADAS; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; VALIDADE DO MATERIAL APOS AENTREGA DE NO MINIMO 01 ANO; Codigo:9474 Cod.SIAFISICO: 642959 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331741	TES	30.000,00
20	REAGENTE PARA DOSAGEM DE CKMB; IMUNOENZIMATICA; CINETICA; U.V.; METODOLOGIA COM NAC ATIVADO; MONOREATIVO; SORO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; BULA COM INSTRUcoes DE USO; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO N.DO LOTE,PRAZO DE VALIDADE,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, PROCEDENCIA; VALIDADE DO MATERIAL APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 06 MESES; Codigo:9475 Cod.SIAFISICO: 646776 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	375562	TES	9.000,00
21	KIT CPK; DETERMINACAO POR REACAO QUIMICA; METODO ENZIMATICO; MODO DE REACAO CINETICO; ESTOCAGEM NA TEMPERATURA DE 2 A 08 GRAUS; AUTOMACAO TOTALMENTE AUTOMATIZADO; ROTULAGEM COM DATA DE FABRICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE MINIMADE 01 ANO; REAGENTE PRINCIPAL DE ACORDO COM O FABRICANTE; PARA DETERMINACAO EM SORO E PLASMA; VOLUME TOTAL DO KIT DE ACORDO COM O FABRICANTE; PRESENCA DE PADRAO NECESSARIA; Codigo:9476 Cod.SIAFISICO: 2944740 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333453	TES	55.000,00
22	REAGENTE PARA DOSAGEM DE CREATININA; METODO SEM DESPROTEINIZACAO; REACAO DE JAFFE, CINETICO; PARA DETERMINACAO EM PLASMA OU URINA; AUTOMATIZADO; PARA DETERMINACOES DE TESTES; ROTULO CONTENDO N/LOTE,DATA/FABRICACAO,VALIDADE E REG. NO MIN. DASAUDE; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 06 MESES Codigo:9477 Cod.SIAFISICO: 2156563 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333335	TES	190.000,00
23	REAGENTE PARA DOSAGEM DE COLESTEROL; KIT DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL; METODOLOGIA ENZIMATICA; SORO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; EMBALAGEM DE ACORDO COM A APROPRIADA AO PRODUTO; ROTULO CONTENDO NR/LOTE,DATA/FABRICACAO, VALIDADE,REG. M.SAUDE; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 06 MESES; Codigo:9479 Cod.SIAFISICO: 2155834 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331732	TES	80.000,00
	REAGENTE PARA DOSAGEM DE DHL; DETERMINACAO ENZIMATICA; REACAO CINETICA; FAIXA DE LEITURA U.V.; METODOLOGIA DE ACORDO C/ ESPECIFICACOES DA SFBC;			

24	MONOREATIVO; SORO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; BULA COM INSTRUcoes DE USO; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO N.DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,PROCEDENCIA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 01 ANO; LINEARIDADE ATE 1000 U/L; Codigo:9480 Cod.SIAFISICO: 646822 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331837	TES	18.000,00
25	REAGENTE PARA DOSAGEM DE FERRO SERICO; KIT PARA DETERMINACAO COLORIMETRICA; COLORIMETRICO; METODOLOGIA POR ENZIMATICO; LIQUIDO PRONTO PARA USO; COM PADRAO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; PARA DETERMINACOES DE NO MAXIMO 100 TESTES; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 06 MESES; Codigo:9481 Cod.SIAFISICO: 1716930 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331739	TES	28.000,00
26	REAGENTE PARA DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA; ENZIMATICO; REACAO CINETICO; FAIXA DE LEITURA UV; METODOLOGIA OPTIMIZADO; ACOMPANHA PADRAO; SORO OU PLASMA HEPARINIZADO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; COM BULA COM ESPECIFICACOES DETALHADAS; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 01 ANO; Codigo:9482 Cod.SIAFISICO: 646903 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331735	TES	30.000,00
27	REAGENTE PARA DOSAGEM DE FOSFORO; ENZIMATICA; CINETICO; FAIXA DE LEITURA. UV; METODOLOGIA POR REACAO DE MOLIBDATO; SORO, PLASMA E URINA; EXECUCAO. AUTOMATIZADO; PARA DETERMINACOES DE ACIMA DE 1000; COM BULA; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO. NUMERO DE LOTE, DATA DE FRABICACAO E VALIDADE; COM ENTREGA PROGRAMADA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 1 ANO; Codigo:9483 Cod.SIAFISICO: 646890 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	376815	TES	28.000,00
28	REAGENTE PARA DOSAGEM DE GAMA GT; ENZIMATICO COLORIMETRICO; CINETICO; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; METODOLOGIA SUBSTRATO CARBOXI-GLUPA; SEM PADRAO; SORO; EXECUCAO EM APARELHO AUTOMATIZADO; PARA DETERMINACOES DE 100 A 500 TESTES; BULA COM INSTRUcoes DE USO; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM; FORNECIMENTO TOTAL; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 1 ANO; Codigo:9484 Cod.SIAFISICO: 646806 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	365460	TES	52.000,00
29	REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE; REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE (G6P-DH); ENZIMATICO-UV; FAIXA DE LEITURA 340NM; METODOLOGIA ENZIMATICO; COM CONTROLE NORMAL E DEFICIENTE; TAMPAO,NADP , GLICOSE-6-FOSFATO; PARA DETERMINACAO EM SORO ,PLASMA ,ERITROCITOS; EXECUCAO AUTOMATIZADO; PARA DETERMINACOES DE ACIMA DE 20 TESTES; COM BULA; ROTULO CONTENDO N.DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; VALIDADE DO PRODUTO APOS ENTREGA DE NO MINIMO, MINIMO 6 MESES; Codigo:9485 Cod.SIAFISICO: 1719262 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331408	TES	110.000,00
30	REAGENTE PARA HDL COLESTEROL SEM DESPROTEINIZACAO; REACAO ENZIMATICA COLORIMETRICA; CINETICA; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; REAGENTE PRINCIPAL PRONTO PARA USO; ACOMPANHA PADRAO; SORO; EXECUCAO APARELHO AUTOMATIZADO; KIT CONTENDO TESTES; BULA COM INSTRUcoes DE USO; DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; NUMERO DE LOTE,PRAZO DE VALIDADE,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM; FORNECIMENTO TOTAL; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 6 MESES;	331754	TES	80.000,00

	Codigo:9486 Cod.SIAFISICO: 646580 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032			
31	KIT DE MAGNESIO; DETERMINACAO POR REACAO QUIMICA; METODO ENZIMATICO; METODO CINETICO; TECNICA UV; Codigo:9487 Cod.SIAFISICO: 178756 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331738	TES	60.000,00
32	ACESSORIOS E INSUMOS PARA KIT DE BIOQUIMICA; REAGENTE PARA DOSAGEM DE POTÁSSIO SÉRICO; REAGENTE PRONTO PARA USO PARA DOSAGEM DE POTÁSSIO; UTILIZADO EM APARELHO AUTOMATIZADO, MÉTODO-ELETRODO ION SELETIVO; REAGENTE PRONTO PARA USO-CASSETE; ROTULO COM DATA DE VALIDADE, LOTE, ARMAZENAMENTO; VALIDADE DO PRODUTO APOS A ENTREGA DE 06 MESES; Codigo:9488 Cod.SIAFISICO: 1706721 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	382448	TES	140.000,00
33	REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROTEINA TOTAL; PARA DETERMINACAO COLORIMETRICA; DE PONTO FINAL; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; METODOLOGIA POR BIURETO; REAGENTES PRONTO PARA USO; ACOMPANHA PADRAO; PARA DETERMINACAO EM SORO E PLASMA; EXECUCAO AUTOMATICA; ROTULO CONTENDO NR DO LOTE, VALIDADE E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM; ENTREGA DE ACORDO COM CRONOGRAMA DO SERVICO; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 06 (SEIS) MESES; Codigo:9489 Cod.SIAFISICO: 963780 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	350233	TES	20.000,00
34	ACESSORIOS E INSUMOS PARA KIT DE BIOQUIMICA; REAGENTE PARA DOSAGEM DE SODIO SERICO PRONTO PARA USO; DOSAGEM SERICA DE SODIO POR METODO DE ION SELETIVO; PARA UTILIZACAO EM APARELHO AUTOMATIZADO; PRONTO PARA USO-CASSETE; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; VALIDADE DO PRODUTO APOS A ENTREGA DE 06 MESES; Codigo:9490 Cod.SIAFISICO: 1706730 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	369996	TES	140.000,00
35	REAGENTE PARA DOSAGEM DE TGO; ENZIMATICA; CINETICA; FAIXA DE LEITURA UV; METODOLOGIA CONSUMO DE SUBSTRATO; REAGENTE PRINCIPAL PRONTO PARA USO; SORO; AUTOMATIZADO; COM BULA COM ESPECIFICACOES DETALHADAS; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENC N.DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 01 ANO; Codigo:9491 Cod.SIAFISICO: 643017 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331746	TES	100.000,00
36	REAGENTE PARA DOSAGEM DE TGP; ENZIMATICA; CONSUMO DE SUBSTRATO; FAIXA DE LEITURA UV; METODOLOGIA CINETICA; REAGENTE PRINCIPAL PRONTO PARA USO; SORO; EXECUCAO AUTOMATIZADO; COM BULA COM ESPECIFICACOES DETALHADAS; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO N. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 01 ANO Codigo:9492 Cod.SIAFISICO: 643033 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331746	TES	100.000,00
37	REAGENTE PARA DOSAGEM DE TRIGLICERIDES; ENZIMATICO COLORIMETRICO; DE PONTO FINAL; FAIXA DE LEITURA VISIVEL; METODOLOGIA GLICEROL FOSFATO; LIQUIDO; COM PADRAO; SORO OU PLASMA; EXECUCAO AUTOMATIZADO; COM BULA PARA INSTRUcoes; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO N.DE LOTE, DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 01 ANO; Codigo:9493 Cod.SIAFISICO: 643114 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	331733	TES	90.000,00

38	REAGENTE PARA DOSAGEM DE UREIA; ENZIMATICA; CINETICA; FAIXA DE LEITURA UV; METODOLOGIA GLDH; LIOFILIZADO; SEM PADRAO; SORO; AUTOMATICA; PARA DETERMINACOES DE TESTES; COM BULA; EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; ENTREGA PROGRAMADA; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 1 ANO; Codigo:9494 Cod.SIAFISICO: 643149 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	452729	TES	174.000,00
39	REAGENTE PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA; IMUNOTURBIDIMETRICO; PONTO FINAL; METODOLOGIA TOTALMENTE AUTOMATIZADO; ACOMPANHA PADROES E CALIBRADORES; SANGUE; EXECUCAO QUANTITATIVA; INSTRUCOES PARA USO; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE , DATA DE FABRICACAO, VALIDAE; VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO SEIS MESES;; Codigo:9495 Cod.SIAFISICO: 1196162 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	357736	TES	72.000,00
40	KIT PARA DOSAGEM DE MICROALBUMINA; DETECÇÃO DE MICROALBUMINA; METODO IMUNOTURBIDIMETRICO; EXECUCAO AUTOMATICA; EM URINA, SORO OU LCR; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA CONTROLES; ACOMPANHA CALIBRADORES; KIT CONTENDO BULA EM PORTUGUES; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 6 MESES; ENTREGA PROGRAMADA; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO /VALIDADE E PROCEDENCIA; Codigo:10190 Cod.SIAFISICO: 1984500 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	333405	TES	10.000,00
41	REAGENTE PARA AUTOMACAO, COMPOSTO DE ACIDO LATICO, ACONDICINADO EM EMBALAGEM APROPRIADA CONTENDO TESTES, ROTULO COM NR DE LOTE DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA. TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. Codigo:15475 Cod.SIAFISICO: 2501112 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	372671	TES	18.000,00
42	KIT DOSAGEM DE LITIO; DOSAGEM DE LITIO EM SORO OU PLASMA; DOSAGEM POR METODO COLORIMETRICO, PARA USO EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO APROPRIADO E REFORCADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA. ACOMPANHA BULA; Codigo:15476 Cod.SIAFISICO: 2979080 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	380742	TES	5.100,00
43	KIT PARA DETERMINACAO; DE VANCOMICINA; EM SORO OU PLASMA; POR QUIMIOLUMINESCENCIA; POR AUTOMACAO; ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS TESTES; VALIDADE MINIMA DE 6 MESES; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADAQUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; Codigo:15977 Cod.SIAFISICO: 3542670 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	479543	TES	6.500,00
44	KIT PARA DETECCAO DE BARBITURICOS; DETERMINACAO DA CONCENTRACAO SERICA DE FENOBARBITAL; METODO QUIMIOLUMINESCENCIA; EXECUCAO EXECUCAO AUTOMATICA; SORO OU PLASMA; DETERMINACAO QUANTITATIVA; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE VALIDADE 6 MESES; Codigo:16220 Cod.SIAFISICO: 2260646 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	349991	TES	2.000,00
	REAGENTES PARA DOSAGENS URINARIAS; REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROTEINA URINARIA; REACAO COLORIMETRICA COM PYROGALOL; EXECUCAO AUTOMATICA;			

45	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA URINARIA; CASSETES PRONTO PARA USO; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 6 MESES; ROTULO COM N.DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; Codigo:16221 Cod.SIAFISICO: 1137263 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032	335045	TES	8.000,00
46	KIT PARA DOSAGEM DE ALFA FETOPROTEINA METODO DE ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA, PRINCIPIO QUIMIOLUMINESCENTE, EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO, PLASMA E FUIDOS BIOLOGICOS, QUANTITATIVA, ALTAMENTE SENSIVEL E ESPECIFICO, ACOMPANHA CALIBRADORES, ACOMPANHA CONTROLES, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, SOB REFRIGERACAO, KIT PARA EXECUCAO DE TESTES, ACOMPANHA BULA, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, LOTE E DATA DE FABRICACAO. Codigo:17702 Cod.SIAFISICO: 1153587 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND:33903032	350511	TES	3.000,00
47	KIT PARA DETECCAO DE AC IGM ANTI HBC DA HEPATITE PRODUZIDOS CONTRA O ANTIGENO DO CORE DO HBV (ANTI-HBC IGM), DETECCAO QUALITATIVA, METODO QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES, EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO OU PLASMA, ACOMPANHA CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, CALIBRADORES, ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS TESTES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, ROTULO COM NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA. REGISTRO NO M. S. Codigo:17703 Cod.SIAFISICO: 3415260 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND:33903032	616703	TES	2.400,00
48	KIT PARA DETECCAO DE AC ANTI AG E DA HEPATITE B; PARA DETECCAO DE ANTICORPOS CONTRA O ANTIGENO E DOVIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE); QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES; UTILIZA COMO SUPORTE PARA DIAGNOSTICO SOROLOGICO DA INFECCAO POR HBV ESPECIFICOS; EXECUCAO AUTOMATICO; EM SORO OU PLASMA; ACOMPANHA CONTROLES; PADRAO; ACOMPANHA ACESSORIOS DO KIT; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ENTRE 2 A 8 GRAUS CELS IUS; KIT CONTENDO TESTES; ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACA, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; Codigo:17704 Cod.SIAFISICO: 3419274 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND:33903032	352402	TES	2.800,00
49	KIT PARA DETECCAO DE AC ANTI HBS DETECCAO DE AC CONTRA O ANTIGENO DE SUPERFICIE DAHEPATITE B (ANTI-HBS), QIMIOLUMINESCENCIA, EXECUCAO AUTOMATICA, SORO OU PLASMA, DETERMINACAO QUANTITATIVA, ACOMPANHA CONTROLES, ACOMPANHA CALIBRADORES E PADRAO, ACOMPANHA ACESSORIOS, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 MESES, KIT CONTENDO TEMPERATURA DE ACORDO COM ESPECIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE ACORDO COM ESPECIFICACOES DO FABRICANTE, EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDENCIA. Codigo:17705 Cod.SIAFISICO: 2357410 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND:33903032	400448	TES	12.000,00
50	KIT PARA DOSAGEM DE CEA METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, REACAO IMUNOENZIMATICA, EM SORO HUMANO, TESTE QUANTITATIVO, NAO ACOMPANHA CALIBRADORES, NAO ACOMPANHA CONTROLES, NAO ACOMPANHA ACESSORIOS, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, TRANSPORTE SOB REFRIGERACAO, KIT PARA EXECUCAO DE TESTES, BULA COM INSTRUcoes DE USO, EM LINGUA PORTUGUESA, EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA	356318	TES	4.800,00

	A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, REGISTRO NA ANVISA/MS Codigo:17708 Cod.SIAFISICO: 623539 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032			
51	KIT PARA DETECCAO DE AC IGG ANTI CITOMEGALOVIRUS DETECCAO DE ANTICORPOS IGG ANTI-CITOMEGALOVIRUS (CMV-IGG), METODO QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES, UTILIZA COMO SUPORTE PARA DIAGNOSTICO SOROLOGICO DA INFECCAO POR CMV, EM SORO OU PLASMA, ACOMPANHA CONTROLES, CALIBRADORES/PADRAO, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ENTRE 04° A 08° GRAUS CELSIUS, KIT CONTENDO TESTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA Codigo:17709 Cod.SIAFISICO: 3419789 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	389756	TES	6.000,00
52	KIT PARA DETECCAO DE AC IGM ANTI CITOMEGALOVIRUS (CMV-IGM), POR TESTE DA CLASSE IGM, METODO QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES. PARA DIAGNOSTICO SOROLOGICO DA INFECCAO POR CMV, EXECUCAO AUTOMATICA, SORO OU PLASMA, ACOMPANHA CONTROLES, ACOMPANHA CALIBRADORES/PADRAO, ACOMPANHA: TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS TESTES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM REFRIGERACAO ENTRE 04ª A 08° GRAUS, KIT CONTENDO TESTES, MANUAL DE INSTRUcoes EM LINGUA PORTUGUESA, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. Codigo:17710 Cod.SIAFISICO: 3416925 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	356309	TES	6.000,00
53	KIT PARA DOSAGEM DE FERRITINA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE FERRITINA, QUIMIOLUMINESCENCIA, LEITURA ENZIMAIMUNOENSAIO, EXECUCAO APARELHO AUTOMATIZADO, SORO, DETERMINACAO QUANTITATIVA, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, O MATERIA DEVE SER CONSERVADO EM SOB REFRIGERACAO, KIT CONTENDO TESTES, BULA COM INSTRUcoes DE USO, CAIXA DE PAPELAO, NUMERO DE LOTE,PRAZO DE VALIDADE,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM Codigo:17711 Cod.SIAFISICO: 656550 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	340708	TES	36.000,00
54	KIT PARA DETECCAO DE AC IGM ANTI HEPATITE A, DETECCAO DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM CONTRA O VIRUS DAHEPATITE A (ANTI-HAV IGM), QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES, UTILIZA COMO SUPORTE DA CLASSE IGM PARA DIAGNOSTICO SOROLOGICO DA INFECCAO PELO VIRUS DA HEPATITE A (HAV),EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO OU PLASMA, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ENTRE 4 E 8° C, KIT CONTENDO TESTES, ACOMPANHA MANUAL E FOLHETO DESCRITIVO EM LINGUA PORTUGUESA, ACOMDICINADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA. Codigo:17712 Cod.SIAFISICO: 3419649 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	616706	TES	2.400,00
	KIT PARA DOSAGEM DE PSA TOTAL METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, ENZIMAIMUNOENSAIO, AUTOMATIZADO, SORO, QUANTITATIVA, ACOMPANHA CALIBRADORES,PADROES, ACOMPANHA CONTROLES, ACOMPANHA ACESSORIOS,			

55	VALIDADE APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, SOB REFRIGERACAO, 100 A 500 TESTES, BULA COM INSTRUcoes DE USO, CAIXA DE PAPELAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. Codigo:17713 Cod.SIAFISICO: 623628 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	340716	TES	25.000,00
56	KIT PARA DETECCAO DE AC IGG ANTI RUBEOLA DETECCAO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG ANTI-RUBEOLA, QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES, UTILIZA COMO SUPORTE PARA DIAGNOSTICO SOROLOGICO DA INFECCAO PELO VIRUS DA RUBEOLA, EXECUCAO AUTOMATICO, EM SORO OU PLASMA, COM CONTROLES NEGATIVO E POSITIVO, ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS TESTES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ENTRE 4 E 8°C, KIT CONTENDO TESTES, COM BULA EM LINGUA PORTUGUESA, ROTULO COM COM Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA Codigo:17714 Cod.SIAFISICO: 3419738 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	339049	TES	4.800,00
57	KIT PARA DETECCAO DE AC IGM ANTI RUBEOLA DETECCAO DE ANTICORPOS IGM ANTI-RUBEOLA POR TESTE DA CLASSE IGM, METODO QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES, UTILIZA COMO SUPORTE PARA DIAGNOSTICO SOROLOGICO DA INFECCAO PELO VIRUS DA RUBEOLA, LEITURA COLORIMETRICA, EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO OU PLASMA, ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS A REALIZACAO DOS TESTES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ENRE 4 E 8°C, KIT CONTENDO TESTES, COM BULA EM LINGUA PORTUGUESA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM Nº DE LOTE, DA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCECENCIA. Codigo:17715 Cod.SIAFISICO: 3419746 UNIDADE SIAFISICO:684 TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	339050	TES	4.800,00
58	KIT PARA DETECCAO DE AC IGG ANTI TOXOPLASMOSE DETECCAO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII, METODO QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES, UTILIZA COMO SUPORTE PARA DIAGNOSTICO SOROLOGICO DA TOXOPLASMOSE, EXECUCAO AUTOMATICO, EM SORO OU PLASMA,CONTENDO CONTROLES, CALIBRADORES, ACOMPANHA: ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS TESTES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ENTRE 2 E 8 GRAUS CELSIUS, KIT CONTENDO TESTES, BULA EM LINGUA PORTUGUESA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FARICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA. Codigo:17716 Cod.SIAFISICO: 3419673 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	356312	TES	10.000,00
59	KIT PARA DETECCAO DE AC IGM ANTI TOXOPLASMOSE DETECCAO DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLASMA GONDII POR TESTE DA CLASSE IGM, METODO QUIMIOLUMINESCENTE OU DERIVACOES, UTILIZA COMO SUPORTE PARA DIAG NOSTICO SOROLOGICO DA TOXOPLASMOSE, EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO OU PLASMA, ACOMPANHA CONTROLES, CALIBRADORES, ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS A REALIZACAO DOS TESTES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 (SEIS) MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ENTRE 4° E 8° C, KIT CONTENDO TESTES, ACOMPANHA MANUAL EM LINGUA PORTUGUESA, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO E QUE MANTENHA A SUA INTEGRIDADE, ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDENCIA. Codigo:17717 Cod.SIAFISICO: 3419711 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	356313	TES	10.000,00

60	KIT PARA DOSAGEM DE ANTI TPO POR ENZIMAIMUNOENSAIO QUIMIOLUMINESCENTE, EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO, TESTE QUANTITATIVO, ACOMPANHA AJUSTADORES, KIT CONTENDO TESTES, ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, ETC, VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 6 MESES Codigo:17718 Cod.SIAFISICO: 870390 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	442236	TES	2.200,00
61	KIT PARA DOSAGEM DE CA 125 METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, REACAO IMUNOENZIMATICA, AUTOMATIZADA, EM SORO HUMANO, DETERMINACAO QUANTITATIVA, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, TRANSPORTE SOB REFRIGERACAO, KIT PARA EXECUCAO DE TESTES, COM BULA E INSTRUcoes PARA USO EM LIGUA PORTUGUESA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTERIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, REGISTRO NA ANVISA/MS. Codigo:17719 Cod.SIAFISICO: 652016 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	389758	TES	4.000,00
62	KIT PARA DOSAGEM DE CA 15-3 QUIMIOLUMINESCENTE, ENZIMAIMUNOENSAIO, AUTOMATIZADO, UTILIZACAO EM SORO, DETERMINACAO QUANTITATIVA, VALIDADE APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, SOB REFRIGERACAO, KIT PARA TESTES, BULA COM INSTRUcoes DE USO EM LINGUA PORTUGUESA, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA. Codigo:17720 Cod.SIAFISICO: 656534 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	360109	TES	4.000,00
63	KIT PARA DOSAGEM DE CA 19-9 METODO QUIMIOLUMINESCENTE, REACAO IMUNOENZIMATICA, AUTOMATIZADA, EM SORO, DETERMINACAO QUANTITATIVA, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, COM FORNECIMENTO TOTAL, TRANSPORTE SOB REFRIGERACAO, KIT PARA EXECUCAO DE TESTES, COM BULA EM LINGUA PORTUGUESA, EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA AINTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. REGISTRO NA ANVISA /MS. Codigo:17721 Cod.SIAFISICO: 652008 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	382633	TES	4.800,00
64	KIT PARA DOSAGEM DE CORTISOL QUIMIOLUMINESCENCIA DIRETA, ENSAIO IMUNOLOGICO TIPO COMPETITIVO, AUTOMATIZADO, URINA OU SORO, TESTE QUANTITATIVO, ACOMPANHA CALIBRADORES, COM CONTROLES POSITIVOS E NEGATIVOS, COM ESPECIFICIDADE, COM ACESSORIOS, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO SEIS MESES, REFRIGERADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, KIT P ARA REALIZACAO DE TESTES, COM MANUAL,BULA,INSTRUcoes PARA USO, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E LOTE. Codigo:17722 Cod.SIAFISICO: 2123495 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	351141	TES	2.800,00
65	KIT PARA DOSAGEM DE ESTRADIOL,KIT PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE HORMONIO ESTRADIOL, USO EM SORO OU PLASMA, METODO AUTOMATIZADO POR QUIMIOLUMINESCENCIA, COMPOSTO DE ACESSORIOS, REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, ARMAZENADO NA TEMPERATURA DE 2 A 8 GRAUS CELSIUS, TESTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM	340713	TES	2.600,00

	REFORCADA E APROPRIADA PARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE PROCEDENCIA; REGISTRO DA ANVISA. Codigo:17723 Cod.SIAFISICO: 2152614 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032			
66	KIT PARA DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, ENZIMAIMUNOENSAIO, AUTOMATIZADO, SORO HUMANO, QUANTITATIVA, NAO ACOMPANHA CALIBRADORES, NAO ACOMPANHA CONTROLES, NAO ACOMPANHA ACESSORIOS, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, SOB REFRIGERACAO, KIT PARA TESTES, BULA COM INSTRUcoes DE USO, CAIXA DE PAPELAO, NUMERO DE LOTE ,DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. Codigo:17724 Cod.SIAFISICO: 642860 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	340711	TES	2.800,00
67	KIT PARA DOSAGEM DE INSULINA QUIMIOLUMINESCENTE, IMUNOENSAIO FLUORESCENTE COM EUROPI, ENZIMOQUIMIOFLUORESCENCIA, EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO OU PLASMA, DETERMINACAO QUANTITATIVA, ACOMPANHA ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO COMPLETA DO TESTE, ACOMPANHA CONTROLES, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES ANTES DO VENCIMENTO DO IODO 125, ROTULO COM DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE. Codigo:17725 Cod.SIAFISICO: 3523446 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	340706	TES	7.000,00
68	KIT PARA DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, ENZIMAIMUNOENSAIO, AUTOMATIZADO, SORO HUMANO, QUANTITATIVA, NAO ACOMPANHA CALIBRADORES, NAO ACOMPANHA CONTROLES, NAO ACOMPANHA ACESSORIOS, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, SOB REFRIGERACAO, KIT CONTENDO TESTES, BULA COM INSTRUcoes DE USO, CAIXA DE PAPELAO, NUMERO DE LOTE, VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. Codigo:17726 Cod.SIAFISICO: 642851 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	340710	TES	3.200,00
69	KIT PARA DOSAGEM DE PROGESTERONA METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, REACAO QUIMICA, PARA AUTOMACAO, UTILIZACAO EM SORO HUMANO, PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA, ACOMPANHA CALIBRADORES, PADROES, CONTROLES POSITIVOS E NEGATIVOS, E ACESSORIOS, VALIDADE APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE SOB REFRIGERACAO, KIT COM TESTES, CONTENDO BULA COM INSTRUcoes DE USO EM PORTUGUES, EMBALAGEM APROPRIADA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM E REGISTRO NO M.S. Codigo:17727 Cod.SIAFISICO: 642878 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	350506	TES	2.000,00
70	KIT PARA DOSAGEM DE PROLACTINA METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, ENZIMAIMUNOENSAIO, AUTOMATIZADA, SORO, QUANTITATIVA, ACOMPANHA CALIBRADORES. PADROES, ACOMPANHA CONTROLES, ACOMPANHA AC ESSORIOS, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, SOB REFRIGERACAO, KIT PARA 0 A 100 TESTES, BULA COM INSTRUcoes DE USO, CAIXA DE PAPELAO, NUMERO DE LOTE,DATA DE VALIDADE,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM Codigo:17728 Cod.SIAFISICO: 623458 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	340707	TES	2.800,00

71	KIT PARA DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE, ENZIMAIMUNOENSAIO, AUTOMATIZADO, SORO, QUANTITATIVA, ACOMPANHA CALIBRADORES, PADROES, ACOMPANHA CONTROLES, ACOMPANHA ACESSORIOS, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, FORNECIMENTO TOTAL, SOB REFRIGERACAO, KIT PARA 100 A 500 TESTES, ACOMPANHA BULA COM INSTRUcoes DE USO, CAIXA DE PAPELAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM . Codigo:17729 Cod.SIAFISICO: 623164 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	356507	TES	2.800,00
72	KIT PARA DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE METODO AUTOMATIZADO POR QUIMILUMINESCENCIA, PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE), USO EM SORO OU PLASMA, COMPOSTO DE ACESSORIOS, REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, ARMAZENADO NA TEMPERATURA DE 4 A 8 GRAUS CELSIUS, TRANSPORTE SOB REFRIGERACAO, BULA COM INSTRUcoes DE USO EM PORTUGUES, TESTES ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA, REGISTRO NA ANVISA Codigo:17730 Cod.SIAFISICO: 656526 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	340722	TES	28.000,00
73	KIT PARA DOSAGEM DE TIROXINA TOTAL QUIMIOLUMINESCENCIA, IMUNOENSAIO, AUTOMATIZADO, SORO, PLASMA, TESTE QUANTITATIVO, SENSIBILIDADE ANALITICA IGUAL OU INFERIOR A 0,3 UG/DL, ACOMPANHA CALIBRADORES, PADROES, ACOMPANHA CONTROLES, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 06 MESES, ENTREGA PROGRAMADA, KIT PARA TESTES, COM MANUAL/INSTRUcoes PARA USO, APROPRIADA Codigo:17731 Cod.SIAFISICO: 1878913 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	350502	TES	3.000,00
74	KIT PARA DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL KIT PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE HORMONIO TESTOSTERONA, USO EM SORO OU PLASMA, METODO AUTOMATIZADO POR QUIMILUMINESCENCIA, COMPOSTO DE ACESSORIOS, REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES, VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, ARMAZENADO NA TEMPERATURA DE 2 A 8 GRAUS CELSIUS, KIT PARA TESTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NA ANVISA. Codigo:17732 Cod.SIAFISICO: 2308363 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND: 33903032	340714	TES	4.000,00
75	KIT PARA DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE KIT PARA DETRMINACAO QUANTITATIVA DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH ULTRA SENSIVEL), USO EM SORO OU PLASMA, METODO AUTOMATIZADO POR QUIMILUMINESCENCIA, COMPOSTO DE ACESSORIOS, REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES, VALIDADE APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES, ARMAZENADO NA TEMPERATURA DE 2 A 8 GRAUS CELSIUS, KIT PARA EXECUCAO DE TESTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADAPARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDENCIA, REGISTRO DA ANVISA Codigo:17733 Cod.SIAFISICO: 623520 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	357142	TES	28.000,00
	KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DO ANTIGENO HBE DO VIRUS DA HEPATITE B, QUIMIOLUMINESCENCIA, MATERIAL BIOLOGICO SORO OU PLASMA HUMANO, KIT CONTENDO, REAGENTES, CONTROLES E PADROES, ACONDICIONADO EM KIT CONTENDO TESTES, ARMAZENAGEM A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8° C, VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE SEIS MESES, ACONDICONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULO COM			

76	NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA, REGISTRO NO MS Codigo:17734 Cod.SIAFISICO: 3796094 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND:33903032	400691	TES	2.800,00
77	TESTE SOROLOGICO PARA SIFILIS METODO QUIMIOLUMINESCENTE OU METOLOGIA EQUIVALENTE. DETERMINACAO DE ANTICORPOS CONTRA TREPONEMA PALLIDUM, RELATIVO AO REFERIDO PAINEL DE VALIDACAO LOTE A LOTE NA ENTREGADO PRODUTO, REPRODUTIBILIDADE DE COEFICIENTE DE VARIACAO MENOR OU IGUAL A 10%, O NUMERO DO LOTE DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM, A BULA DEVERA CONSTAR DESCRICAO EM PORTUGUES, TEMPERATURA DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ENTRE INSTRUcoes DO FABRICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE FISICA DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Codigo:32836 Cod.SIAFISICO: 3811778 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE 1,00 TESTE Cod.ND:33903032	616712	TES	40.000,00
78	KIT PARA DOSAGEM DE PARATOHORMONIO; POR ENZIMAIMUNOENSAIO QUIMIOLUMINESCENTE; EXECUCAO AUTOMATICA; EM SORO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA AJUSTADORES; VALIDADE APOS A ENTREGA DE NO MINIMO SEIS MESES; KIT CONTENDO TESTES; ROTULO CONTENDO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, ETC Codigo:35272 Cod.SIAFISICO: 870420 UNIDADE SIAFISICO:684 -TESTE Cod.ND:33903032	349474	TES	2.000,00
79	KIT PARA DOSAGEM DE ANTICORPO ANTI TIREOGLOBULINA; METODO QUIMIOLUMINESCENCIA; EXECUCAO AUTOMATIZADA; SORO OU PLASMA; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA CALIBRADORES, PADROES E DILUENTES; ALTO E BAIXO; VALIDADE APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 06 MESES; ENTREGA PROGRAMADA; KIT CONTENDO TESTES; ROTULO COM ROTULO COM LOTE, VALIDADE, TEMPERATURA DE CONSERVACAO Codigo:35273 Cod.SIAFISICO: 1878930 UNIDADE SIAFISICO:684 -TESTE Cod.ND:33903032	340717	TES	2.400,00
80	KIT PARA DOSAGEM DE TROPONINA; REAGENTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE TROPONINA I; METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA; EXECUCAO AUTOMATICA; PARA EXECUCAO EM SORO E PLASMA; ACOMPANHA CONTROLES; NECESSARIO ACOMPANHAR CALIBRADOR E PADRAO; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 MESES; KIT CONTENDO NUMERO DE TESTES DE ACORDO COM O FABRICANTE; ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, PROCEDENCIA; NECESSARIO ACOMPANHAR BULA EM LINGUA PORTUGUESA; Codigo:35294 Cod.SIAFISICO: 3382532 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	400449	TES	18.000,00
81	KIT HCG; DETERMINACAO POR QUIMIOLUMINECENCIA; METODO QUIMIOLUMINENCENTE FRACAO BETA HCG; ESTOCAGEM NA TEMPERATURA DE 4 A 8 GRAUS CELSIUS; AUTOMACAO AUTOMATIZADO.; VOLUME TOTAL DO KIT: 100 TESTE; PRESENCA DE PADRAO CALIBRADORES E CONTROLES; Codigo:35295 Cod.SIAFISICO: 1026100 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	357109	TES	12.000,00
82	KIT PARA DOSAGEM DE PEPTIDEO NATRIURETICO B; METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA; COM DOSAGEM DE PEPTIDEO NATRIURETICO TIPO B,EXECUCAO AUTOMATIZADA; EXECUCAO EM SORO E PLASMA; PARA NUMERO DE TESTES DE ACORDO COM O FABRICANTE; ACOMPANHA CALIBRADORES E PADROES; ACOMPANHA CONTROLES E BULA EM LINGUA PORTUGUESA; VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE NO MINIMO 6 MESES,ROTULO CONTENDO N.º DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,PROCEDENCIA; UNIDADE FORNECEDORA EM TESTES;	352489	TES	3.600,00

	Codigo:35297 Cod.SIAFISICO: 3382559 UNIDADE SIAFISICO:684 - TESTE Cod.ND:33903032			
83	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT PARA DOSAGEM DE VITAMINA; 25 HIDROXI VITAMINA D; QUIMIOLUMINESCENCIA; UTILIZA ESTER DE ACRIDINA; EXECUCAO AUTOMATICO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA PADRAO E CONTROLES; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 6 MESES; ENTREGA PROGRAMADA DE ACORDO COM CRONOGRAMA; KIT CONTENDO PELO MENOS 50 TESTES; ROTULO COM NR. DE LOTE,DATA FABRICACAO; Codigo:48007 Cod.SIAFISICO: 1263919 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	400466	TES	34.000,00
84	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT PARA DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E/IGE; DETERMINACAO QUANTITATIVA DE IMUNOGLOBULINA E TOTAL; METODO IMUNOTURBIDIMETRICO AUTOMATIZADO; EM SORO E PLASMA HUMANO; DETERMINACAO QUANTITATIVA; INCLUI CONTROLES EM PELO MENOS 2 NIVEIS NORMAL E ANORMAL; INCLUI CALIBRADORES CONFORME PROCEDIMENTO TECNICO DO FABRICANTE; ACOMPANHA TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS A REALIZACAO DOS TESTES; VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 06 MESES; O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDACOES DO FABRICANTE; INCLUI BULA E INSTRUcoes DE USO DO FABRICANTE; APRESENTACAO EM KIT; ROTULO COM IDENTIFICACAO, MARCA, FABRICANTE, CONDICoes ARMAZENAMENTO; COM NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E PROCEDENCIA; Codigo:48008 Cod.SIAFISICO: 4791290 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	357103	TES	2.600,00
85	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT PARA DOSAGEM DE VITAMINA B 12; POR QUIMIOLUMINECENCIA; EM SORO OU PLASMA HUMANO; EXECUCAO AUTOMATICA; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA PADRAO E CONTROLES; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 6 MESES; ARMAZENADO EM TEMPERATURA ENTRE 2 E 8 GRAUS CELSIUS; KIT CONTENDO TESTES, EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA PARA O PRODUTO; ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE; Codigo:48009 Cod.SIAFISICO: 943126 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	349473	TES	30.000,00
86	KIT DOSAGEM DE HOMOCISTEINA QUIMIOLUMINESCENCIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT DOSAGEM DE HOMOCISTEINA; QUIMIOLUMINESCENCIA; PARA DOSAGEM DE HOMOCISTEINA; EM SORO OU PLASMA; PARA REALIZACAO DE TESTES; ACOMPANHA CALIBRADORES E PADROES; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 12 MESES; ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; Codigo:48834 Cod.SIAFISICO: 1538004 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	349994	TES	1.800,00
87	KIT PARA DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT PARA DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO; ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA; MÉTODO COMPETITIVO; EXECUCAO AUTOMATIZADA; SORO; TESTE QUANTITATIVO; ACOMPANHA CALIBRADOR; ACOMPANHA CONTROLES; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 06 MESES; ENTREGA DEVERÁ RESPEITAR A PROGRAMAÇÃO DO USUÁRIO; KIT COM 100 DETERMINAÇÕES; ROTULO CONTENDO N.DE LOTE, DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA; SENSIBILIDADE DE 80NG/ML; O COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DEVE SER MENOR QUE 5%; OBSERVAÇÕES: O ensaio DHEA-S é um imunoensaio de micropartículas também por quimioluminescência (CMIA) para a determinação quantitativa do sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEA-S) em soro e plasma humanos. Codigo:48835 Cod.SIAFISICO: 2209160 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	441860	TES	1.700,00

88	KIT PARA DETECCAO, E DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PEPTIDEO C, PELO METODO DE QUIMIOLUMINESCENCIA, EXECUCAO AUTOMATICA, ACOMPANHA PADRAO E CONTROLES, VALIDADE MINIMA APÓS A ENTREGA NO ALMOXARIFADO DE 6 MESES, O ROTULO DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, Nº DE LOTE, BULA COM INFORMACOES DE USO EM LINGUA PORTUGUESA. Codigo:48836 Cod.SIAFISICO: 4914937 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	349995	TES	1.700,00
89	KIT PARA DETECCAO, E DETERMINAÇÃO SEMIQUANTITATIVA DE AUTOANTICORPOS IGG ESPECÍFICOS, IMUNOENSAIO DE MICROPARTÍCULAS POR QUIMIOLUMINESCÊNCIA (CMIA), PARA O PÉPTIDO CITRULINADO CÍCLICO (CCP) EM SORO E PLASMA HUMANOS, CONTENDO CALIBRADORES E CONTROLES, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES APOS A ENTREGA NO ALMOXARIFADO, O ROTULO DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, Nº DE LOTE, BULA COM INFORMACOES DE USO EM LINGUA PORTUGUESA. Codigo:48837 Cod.SIAFISICO: 4914945 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	447895	TES	1.600,00
90	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT PARA DOSAGEM DE ANTI RECEPTOR DE TSH; POR ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA OU QUIMIOLUMINESCENCIA; EXECUCAO AUTOMATIZADA; EM SORO; TESTES QUANTITATIVO; ACOMPANHA CALIBRADOR, CONTROLE E ACESSORIOS; VALIDADE APOS ENTREGA DE NO MINIMO,ETC 6 MESES; KIT CONTENDO TESTES; Codigo:67651 Cod.SIAFISICO: 3585352 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032	417263	TES	1.800,00
91	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT; PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE TACROLIMUS; POR METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA; MATERIAL BIOLOGICO SANGUE TOTAL; KIT CONTENDO, REAGENTES, CONTROLES E PADROES; ACONDICIONADO EM KIT CONTENDO TESTES; ARMAZENAGEM A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8° C; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE SEIS MESES; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FARICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; REGISTRO NO MS; Codigo:67652 Cod.SIAFISICO: 3796329 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032 Cod.Sus: 05.01.08.005-8	391347	TES	1.000,00
92	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT PARA DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA; IMUNOENSAIO POR QUIMIOLUMINESCENCIA, FASE SOLIDA; EXECUCAO TECNICA DIRETA, SEM EXTRACAO OU DILUICAO MANUAL PREVIA; UTILIZACAO EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO; EM SORO OU PLASMA; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA CALIBRADORES E PADROES; VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 6 MESES; COM BULA TECNICA EM PORTUGUES; KIT CONTENDO TESTES; ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA; Codigo:67653 Cod.SIAFISICO: 5271517 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032 Cod.Sus: 02.02.06.036-5	340723	TES	1.600,00
93	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT PARA DOSAGEM DE ACIDO FOLICO; OU FOLATO; METODO POR QUIMILUMINESCENCIA; EXECUCAO AUTOMATIZADA; EM SORO OU PLASMA; DETERMINACAO QUANTITATIVA; ACOMPANHA CALIBRADOR PADRAO E CONTROLES; ARMAZENADO EM TEMPERATURA ENTRE 2 E 8 GRAUS CELSIUS; KIT CONTENDO TESTES. CONFORME LEGISLACAO VIGENTE; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA AI INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/DATA VALIDADE/PRAZO DE VALIDADE; Codigo:67654 Cod.SIAFISICO: 940488 UNIDADE SIAFISICO:684 Cod.ND:33903032 Cod.Sus: 02.02.01.040-6	357104	TES	3.200,00

9. Estimativa do Valor da Contratação

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: Considerando o Art. 13 da Lei 14.133/21, em seu parágrafo único no item “II - quanto ao orçamento da Administração, nos termos do art. 24 desta Lei.” A não divulgação do orçamento tem por objetivo evitar que as propostas se fixem em torno do preço referencial da administração, acreditamos que a competitividade do certame sem o conhecimento do valor mensurado propicia-se melhores propostas para a licitação, a não divulgação do orçamento obriga os licitantes a efetivamente analisarem sua estrutura de custos para daí elaborarem suas propostas. Espera-se, pois, a apresentação de propostas mais realistas economicamente, sem o viés do valor estimado pela Administração.]

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

10.1. Em atendimento ao Inciso VIII do § 1º do art. 18 da Lei Federal 14.133/2021 e art. 7º, inciso VII da IN 40/2020, justifica-se a opção pelo parcelamento desta contratação, considerando as instruções sempre que o objeto for divisível, não haja prejuízo da solução, permita ampla participação de licitantes.

10.2. Justifico que o objeto desta licitação é composto por itens divisíveis, de acordo com suas características e peculiaridades de comercialização no mercado. Com a possibilidade de adjudicação do objeto por item, demonstrando na questão.

10.3. Justifico que a contratação por item tem como objetivo a ampliação da competição, além de evitara concentração de mercado.

10.4. Justifico que não contratação não há perda de escala ao dividir a solução e possibilita o melhor aproveitamento do mercado.

10.5. Justifico que o parcelamento é tecnicamente viável e economicamente vantajoso, onde o processamento por meio de sistema de registro de preços que permite a contratação conforme demanda atualizada, e sem a obrigatoriedade da aquisição do quantitativo total do objeto licitado, podendo ser adquirida de acordo com a demanda e utilização provável durante a vigência do registro de preço, permitindo para a Instituição a condição de armazenamento dos itens.

10.6. Justifico a adoção do sistema de registro de preço tem por finalidade a eliminação de licitações contínuas a mobilidade orçamentária, por não haver a obrigatoriedade de reserva orçamentária prévia, a rapidez das aquisições necessárias às reposições dos estoques dos itens padronizados e estocáveis, ou dos itens não padronizados com controle do consumo, onde as aquisições se pautam nos quantitativos atuais, obtidos pelo histórico do consumo observação das novas demandas e sazonalidade dos consumos dos itens a serem adquiridos, resultando na regulação dos estoques, eliminando os estoques desnecessários e a ruptura dos mesmos.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Não se verifica contratações correlatas, nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11.2. Em exame da natureza do item que ora se pretende adquirir nessa contratação, não se verifica interdependência deste com quaisquer outros, no sentido de condicioná-lo a sua plena efetivação, ou seja, vindo a adquiri-lo, estará plenamente aptos a atender ao interesse público demonstrado neste ETP.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

12.1. Além de a presente contratação estar alinhada ao planejamento orçamentário, ela possui objeto que atende, em suas características e quantitativos, a uma utilização padronizada, isto é, que corresponde à realização de atividades habituais de assistência à saúde e a demandas recorrentes no âmbito dos serviços prestados pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – HCFAMEMA e por suas unidades. Dessa forma, ratifica-se o

alinhamento entre a contratação e o planejamento também pelo fato de que este processo deriva da identificação técnica e administrativa da necessidade de aquisição de itens cuja utilização é adequada e apropriada, considerando também a infraestrutura e as instalações desta Autarquia, bem como a composição do seu quadro técnico-profissional e o contingente populacional que habitualmente demanda os serviços que dependem da utilização desses itens.

12.2. A presente contratação encontra respaldo institucional conforme designação da Equipe de Planejamento da Contratação publicada no PNCP, Id pca PNCP: 24082016000159-0-000001/2026 – HCFAMEMA.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

13.1. Aquisição visa à continuidade dos serviços prestados e proporcionarão auxílio e suporte ao tratamento dos pacientes desta Instituição.

13.2. A adoção da modalidade Pregão Eletrônica com o Registro de Preço por itens busca o menos dispêndio pela Administração com a economicidade na contratação, um melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis com gerenciamento dos materiais armazenados na Instituição.

14. Providências a serem Adotadas

14.1. Não se vislumbra necessidade de tomada de providências de adequações para a solução a ser contratada e o serviço prestado, uma vez que a instituição já realiza a utilização destes itens.

15. Possíveis Impactos Ambientais

15.1. A contratação pública de insumos e reagentes laboratoriais pode ter diversos impactos ambientais, que variam ao longo de toda a cadeia de suprimentos e uso, desde a produção até o descarte. Nesse sentido, devem ser considerados os principais aspectos:

15.1.1. Produção de insumos e reagentes laboratoriais:

a) Emissão de poluentes: a fabricação de reagentes químicos e insumos laboratoriais envolve sínteses e processos industriais que podem liberar solventes, gases e efluentes poluentes na atmosfera e em corpos d'água, impactando a qualidade do ar e da água.

b) Consumo de recursos naturais: a produção demanda grandes quantidades de água purificada, energia e matérias-primas químicas, gerando um impacto significativo no uso de recursos naturais.

c) Resíduos industriais: o descarte inadequado de subprodutos químicos e resíduos perigosos de síntese industrial pode levar à contaminação severa do solo e de cursos d'água.

15.1.2. Transporte e logística:

a) Emissões de Gases de Efeito Estufa: o transporte de insumos e reagentes, especialmente os importados ou que exigem logística de distribuição especial, contribui para a emissão de gases de efeito estufa.

b) Consumo de Combustíveis Fósseis: o uso de veículos movidos a combustíveis fósseis para a entrega contínua e fracionada de materiais laboratoriais é outro fator ambiental relevante.

15.1.3. Armazenamento:

a) Consumo de Energia: a conservação de reagentes específicos, calibradores, controles e insumos termossensíveis que exigem refrigeração contínua ou ultracongelamento pode ter um impacto significativo no consumo de energia, especialmente se as instalações não forem eficientes.

b) Geração de Resíduos: reagentes com validade vencida, frascos danificados ou insumos degradados por falha de armazenamento também se tornam resíduos perigosos, aumentando a carga ambiental e o risco operacional.

15.1.4. Descarte de insumos e reagentes laboratoriais:

a) Contaminação Ambiental: reagentes químicos, soluções reagentes e insumos biológicos descartados incorretamente podem contaminar gravemente a água e o solo, afetando a flora, a fauna e a saúde pública. Substâncias nocivas, tóxicas ou corrosivas podem persistir no ambiente, gerando altos riscos ecológicos.

b) Impacto na Saúde dos Ecossistemas: compostos químicos laboratoriais (como solventes, metais pesados e corantes) na água podem interferir nos ecossistemas aquáticos, alterando o pH, a oxigenação e a sobrevivência de espécies aquáticas.

15.1.5. Uso de embalagens e consumíveis:

a) Geração de Resíduos Plásticos e de Vidro: insumos laboratoriais utilizam uma grande quantidade de embalagens secundárias e materiais consumíveis (como ponteiras, cuvetas, tubos e frascos de reagentes) feitos de vidro, plástico estéril e outros materiais de difícil reciclagem.

b) Reciclagem e Reutilização: devido ao risco de contaminação biológica ou química, muitos materiais e embalagens não podem ser reciclados de forma convencional, aumentando a quantidade de resíduos destinados ao tratamento especial (incineração ou autoclavagem) e aterros sanitários.

15.2. Esses impactos mostram a importância de adotar práticas mais sustentáveis e conscientes na contratação pública de **INSUMOS PARA DETERMINAÇÃO DE BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE COMODATO**. Pensando nisso, foram estabelecidos, com base no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, requisitos de sustentabilidade para a presente contratação, que estarão previstos em tópico específico do Termo de Referência.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

WILLIAM ALECSANDRO DE MELO DUARTE

Chefe de Seção



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 16:45:35.

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

17.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando que a presente contratação visa à aquisição de insumos e reagentes para determinação de bioquímica e imunologia com cessão de equipamentos em comodato, bens essenciais diretamente relacionados à continuidade das atividades de apoio diagnóstico, análises clínicas e assistência prestadas no Hemocentro do HCFAMEMA, e que o certame será conduzido por meio de procedimento licitatório que assegure a ampla concorrência e a seleção de empresas devidamente habilitadas, declaramos ser viável a contratação pretendida. Esta medida atende integralmente aos critérios de razoabilidade, eficiência, legalidade e especificações técnicas adequadas, garantindo a obtenção do melhor preço em estrita observância ao princípio da economicidade que rege a Administração Pública.

