

Memorando nº.805/2025 HMOPS/COMPRAS.

Assunto: Análise técnica PE nº. 112/2025.

Salinas/MG, 03 de dezembro de 2025.

A Sr.

Cledson Pereira

Diretor Executivo de Licitações

Setor de Compras/Licitação

Prezado senhor,

Cumprimentando cordialmente, encaminho resposta à solicitação apresentada pela empresa **SUTCARE LTDA**, referente ao **Processo nº 204/2025 – Pregão Eletrônico SRP nº 112/2025**, que tem por objeto a aquisição de fios cirúrgicos para atendimento das demandas deste Hospital Municipal.

Item 12 – Fio cirúrgico de ácido poliglicólico.

Após análise técnica e considerando as características apresentadas pela empresa solicitante, informamos que é aceitável a substituição do material originalmente especificado (Ácido Poliglicólico) pelo fio de Poliglactina, uma vez que este produto é equivalente para a finalidade proposta e apresenta qualidade técnica compatível ou superior, não prejudicando o desempenho clínico nem o uso nas rotinas médico-hospitalares.

Dessa forma, acolhemos a oferta da empresa, autorizando a apresentação e o fornecimento do fio de Poliglactina para o referido item, desde que observadas as demais especificações e condições do edital.

Nada mais havendo, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Jéssica Daniele Gomes
Coordenador Técnico
Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana