

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2026-000

## **1 - Itens da Licitação**

## 1 - Prestação de Serviços Temporários

**Descrição Detalhada:** Locação de 02 (dois) analisadores automatizados de hematologia, compactos de bancada para tubo aberto com resultado de no mínimo 19 parâmetros com diferencial de leucócitos em 5 partes.

- Equipamentos para diagnóstico de sangue total humano e concentrados de componentes do sangue total (concentrado de hemácias e Concentrado de Plaquetas oriundas de bolsas de coleta sanguínea para transfusão). O equipamento deve aceitar como anticoagulante EDTAK2 ou EDTA K3 e Citrato de sódio. Modelo para tubo aberto que permita análise de no mínimo 60 amostras por hora com eliminação automática dos resíduos;
- Devem realizar avaliação de no mínimo 19 parâmetros. Que libere glóbulos brancos totais, percentual e número absoluto de linfócitos, de monócitos, eosinófilos, basófilos, granulócitos, glóbulos vermelhos, hemoglobina (g/dl), hematócrito (%), volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração média da hemoglobina corpuscular (CHCM) amplitude da distribuição de glóbulos vermelhos (RDW), plaquetas, volume plaquetário (VPM) médio, amplitude da distribuição das plaquetas (PDW),

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/TO (60)

**Grupo: G1**

## 2 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 7

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo, Características Adicionais: Para Equipamento Hematologia - Hemograma, Componentes Adicionais: Hemolisantes, Diluentes, Calibradores, Controles, Outros Componentes: Soluções De Limpeza

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Teste

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/TO (30000)

**Grupo: G1**

## 2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prestação de Serviços Temporários	60	UNIDADE
2	Reagente Para Diagnóstico Clínico 7	30000	Teste