

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha

**Descrição Detalhada:** Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Amniocentese, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante, Dimensões: Cerca De 22 G X 90MM, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Tipo Uso: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 288 **Quantidade Mínima Cotada:** 288

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 576

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/TO (288)

2 - Trefina / Trepano Oftalmológico

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,25 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 195 **Quantidade Mínima Cotada:** 195

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 390

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/TO (195)

3 - Trefina / Trepano Oftalmológico

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 9,5 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 144 **Quantidade Mínima Cotada:** 144

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 288

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/TO (144)