

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Medidor Índice Acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro Digital, Modelo: De Bancada, Faixa Medição: 0 A 14 Ph, Precisão: 0,01, Temperatura Operação: 0 A 100°C. Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

2 - Lavadora Laboratório

Descrição Detalhada: Lavadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: P/ Placas Até 384 Poços, Componentes: Até 4 Canais Lavagem, Adicional: C/ Agitação, Sensor Nível Líquidos, Memória: Até 50 Programas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

3 - Processador De Tecido

Descrição Detalhada: Processador De Tecido Ajuste: Microprocessado, Digital, Componentes: C/ Visor Sensível Ao Toque, Capacidade: Até 10 Amostras, Controle Temperatura: Até 70 °C, Rotação: Até 5.000 RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

4 - Banho Seco Laboratório

Descrição Detalhada: Banho Seco Laboratório Ajuste: Microprocessado, C/ Tela Sensível Toque, Capacidade: Até 35 Frascos, Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C. Adicional: Com Sistema De Alarmes E Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)