

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS**

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br/>
Tribunal de Justiça

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD
PRESIDÊNCIA/DIGER/DIGEP/JMED****DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**

Unidade Demandante:	JUNTA MÉDICA	Data: 30/01/2026
Responsável pela Formalização:	Bárbara Khristine Álvares de Moura Carvalho Camargo	Matrícula nº 205564
Gestor do contrato titular:		Matrícula nº
Gestor do contrato substituto:		Matrícula nº
Fiscal do contrato:		Matrícula nº
E-mail:	juntamedica@tjto.jus.br	Telefone: 3142-1015

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1. A presente demanda visa à aquisição de equipamentos indispensáveis ao adequado funcionamento das salas de perícias médicas na Capital (Palmas/TO). Registra-se que parte dos equipamentos originalmente destinados a esta Comarca foi disponibilizada para viabilizar a instalação e operacionalização das Salas de Perícias Médicas inauguradas nos anos de 2023 e 2024, nas comarcas de Guaraí/TO, Araguatins/TO, Tocantinópolis/TO, Dianópolis/TO, Gurupi/TO e Araguaína/TO.

1.2. Os equipamentos ora demandados são essenciais ao atendimento das demandas judiciais e administrativas da Junta Médica Oficial do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, considerando que as perícias médicas constituem elemento técnico fundamental para subsidiar os Magistrados na análise de questões que envolvem aspectos da medicina. Ademais, a ampliação e interiorização dos atendimentos periciais contribuem para maior celeridade processual, para a melhoria do atendimento aos jurisdicionados e para a redução da necessidade de deslocamentos, reforçando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados.

1.3. Diante desse contexto, justifica-se a aquisição dos itens descritos a seguir, com vistas à recomposição e estruturação mínima necessária das salas de perícias médicas, assegurando a continuidade e regularidade das atividades periciais.

2. INDICAÇÃO DO OBJETO E PREVISÃO NO PCA

2.1. A presente demanda tem por objetivo a aquisição de equipamentos para composição/reequipagem das salas de perícias médicas: (i) maca/mesa de exame clínico; (ii) escada de acesso para maca; (iii) negatoscópio para fixação em parede; e (iv) balança clínica digital com antropômetro.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	CATMAT
01	Maca/mesa de exame clínico com rodízios e suporte para lençol descartável, com as seguintes especificações mínimas: - Estrutura: aço inoxidável; - Acabamento superficial: esmaltado; - Rodas/pés: com rodízios e pés fixos; - Dimensões aproximadas: comprimento 2,00 m; largura 0,90 m; altura 1,00 m; - Capacidade de carga: até 250 kg; - Cabeceira: regulável por cremalheira; - Acessórios: leito fixo com colchão (dimensões: 1,80 m (C) x 0,54 m (L) x 0,05 m (A); espuma D26 de alta densidade; espessura 5 cm), revestimento em courvin.	Unidade	3	442253
02	Escada para maca (2 degraus), com as seguintes especificações mínimas: - Número de degraus: 2; - Material: estrutura e piso em aço inoxidável; - Degraus e sapatas: com revestimento antiderrapante; - Dimensão aproximada (C x L x A): 45 cm x 45 cm x 50 cm; - Capacidade de carga: mínima de 150 kg. 617878	Unidade	3	617878
03	Negatoscópio para fixação em parede (2 corpos), com as seguintes especificações mínimas: - Estrutura: chapa de aço; - Acabamento superficial: pintura eletrostática; - Visor: acrílico translúcido; - Alimentação: bivolt (110/220 V), frequência 60 Hz; - Características adicionais: prendedor por gravidade e luz fria polarizada.	Unidade	3	415963
04	Balança clínica médica digital com antropômetro, com as seguintes especificações mínimas: - Capacidade: até 200 kg; - Divisão: 100 g; - Alimentação: bivolt (110/220 V), frequência 50/60 Hz; - Display: digital/eletrônico (LCD); - Plataforma: aço com superfície antiderrapante; - Características adicionais: mostrador LCD e antropômetro.	Unidade	2	344981

2.2. A contratação em questão está prevista nos **itens: 100, 101, 102, e 103** do Plano de Contratações Anual do TJTO para o exercício de 2026, conforme registrado no Processo SEI nº [25.0.000008786-9](#), no evento [6928129](#).

INFORMAÇÕES RELEVANTES

3.1. Não há contrato vigente para o fornecimento dos objetos pretendidos. Os equipamentos serão destinados à composição/reequipagem das salas de perícias médicas, atendendo às necessidades operacionais do setor. Considerando a natureza e o valor do objeto, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) é dispensável/facultativa, mediante justificativa, nos termos da regulamentação interna pertinente.

EXPECTATIVA DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

4.1. A aquisição e disponibilização dos equipamentos visa compor a estrutura física das salas de perícias médicas localizadas em Palmas, restabelecendo condições adequadas de funcionamento e assegurando ambiente apropriado à realização das atividades periciais, em conformidade com normas técnicas aplicáveis. Com isso, espera-se ampliar a eficiência, o conforto e a qualidade do atendimento aos servidores e jurisdicionados, contribuindo para a continuidade e regularidade dos serviços prestados pela Junta Médica Oficial.



Documento assinado eletronicamente por **Barbara Khristine Alvares de Moura Carvalho Camargo**, **Chefe da Junta Médica do Poder Judiciário**, em 09/02/2026, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Rodrigo Stella**, **Médico Perito e Chefe Substituto da Junta Médica Oficial do Tribunal de Justiça**, em 09/02/2026, às 19:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **6972364** e o código CRC **A81491F1**.