

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90776/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Consultório odontológico

Descrição Detalhada: Consultório Odontológico Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática, Tipo Revestimento: Pvc Laminado S/ Costura, Tipo Encosto: Cabeceira Biarticulada, Tipo Controle: Comando Pedal P/ Cadeira E Refletor, Equipos: Equipos Acoplados, Bandeja, 3 Terminais Borden, Tipo Refletor: Led, Tipo Unidade Auxiliar: Cuba, 2 Sugadores, Seringa Tríplice

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156 **Quantidade Mínima Cotada:** 156

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63.892,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 312

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (156)

Grupo: G1

2 - Conjunto acadêmico

Descrição Detalhada: Conjunto Acadêmico Uso Odontológico Componente: Alta Rotação, Rolamento Aço Inoxidável, 400.00 Rpm, Características Adicionais: 3 Furos, Saca Broca, Cabeça Padrão, Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta, Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa, Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos), Apresentação: Estojo, Conjunto Completo, Acessórios: Óleo Lubrificante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 157 **Quantidade Mínima Cotada:** 157

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.990,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 314

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (157)

Grupo: G1

3 - Compressor de ar odontológico

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156 **Quantidade Mínima Cotada:** 156

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.080,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 312

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (156)

Grupo: G1

4 - Bomba sucção odontológica

Descrição Detalhada: Bomba Sucção Odontológica Aplicação: Sangue E Secreção, Tensão: 110/220V, Frequência: Cerca De 60HZ, Potência Motor: 1/5HP, Capacidade Sucção: Cerca De 720 MmhgMM, Vazão: Cerca De 520L/MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156

Quantidade Mínima Cotada: 156

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.990,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 312

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (156)

Grupo: G1

5 - Peças - equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Led, Aplicação: Aparelho Fotopolimerizador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156

Quantidade Mínima Cotada: 156

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.770,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 312

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (156)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Consultório odontológico	156	Unidade
2	Conjunto acadêmico	157	Unidade
3	Compressor de ar odontológico	156	Unidade
4	Bomba sucção odontológica	156	Unidade
5	Peças - equipamento odontológico	156	Unidade