
ESCLARECIMENTO - ULTRAMED - PE 689/2026 - PROC. 2024-5N4CH

De : Secretaria de Estado da Saude / SESA - CPL <sesacpl@saude.es.gov.br>

qui., 22 de out. de 2026 08:21

Assunto : ESCLARECIMENTO - ULTRAMED - PE 689/2026 - PROC. 2024-5N4CH

 1 anexo

Para : Luciana Marchesi Siqueira, Central Administrativa GECORP
<lucianasiqueira@saude.es.gov.br>

Bom dia!

Solicitamos que seja respondido os questionamentos referente processo **2024-5N4CH**.

Favor responder no máximo até as 16:00.

Atenciosamente,
Núcleo Especial de Compras e Licitações – NECL/SESA-ES.
tel.: 27-3347-5746 / 3347-5745 / 3347-5749 / 3347-5756

 **ESCLARECIMENTO - ULTRAMED.pdf**
291 KB



Relatório de Esclarecimento

Informações do Esclarecimento	
Número Licitação	689/2026
Fornecedor	ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF	01617634000150
Situação	Aguardando Resposta
Data/Hora Cadastro	21/10/2026 19:37
Documento Identificação	47891220778
Usuário Responsável	Adwalter José Fernandes Benevides
Conteúdo	Em relação à exigência de grau de proteção IPX2 para os monitores multiparamétricos, solicitamos à equipe técnica avaliar a aceitação de equipamentos com grau de proteção IPX1, mediante comprovação em documentação do fabricante e atendimento às demais exigências do edital. A classificação de proteção contra ingresso de água, estabelecida pela norma IEC 60529, corresponde a condições específicas de ensaio do invólucro. O grau IPX1 contempla proteção contra efeitos prejudiciais de gotas de água em queda vertical, enquanto o IPX2 contempla essa exposição com o invólucro inclinado em até 15° em relação à posição normal, sob condições de ensaio mais severas. Portanto, o equipamento IPX1 já dispõe de proteção documentada contra gotejamento vertical. Para a aplicação pretendida, entendemos pertinente avaliar a necessidade desse acréscimo de proteção em função das condições efetivas de instalação e operação. Caso os monitores sejam utilizados predominantemente à beira leito, em ambiente inte
Anexo	(não há.)

Respostas			
Data/Hora Resposta	Usuário Responsável	Resposta	Anexo
Nenhuma resposta registrada até o momento.			



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/10/2026 10:08:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por HENRIQUE COSTALONGA GOMES (ANALISTA DO EXECUTIVO - NECL - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-73X5W9>