Zimbra **sesacpl@saude.es.gov.br**

Re: Esclarecimento PE 129/2026-2

De : Geaf Serphospitals <geaf.serphospitais@saude.es.gov.br> ter., 03 de nov. de 2026 14:35

Assunto : Re: Esclarecimento PE 129/2026-2

Para : Secretaria de Estado da Saude, SESA - CPL <sesacpl@saude.es.gov.br>

Prezados, boa tarde!
Em atenção ao questionamento apresentado, esclarecemos que será aceita a máscara cirúrgica descartável com fixação auricular por meio de dois elásticos laterais, sendo um em cada lado, desde que os elásticos sejam fixados por meio de solda eletrônica e o produto atenda integralmente às demais especificações técnicas estabelecidas no edital, incluindo os requisitos de composição, gramatura, eficiência de filtração bacteriana e de partículas, acabamento e demais características exigidas.

Ressaltamos que o produto deverá atender integralmente a todas as especificações técnicas e aos requisitos de qualidade estabelecidos no instrumento convocatório.
Por fim, destacamos que o produto ofertado deverá seguir rigorosamente todas as características e exigências descritas no descritivo do edital, não sendo admitidas divergências em relação às especificações estabelecidas.

Atenciosamente,
Paula Camargo Ferreira Siqueira - Farmacêutica
PERP Hospitais
NEGEP/GEAF/SESA
Telefone: (27) 3636-8359

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde

----- Em 3 de Nov de 2026, em 8:56, Secretaria de Estado da Saude, SESA - CPL <sesacpl@saude.es.gov.br> escreveu:

Bom dia!

Solicitamos que seja respondido os questionamentos em anexo referente processo 2025-L7D9C. Favor responder no máximo até amanhã às 09:00.

Atenciosamente,
Núcleo Especial de Compras e Licitações – NECL/SESA-ES.
tel.: 27-3347-5746 / 3347-5745 / 3347-5749 / 3347-5756