Zimbra **sesacpl@saude.es.gov.br**

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 714/2026 - PROC 2026-TRPF9 - SEC ES

De : Núcleo de Biologia Médica - LACEN <lacen.biologiamedica@saude.es.gov.br> ter., 03 de nov. de 2026 09:15
Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 714/2026 - PROC 2026-TRPF9 - SEC ES 1 anexo
Para : Secretaria de Estado da Saude, SESA - CPL <sesacpl@saude.es.gov.br>

Prezados,

Em atenção ao Pedido de Esclarecimento referente ao **Pregão Eletrônico nº 714/2026 (Processo E-Docs nº 2026-TRPF9),** segue maninfestação deste Lacen:

Questionamento: "Com o objetivo de identificar corretamente os produtos que atendam às especificações técnicas dos itens 8, 9 e 10, solicitamos, por gentileza, esclarecimento quanto ao formato das placas para PCR. Considerando que existem diferentes configurações de placas, gostaríamos de confirmar se, para cada um dos itens mencionados, serão aceitas placas de quais tipos: Non-skirted: sem saia; Semi-skirted: com meia saia; Full-skirted: com saia completa."

Resposta: Para os itens 08 e 10, conforme estabelecido no descritivo, são exigidas placas do tipo semi-saia. Quanto ao item 09, serão aceitas placas de qualquer tipo, desde que sejam compatíveis com o termociclador ABI 7500 e atendam às demais características técnicas estabelecidas no descritivo.

Atenciosamente,

Kamilla Guimarães Costa
Farmacêutica - Núcleo de Biologia Médica/LACEN
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes,2025, Vitória/ES CEP:29050-625
(27)3636-8381

De: "Secretaria de Estado da Saude, SESA - CPL" <sesacpl@saude.es.gov.br>
Para: "lacen biologiamedica" <lacen.biologiamedica@saude.es.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 3 de novembro de 2026 8:41:35
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 714/2026 - PROC 2026-TRPF9 - SEC ES

Bom dia!

Solicitamos que seja respondido o questionamento referente processo 2026-TRPF9. Favor responder no máximo até amanhã às 10:00.

Atenciosamente,
Núcleo Especial de Compras e Licitações – NECL/SESA-ES.
tel.: 27-3347-5746 / 3347-5745 / 3347-5749 / 3347-5756

De: "juliane silva" <juliane.silva@thermofisher.com>
Para: "Secretaria de Estado da Saude, SESA - CPL" <sesacpl@saude.es.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 30 de outubro de 2026 10:14:30
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 714/2026 - PROC 2026-TRPF9 - SEC ES

LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA, ("Life"), sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Portugal, nº 1.100 - Parte C 38, Bairro Itaqui, Cidade de Itapevi - São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 63.067.904/0005-88 – Filial Itapevi, por seu representante legal abaixo assinado, vem, respeitosamente, apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**, nos termos abaixo:

QUESTIONAMENTOS: Itens 8, 9 e 10

Questionamento: Com o objetivo de identificar corretamente os produtos que atendam às especificações técnicas dos itens 8, 9 e 10, solicitamos, por gentileza, esclarecimento quanto ao formato das placas para PCR.

Considerando que existem diferentes configurações de placas, gostaríamos de confirmar se, para cada um dos itens mencionados, serão aceitas placas de quais tipos:

- **Non-skirted: sem saia;**
- **Semi-skirted: com meia saia;**
- **Full-skirted: com saia completa.**

O esclarecimento é necessário para garantir a correta seleção e oferta dos produtos

DO PEDIDO:

Diante do exposto, requer que o presente pedido de esclarecimento seja deferido e esclarecido.

Atenciosamente,

Juliane Santos Silva
Analista de Licitações, Brasil
Life Science Solutions

Thermo Fisher Scientific

Phone 11 99765-5794
Rua Eugênio de Medeiros, 303 – 11º andar – Pinheiros – São Paulo – SP – CEP 05425-000

E-mail : juliane.silva@thermofisher.com / licitacao.brasil@thermofisher.com / www.thermofisher.com

