Zimbra **sesacpl@saude.es.gov.br**

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2026 - ID CidadES/TCE/ES: 2026.500E0500019.01.0262 - GRUPO KSS

De : Licitacao_GrupoKSS <licitacao@grupokss.com.br> ter., 10 de nov. de 2026 10:34

Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2026 - ID CidadES/TCE/ES: 2026.500E0500019.01.0262 - GRUPO KSS

2 anexos

Para : sesacpl@saude.es.gov.br

Cc : licitacao2@grupokss.com.br, licitacao2@grupokss.com.br

Prezados, bom dia!

Encaminhamos, em anexo, pedido de esclarecimento referente ao descritivo técnico da mesa cirúrgica elétrica.

Solicitamos, gentilmente, a análise e os esclarecimentos pertinentes, a fim de possibilitar a correta interpretação das especificações técnicas e a adequada elaboração da proposta comercial.

Ficamos no aguardo de um retorno mais breve possível.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

2026-Q2CFNL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 10/11/2026 14:17 PÁGINA 1 / 5



10.11.2026 - ESCLARECIMENTO - PE 254.2026-1 - SESA.pdf
595 KB

2026-Q2CFNL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 10/11/2026 14:17 PÁGINA 2 / 5

ILUSTRISSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) OFICIAL E EQUIPE DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESPIRÍTO SANTO

Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2026

OBJETO: BEM PERMANENTE – MESA CIRÚRGICA, KIT PARA CIRURGIA DE ORTOPEDIA E DE NEUROLOGIA

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO TÉCNICO

A licitante infra-assinada, no exercício do direito conferido pelo **art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021** e pelo item 13 do Edital, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO TÉCNICO** para os **itens 1 – Mesa Cirúrgica Elétrica**, com o propósito de sanar omissões textuais, harmonizar requisitos construtivos às normas vigentes da ABNT e garantir a formulação de propostas escorreitas e isonômicas.

1. **ITEM 1 : MESA CIRÚRGICA UNIVERSAL**

1.1. Grau de proteção IP do equipamento

Considerando que **o descritivo técnico da mesa cirúrgica estabelece características relacionadas à facilidade de limpeza e à prevenção do acúmulo de fluidos em seu interior**, entendemos que tais requisitos estão diretamente relacionados à proteção dos componentes internos do equipamento contra a penetração de líquidos, especialmente durante os procedimentos de higienização e desinfecção.

Entretanto, verificamos que o edital não especifica o **grau de proteção IP (Índice de Proteção)** mínimo exigido para o equipamento, parâmetro técnico que permite estabelecer objetivamente o nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e líquidos.

Diante do exposto, solicitamos esclarecimento quanto ao seguinte:

a. **Qual é o grau de proteção IP mínimo exigido para a mesa cirúrgica, especialmente em relação à proteção contra a penetração de líquidos durante os procedimentos de limpeza e desinfecção?**

2026-Q2CFNL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 10/11/2026 14:17 PÁGINA 3 / 5

b. Caso não haja um grau de proteção IP específico previamente definido, será aceita a apresentação de equipamento que possua proteção equivalente, comprovada por documentação técnica do fabricante, desde que atenda aos requisitos de facilidade de limpeza e prevenção do acúmulo de fluidos internos estabelecidos no edital?

O esclarecimento é necessário para garantir uma avaliação objetiva da conformidade técnica dos equipamentos ofertados, assegurando condições adequadas de higienização, segurança e durabilidade.

Nestes termos.

Pede deferimento.

São José dos Pinhais, 10 de novembro de 2026.

KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA
CNPJ/MF sob n.º 79.805.263/0001-28
RICARDO CARVALHO – SÓCIO
CPF 873.087.209-00
Rg. 5.430.580-0-SSP-PR

79.805.263/0001-28
KSS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA
RUA CASTRO N.º 29
CRUZEIRO - CEP 83010-080
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

2026-Q2CFNL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 10/11/2026 14:17 PÁGINA 4 / 5

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/11/2026 14:17:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por HENRIQUE COSTALONGA GOMES (AGENTE DE CONTRATACAO - NECL - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-Q2CFNL