Zimbra **sesacpl@saude.es.gov.br**

Re: [ESCLARECIMENTOS] SESA - PE Nº 254/2026 - ITEM 01 ,02 - MESA CIRÚRGICA - EQUIPAMENTOS GETINGE - RTS

De : COMISSÃO ESTADUAL DE AQUISIÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIALARES - CEAPEH <ceapeh@saude.es.gov.br>

qua., 11 de nov. de 2026 14:04

2 anexos

Assunto : Re: [ESCLARECIMENTOS] SESA - PE Nº 254/2026 - ITEM 01 ,02 - MESA CIRÚRGICA - EQUIPAMENTOS GETINGE - RTS

Para : Secretaria de Estado da Saude / SESA - CPL <sesacpl@saude.es.gov.br>

Prezados,

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa Getinge referente ao Pregão Eletrônico nº 254/2026, esclarecemos:

Item 01 – Mesa Cirúrgica – Tampo (subitem 1.4 do Anexo I-A): Não será aceito tampo em baquelite ou outro material em substituição à fibra de carbono. O requisito é expresso no Termo de Referência e está tecnicamente justificado no próprio descritivo: a fibra de carbono apresenta menor atenuação dos raios X, o que permite a obtenção de imagens com menor dose de radiação ao paciente e à equipe durante o uso do arco cirúrgico, independentemente da modalidade de imagem empregada.

Item 01 – Mesa Cirúrgica – Alimentação (subitem 1.8 do Anexo I-A): Não será aceita alimentação bivolt com seleção manual (chaveada). O Termo de Referência exige alimentação bivolt automática, requisito destinado a eliminar o risco de erro operacional na seleção de tensão, com potencial dano ao equipamento e comprometimento da disponibilidade do centro cirúrgico.

Item 02 – Kit para Cirurgia de Ortopedia – Conjunto para cirurgia de ombro (subitem 2.4 do Anexo I-A): A exigência de fixadores compatíveis com os trilhos laterais tem por finalidade assegurar a fixação segura e estável do conjunto à mesa ofertada. Será aceito conjunto com acoplamento direto ao tampo da mesa, nas posições normal e reversa, desde que seja original do mesmo fabricante da mesa (subitem 2.1), contemple todos os componentes descritos no subitem 2.4 e assegure a estabilidade e a segurança do paciente durante o procedimento.

Item 02 – Kit para Cirurgia de Ortopedia – Conjunto de suporte de joelhos (subitem 2.5 do Anexo I-A): Trata-se de suporte para cirurgia artroscópica de joelho, destinado à estabilização da coxa do paciente, de modo a permitir a livre flexão e manipulação do joelho durante o procedimento, com fixação compatível com a mesa ofertada. O item não se confunde com o porta-coxas, já previsto como acessório da mesa (subitem 1.20), nem com as placas de pernas que compõem o tampo.

Prazo de entrega: Não será aceita a alteração do prazo de entrega. Permanece o prazo de 90 (noventa) dias corridos previsto no subitem 8.1.1 do Termo de Referência. Eventuais pedidos de prorrogação durante a execução contratual deverão observar o disposto no subitem 8.1.2 do Termo de Referência, sendo analisados mediante justificativa fundamentada.

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.

COMISSÃO ESTADUAL DE AQUISIÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- CEAPEH
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE – SSFAS
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SESA
Tel: (27) 3347-5715

De: "Secretaria de Estado da Saude / SESA - CPL" <sesacpl@saude.es.gov.br>
Para: "COMISSÃO ESTADUAL DE AQUISIÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIALARES, CEAPEH" <ceapeh@saude.es.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de novembro de 2026 12:07:41
Assunto: Fwd: [ESCLARECIMENTOS] SESA - PE Nº 254/2026 - ITEM 01 ,02 - MESA CIRÚRGICA - EQUIPAMENTOS GETINGE - RTS

Bom dia!

Solicitamos que seja respondido os questionamentos referente processo 2025-0SKTV. Favor responder no máximo até amanhã às 10:00.

Atenciosamente,
Núcleo Especial de Compras e Licitações – NECL/SESA-ES.
tel.: 27-3347-5746 / 3347-5745 / 3347-5749 / 3347-5756

De: "djessica sousa" <djessica.sousa@getinge.com>
Para: "Secretaria de Estado da Saude, SESA - CPL" <sesacpl@saude.es.gov.br>
Cc: "debora david" <debora.david@getinge.com>, "Helisa Almeida" <licita@rtsrio.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de novembro de 2026 11:40:28
Assunto: [ESCLARECIMENTOS] SESA - PE Nº 254/2026 - ITEM 01 ,02 - MESA CIRÚRGICA - EQUIPAMENTOS GETINGE - RTS

Bom dia, prezados.

Segue questionamentos para o item mesa cirúrgica:

ITEM 01 – MESA CIRÚRGICA:

Tampo:

"*O tampo deve ser de revestimento de fibra de carbono, radiotransparente, assegurando imagens nítidas com menor dose de radiação durante o uso de arco cirúrgico, livre de barras transversais ao longo de toda a extensão do tampo.*"

Questionamento Getinge:

Considerando que o tampo utilizado para visualização da imagem com uso do arco em C precisa permitir a radiotransparência para a visualização, questionamos se o material de fabricação do tampo da mesa cirúrgica poderá ser radiotransparente em baquelite – radiotransparente e sem barras ou hastes, visto que a fibra em carbono eleva demasiadamente o valor da mesa e tem como indicação o uso de imagems em 360° ou 3 D os quais não estão descritos neste certame. Ressaltamos que, o material radiotransparente em questão permite total visibilidade com uso do arco em C, sem nenhuma haste ou barra que impeça a visualização e enfatizamos ainda que a condição de visibilidade se mantém estável e livre independente do posicionamento ajustado junto ao paciente.

Segurança e alimentação:

"Tensão de alimentação elétrica bivolt automática, 100 a 240V AC 60hz."

Questionamento Getinge:

Visto que a mesa em questão possui alimentação bivolt, porém chaveada, questionamos se será aceito a condição chaveada de alimentação.

ITEM 02 - KIT PARA CIRURGIA DE ORTOPEDIA:

"2.4 - 01 Conjunto para cirurgia de ombro em posição sentada/cadeira de praia,composto por suporte para cirurgia de ombro, apoio de cabeça para cirurgia sentado, apoios/estabilizadores de ombro e corpo, fixadores compatíveis com os trilhos laterais da mesa."

Questionamento Getinge

Diante da importância de se manter estabilidade e segurança, uma vez que o acessório deverá sustentar o peso do corpo do paciente e a possibilidade de retirar parte do acessório referente ao lado a ser operado, mantendo estabilidade, questionamos se será permitido um acessório que tenha o encaixe realizado diretamente ao tampo da mesa, tanto em posição normal quanto reversa para permitir total estabilidade e segurança ao paciente e toda a equipe.

"2.5 01- Conjunto de suporte de joelhos."

Questionamento Getinge

Poderiam esclarecer qual o tipo de suporte para os joelhos para que possamos enviar a descrição correta do item. Seria para cirurgia de artroscopia? Apoio como porta-coxas visto que o item já foi solicitado juntamente a mesa cirúrgica? Apoio como bota pneumática? Parte das pernas que compõem a mesa cirúrgica?

PRORROGAÇÃO PRAZO DE ENTREGA:

Será aceita a prorrogação do prazo de entrega previsto em edital, de **90 (noventa) dias**, para **120 (cento e vinte) dias**, considerando que se trata de equipamento de origem importada?

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Djessica Caroline
Intern | Licitações

Brazil

Phone: +55 11 2608-7376

Mobile: +55 11 9 6905-8387

djessica.sousa@getinge.com

Getinge

Av. Manuel Bandeira, 291 – Bloco B – Conj. 33 e 34

São Paulo, SP 05317-020

Brazil
www.getinge.com/br

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.



COMISSÃO ESTADUAL DE AQUISIÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES_page-0001.jpg
47 KB