

E-mail Contatos Agenda Tarefas Porta-arquivos Preferências Fwd: ESCLARECIM

Fechar Responder Responder a todos Encaminhar Apagar Spam Ações



Ao analisarmos as especificações do produto licitado, identificamos que há uma divergência nas especificações, pois na tabela do item identificamos que se trata de uma câmara mortuária para corpos, inclusive o lay-out e desenho confirma isso, ocorre que após as imagens da câmara o descritivo técnico se trata de uma câmara mortuária para dois corpos, de acordo com as dimensões especificadas e também a quantidade de macas, pois para novo corpos deverá possuir no mínimo nove macas e também as dimensões deverão ser de no mínimo:

Dimensões: 2520x2450x2050mm.

Volume: 9,57m³

Potência: no mínimo 2,5HP

E também será necessário informar se pretendem adquirir na **versão refrigerada ou congelada**, e da forma como está descrita está gerando muitas dúvidas.

Outro ponto, é se o **aço inoxidável deverá ser o AÇO INOX AISI 304**? pois esse seria o aço recomendado pois evitaria possíveis oxidações, diferentemente do aço inox 201 e 430 que não são tão resistentes contra oxidação.

E por fim, se o equipamento **deverá possuir o sistema de higienização por ozônio**? Pois foi colocado como opcional, e isso poderá ficar a critério da empresa ofertar com ou sem o sistema.

No aguardo de um breve retorno, agradeço a atenção dispensada.

Cordialmente,

Paulo Cezar
Licitações

