

**Relatório de Esclarecimento**

Informações do Esclarecimento	
Número Licitação	246/2026
Fornecedor	SENSORWEB SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
CNPJ/CPF	10769033000154
Situação	Aguardando Resposta
Data/Hora Cadastro	29/04/2026 20:52
Documento Identificação	02584186993
Usuário Responsável	Douglas Pesavento
Conteúdo	Exigência de que os sensores a serem fornecidos possuam display integrado para visualização local das medições
Anexo	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.pdf

Respostas			
Data/Hora Resposta	Usuário Responsável	Resposta	Anexo
Nenhuma resposta registrada até o momento.			

Prezados,

A interessada, na qualidade de potencial licitante no âmbito do Edital nº 246/2026, vem, respeitosamente, com fundamento nos princípios da legalidade, isonomia, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa, previstos na Lei nº 14.133/2021, apresentar o presente **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**, nos seguintes termos:

Em análise ao Termo de Referência, verifica-se a exigência de que os sensores a serem fornecidos possuam **display integrado para visualização local das medições**.

Entretanto, observa-se que o próprio edital também prevê a disponibilização de sistema com acesso remoto por meio de dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, possibilitando o acompanhamento em tempo real dos dados coletados.

Diante disso, visando à correta compreensão das exigências técnicas e à adequada formulação da proposta, solicita-se o esclarecimento dos seguintes pontos:

1. A exigência de sensores com display integrado deve ser considerada requisito técnico obrigatório e de caráter eliminatório, ou poderão ser aceitas soluções tecnológicas equivalentes que garantam a visualização imediata das informações por outros meios, ainda que não incorporados fisicamente ao sensor?
2. Será admitida, para fins de atendimento à funcionalidade de visualização local, a utilização de dispositivos externos dedicados (tais como tablets fixos por setor), integrados ao sistema de monitoramento, que permitam o acesso em tempo real aos dados de todos os pontos monitorados?
3. Em sendo admitida solução alternativa por meio de dispositivos externos, há definição ou parâmetro mínimo quanto ao quantitativo desses equipamentos a serem disponibilizados por ambiente ou unidade monitorada?

Cumprе destacar que a exigência de display integrado, a depender de sua interpretação como requisito obrigatório e exclusivo, pode implicar **restrição à competitividade do certame**, ao limitar a participação de soluções tecnológicas amplamente utilizadas no mercado, que atendem integralmente às finalidades de monitoramento contínuo, rastreabilidade, geração de alertas e resposta a desvios, por meio de plataformas digitais centralizadas.

Adicionalmente, destaca-se que soluções de monitoramento sem display integrado, com visualização centralizada por meio de plataformas digitais e dispositivos dedicados, já são amplamente adotadas em ambientes públicos de saúde, inclusive em unidades localizadas no mesmo ente federativo, atendendo integralmente às exigências de controle, rastreabilidade, geração de alertas e resposta a desvios.

Nesse sentido, o presente esclarecimento se faz necessário para assegurar a observância dos princípios da **isonomia, razoabilidade, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa**, evitando interpretações que possam restringir indevidamente o universo de licitantes.

Termos em que,
Pede deferimento.

Atenciosamente,
Interessado