

Zimbra

sesacpl@saude.es.gov.br


---

**Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PE 347/2026**

---

**De :** Núcleo de Biologia Médica - LACEN  
<lacn.biologiamedica@saude.es.gov.br>

seg., 01 de jun. de 2026 16:35

 1 anexo

**Assunto :** Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PE  
347/2026

**Para :** Secretaria de Estado da Saude, SESA - CPL  
<sesacpl@saude.es.gov.br>

Prezados,

Segue manifestação deste Lacen visando responder ao questionamento do Pedido de Esclarecimento referente ao **Pregão Eletrônico nº 347/2026 (Processo E-Docs nº 2025-3T5T9)**:

***Questionamento:*** "Venho por meio desta verificar se é possível apresentação/registro de proposta de equipamento que não possua pinhão e cremalheira."

***Resposta:*** Não. Conforme as especificações técnicas estabelecidas no Item 06 do Anexo I – Termo de Referência nº 048/2025, o equipamento deverá possuir sistema de movimentação por pinhão e cremalheira, destinado a proporcionar maior precisão e suavidade no controle dos deslocamentos da platina.

Atenciosamente,

Eric Arrivabene Tavares  
Biólogo - Núcleo de Biologia Médica/LACEN  
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes,2025, Vitória/ES CEP:29050-625  
(27)3636-8381

---

**De:** "Secretaria de Estado da Saude, SESA - CPL" <sesacpl@saude.es.gov.br>

**Para:** "lacn.biologiamedica" <lacn.biologiamedica@saude.es.gov.br>

**Enviadas:** Segunda-feira, 1 de junho de 2026 15:01:51

**Assunto:** Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PE 347/2026

Boa tarde!

Solicitamos que seja respondido o questionamento referente processo 2025-3T5T9.  
Favor responder no máximo até amanhã às 15:00.

Atenciosamente,