



Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
2026-VVXL7

Responsável
HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA

Objeto

Coletor de urina e secreções; tipo: frasco; sistema: aberto; material: plástico; cor: transparente; composição: tubo drenagem, conector cônico com protetor, alça fixação no leito; graduação: graduação a cada 100 ml; capacidade: 1200 ml; esterilidade: não estéril; uso: descartável; embalagem: embalagem individual, rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, número lote/série, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas alterações posteriores; legislação: de acordo com legislação atual vigente; unidade de fornecimento: unidade.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 31/08/2026 - 15:00	Fim Envio Propostas 14/09/2026 - 13:00	Pregoeiro PAULO SERGIO DE SOUZA DUTRA
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens

Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Item 1	460850	COLETOR DE URINA - CAPACIDADE: CERCA DE 1200 ML; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; GRADUAÇÃO: GRADUADA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: SISTEMA ABERTO	1 UN	6.000	3,40	20.400,00