



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo		
Nº Processo 2024-25GJN	Repetição 1	Órgão SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA
Objeto AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE- REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS		

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta 15/2025	Tipo Sem Disputa	Criação 17/03/2025 - 10:59	Publicação 17/03/2025 - 11:12
Data/Hora início envio de propostas 17/03/2025 - 11:30	Data/Hora fim do envio de propostas 21/03/2025 - 09:00	Contato ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA	Telefone 2737172501
Criado por ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA	Prazo de Entrega 20 DIAS	Local de Entrega Rua Aroldo Antolini, s/nº, 2º piso, Bairro Vila Nova, Colatina, CEP: 29.702-080, no horário de 08:00 às 16:00	Critério Julgamento Menor Preço
Situação Aguardando Abertura	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Dispensa sem Valor Estimado Não	Exibir Valor de Referência Sim
Observação --			

Listagem						
LOTE 001						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	234176	EQUIPAMENTO VERTICAL DESENVOLVIDO E PROJETADO PARA A GUARDA CIENTIFICA DE VACINAS E ASSEMBLHADOS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MINIMO DE 970 LITROS. REFRIGERACAO COM CIRCULACAO DE AR FORCADO. CAMARA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL, GABINETE EXTERNO DE CHAPA PINTADA COM ALTA RESISTENCIA A CORROSAO ESPESSURA DE MINIMO 7 CM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO, COM NO MINIMO 8 GAVETAS FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL, CONTRA TAMPAS INDIVIDUAIS. SISTEMA DE REFRIGERACAO POR COMPRESSOR HERMETICO A/C DE ALTA CAPACIDADE DE RECUPERACAO TERMICA, ESTABILIDADE E HOMOGENEIDADE. PORTA DE ACESSO VERTICAL. PORTA DE VIDRO TRIPLO ANTI EMBACANTE. EQUIPADO COM RODIZIOS COM FREIO. DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO DE CONDENSADO. PAINEL DE COMANDO UNICO E CONTROLE EM LCD, FRONTAL SUPERIOR, COM MEMORIA INTERNA POSSIBILITANDO EXPORTACAO POR PEN DRIVE DOS REGISTROS E DADOS CRIPTOGRAFADOS COM EMISSAO DE RELATORIOS DE TEMPERATURAS, DESEMPENHO E EVENTOS OCORRIDOS COM GARANTIA DA RASTREABILIDADE DO RELATORIO COM O EQUIPAMENTO COM COMANDO ELETRONICO DIGITAL MICRO PROCESSADO PROGRAMAVEL DE 2 GRAUS CELSIUS A 8,0 GRAUS CELSIUS NO MINIMO, SISTEMA PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO EM CASOS DE PANE ELETRICAS/ELETRONICOS DO COMANDO PRINCIPAL, TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE POR SOLUCAO ATRAVES DE SENSOR DE TEMPERATURA PT100 A 4 GRAUS CELSIUS. DOTADO DE SENHA PARA ACESSO A QUAISQUER AJUSTES SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO COM DISPARO INSTANTANEO DE MAXIMA E MINIMA TEMPERATURA, E FALTA DE ENERGIA. SISTEMA SILENCIADOR DE ALARME SONORO. ALARME VISUAL E SONORO DE PORTA ABERTA. SISTEMA DE DISCAGEM POR TELEFONE AUTOMATICA PARA NO MINIMO DE 4 NUMEROS CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA. LUZ INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM PORTA	1 UNIDADE	1	32.795,00	32.795,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos

.

		FECHADA. SISTEMA DE EMERGENCIA NA FALTA DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 48 HORAS COM BATERIAS RECARREGÁVEIS ACOPLADOS AO CORPO DO PRODUTO. TENSÃO 220V OU 127 V. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL EM PORTUGUES. CERTIFICADO DE CALIBRACAO ACREDITADA PELO INMETRO.				
--	--	---	--	--	--	--