



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Vitória

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DA CONTRATAÇÃO

Setor Requisitante: SEMUS/GCIS

Responsável: Tatiana Paneto Nunes Gonçalves

Objeto: Constitui objeto do presente Estudo Técnico Preliminar a aquisição de **Equipamentos de Apoio Ambulatorial**.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição guarda alinhamento ao Plano Plurianual (PPA), pelo programa **Vitória Saúde** e da ação **Rede de Assistência à Saúde**, dentro da **Atenção Básica e Especializada**; além de estar em conformidade com a Relação Municipal de Equipamentos Médico-Hospitalares.

A aquisição dos equipamentos faz-se necessária para viabilizar suporte terapêutico, seguro e eficiente, aos usuários atendidos nos serviços de saúde da rede municipal, bem como atingir o interesse público irrenunciável de garantir esses equipamentos nos serviços municipais de saúde e, conseqüentemente, dos atendimentos prestados em nossa rede.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

LOTE 1

Item	Descrição Detalhada do Objeto
1	BIOMBO , Tipo: Hospitalar , Modelo: Triplo, com faces giratórias a 360°, Material: Aço inoxidável, Estrutura: Tubular, Rodízio [tamanho]: Entre 1,5" e 2", Rodízio [quantidade]: 6, Altura [cm]: Entre 175 e 185, Comprimento [cm]: Entre 185 e 195, Detalhe: Acompanhado de cortinados confeccionados em lona lavável.

LOTE 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Vitória

Item	Descrição Detalhada do Objeto
1	ESCADA , Aplicação: Uso hospitalar , Degraus [Unidades]: 2, Estrutura: Em tubos redondos de aço inoxidável, Acabamento: Polido, Pés [Qtde]: 04, com ponteiros de borracha, Piso: Revestido em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de chapa de aço inoxidável em toda a extensão.

LOTE 3	
Item	Descrição Detalhada do Objeto
1	FOCO GINECOLÓGICO COM ESPELHO, Estrutura: Com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior com pintura em epóxi de alta resistência, Altura: Regulável, Base do pedestal: Com 04 rodízios, proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, Tensão de Alimentação: bivolt (110/220 V) automático, Frequência: 50/60 Hz. Detalhe: Lâmpada de LED [luz fria e branca].

LOTE 4	
Item	Descrição Detalhada do Objeto
1	MOCHO, Tipo: Ginecológico , Base: Circular, com 5 rodízios, Assento e Encosto: Estofados em espuma de poliuretano injetado, recobertos com PVC expandido sem costura e lavável, Detalhes: Elevação e descida automática a gás, trava para posicionamento, encosto regulável na altura e no sentido anteroposterior.

LOTE 5	
Item	Descrição Detalhada do Objeto
1	BRAÇADEIRA , Aplicação: PARA INJEÇÃO, Material da estrutura e do apoio de braço: Aço inox, Altura: regulável, Pés: fixo

LOTE 6	
Item	Descrição Detalhada do Objeto



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Vitória

1	SUPORTE DE SORO , Base: Em tubo de aço inox em forma de "H", com rodízios, Coluna: Em tubo de aço inox, Haste: Em aço inox, com 04 ganchos, Altura: Regulável, Pés: Com rodízios.
----------	--

LOTE 7

Item	Descrição Detalhada do Objeto
1	SUPORTE DE PAREDE , Aplicação: Coletor de material pérfuro-cortante, Material: Arame BTC, Acabamento: Pintura em epóxi de cor clara [preferencialmente branca], Capacidade do Coletor [L]: 13.
2	SUPORTE DE PAREDE , Aplicação: Coletor de material pérfuro-cortante, Material: Arame BTC, Acabamento: Pintura em epóxi de cor clara [preferencialmente branca], Capacidade do Coletor [L]: 7.

LOTE 8

Item	Descrição Detalhada do Objeto
1	CARRO DE URGÊNCIA , Estrutura: Construído aço carbono pintado, Tampo Superior: Em aço carbono pintado com sistema de proteção em todas as laterais, para evitar a queda dos equipamentos acomodados, Gavetas [Qtde]: 4, com sistema de trava simultâneo, sendo que 01 gaveta com sistema de divisórias tipo colméia para acondicionamento de medicamentos, Pára-choque: De borracha em todo o contorno, Puxador: Em tubo de aço revestido de borracha. Acessórios: Suporte para Desfibrilador regulável em altura e posicionamento, Pés com rodízios com freios transversais. Suporte para cilindro de oxigênio, tábua para massagem cardíaca em material lavável com alça, cabo de energia com no mínimo 1,5 metros de comprimento e tomada com no mínimo 3 pontos de saída, com sistema de fixação do mesmo ao carro e suporte para soro.

4. QUANTITATIVO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

LOTE 1

Item	Descrição Resumida	Unidade de Medida	Qtd.
1	Biombo Hospitalar	UN	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Vitória

LOTE 2

Item	Descrição Resumida	Unidade de Medida	Qtd.
1	Escada Hospitalar	UN	300

LOTE 3

Item	Descrição Resumida	Unidade de Medida	Qtd.
1	Foco Ginecológico	UN	60

LOTE 4

Item	Descrição Resumida	Unidade de Medida	Qtd.
1	Mocho Ginecológico	UN	50

LOTE 5

Item	Descrição Resumida	Unidade de Medida	Qtd.
1	Braçadeira para Injeção	UN	100

LOTE 6

Item	Descrição Resumida	Unidade de Medida	Qtd.
1	Suporte de Soro	UN	100

LOTE 7

Item	Descrição Resumida	Unidade de Medida	Qtd.
1	Suporte para coletor 13L	UN	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Vitória

2	Suporte para coletor 7L	UN	100
----------	-------------------------	----	-----

LOTE 8

Item	Descrição Resumida	Unidade de Medida	Qtd.
1	Carro de Urgência	UN	30

O quantitativo estimado dos itens se destina ao possível atendimento dos 38 serviços assistenciais da Secretaria de Saúde durante o período de 12 (doze) meses de acordo com o solicitado.

Considerando que tais equipamentos de apoio ambulatorial possuem uma vida útil pequena, sendo necessário substituições constantes, imediatas e imprevisíveis, optou-se pelo Sistema de Registro de Preço exatamente por não termos um histórico de consumo e nem como prever as situações que surgem, como por exemplo, ampliação de serviços, chegada de novos profissionais, laudos de condenação, etc.

5. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

A contratação/aquisição está estimada em R\$ **391.053,00**

Para a composição do levantamento de mercado utilizamos o seguinte parâmetro:

1. Últimas contratações do Município de Vitória
2. Sítios Eletrônicos especializados

Documentos em anexo.

6. PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação deverá ser realizada POR LOTES, pelo fato de existirem muitos fabricantes no mercado que não contemplam todos os equipamentos em sua linha de produção, ampliando assim a disputa do certame e, conseqüentemente, economicidade ao município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Vitória

O parcelamento se faz necessário devido a necessidade de execução conforme demanda.

7. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a solução descrita neste documento se mostra tecnicamente viável e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, **DECLARO SER VIÁVEL** a contratação pretendida.

Vitória/ES, 03 de maio de 2023.

Tatiana Paneto Nunes Gonçalves
Enfermeira de Suprimentos em Saúde
SEMUS/GCIS

O documento foi adicionado eletronicamente por TATIANA PANETO NUNES GONCALVES, CPF: ***.*33.937-** em 03/05/2023 15:46:29. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site <https://protocolo.vitoria.es.gov.br/validacao/> e utilize o código abaixo:
CDACA4AB-81D4-40A9-BB19-C99C9B8F433B

O documento foi assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasil - ICP Brasil por:

TATIANA PANETO NUNES GONCALVES:08783393706 - Assinado Digitalmente em:
03/05/2023 16:25:14