



À SEGES/GCL/CCL

REF: PREGÃO Nº 016/2026

OBJETO: Aquisição de medicamentos

PARECER TÉCNICO

Com relação à análise das propostas e documentações técnicas constantes nos autos, cuja veracidade foi atestada pelo setor competente, informamos:

LOTE 01 (Seringa) A empresa **TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** atende a todas as exigências de qualificação técnica constantes em edital e o produto ofertado atende a especificação solicitada, conforme parecer de profissional técnico anexado nessa sequência.

LOTE 02 (Agulha para caneta de insulina) A empresa **PURAH MEDICAL & CO LTDA** atende a todas as exigências de qualificação técnica constantes em edital e o produto ofertado atende a especificação solicitada, conforme parecer de profissional técnico anexado nessa sequência.

Em 10 de março de 2026.

Marlice Piekarz Calheiros

Coordenadora Técnica da Ass. Farmacêutica



FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - LOTE 1

Objeto: Seringa descartável 1 ML para insulina

Especificação constante em edital: SERINGA, Tipo: Estéril, descartável, Modelo: U100 - Insulina com escala de 2 em 2 unidade, Capacidade [ml]: 1, Característica: Com agulha fixa no corpo da seringa, Tamanho [mm]: 8,0 x 0,3, Código: 30G, Cilindro: Transparente, em polipropileno com impressão de escala nítida, resistente ao contato com álcool e tratado internamente com silicone de grau cirúrgico, Êmbolo: Com anel de retenção de ajuste perfeito com o cilindro e stopper mais fino

Marca: SR

Fabricado por: SALDANHA RODRIGUES LTDA

Registro na ANVISA: 80026180015

Lote da amostra: 221E4

Fabricação da amostra: 01/2026

Validade da amostra: 01/2031

Conclusão:

Aprovado

Reprovado

Justificativa (em caso de reprovação):

Nome legível do responsável pela análise da amostra:

Graciete Aparecida Lematte' Roccon

Vitória, 10 de março de 2026.

Graciete Roccon
Carimbo e Assinatura

Graciete Roccon
Enfermeira
COREN-ES 326.235



FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - LOTE 2

Objeto: Agulha para caneta de insulina

Especificação constante em edital: AGULHA, Aplicação: Caneta para Insulina,
Calibre [mm]: 0,23 [32G], Comprimento [Mm]: 4

Marca: VENPER

Fabricado por: ZHEJIANG INI MEDICAL DEVICES CO., LTD

Detentor do Registro: BRAMED HOSPITALARS DO BRASIL LTDA

Registro na ANVISA: 81840549028

Lote da amostra: 241010

Fabricação da amostra: 10/10/2024

Validade da amostra: 09/10/2029

Conclusão:

Aprovado

Reprovado

Justificativa (em caso de reprovação):

Nome legível do responsável pela análise da amostra:

Graciete Aparecida Demattê Roccon

Vitória, 10 de março de 2026.

Graciete Roccon
Carimbo e Assinatura

Graciete Roccon
Enfermeira
COREN-ES 326.235

O documento foi adicionado eletronicamente por MARLICE PIEKARZ CALHEIROS, CPF: ***.99.387-** em 10/03/2026 16:36:14. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
509813A7-2B86-4268-BCC3-E4D54323B95A

O documento foi assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasil - ICP Brasil por:

MARLICE PIEKARZ CALHEIROS:***.***.387-55 - Assinado Digitalmente em:
10/03/2026 16:36:38