PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

Número: 119/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Central de Licitações, Compras e Contratos
Número do Processo Interno: 1556872/2026
Abertura: 28/07/2026 - 09:30
Município: Vitória / ES

Registrado em	Assunto	Respondido Em
15/07/2026 - 13:39:46	LOTE 01 - CAPACIDADE EM LITROS E SISTEMA DE EMERGÊNCIA	-

Gostariamos de saber refrente ao lote 01 1) A Capacidade esta referenciada entre 50 e 80 litros, existe algum criterio de desclassificação caso seja ofertado produto maior? No caso 120 litros? Como vocês estão pedindos gavetas com contra porta em acrílico e deslizantes, equipamentos pequenos não comportam adequadamente tal configuração. 2) Estão cientes que o equipamento não irá possuir nenhum sistema para manter a refrigeração em caso de falta de energia? TEndo em vista que o edital não solicita bateria de emergência para eventos com a queda de luz, questionamos para ter certeza que há completo compreensão do que estará possivelmente sendo forneciedo. Principalmente pelo fato da RDC 197/2017 da ANVISA regulamentar sobre a segurança de armazenamento em caso de falta de energia eletrica e a segurança do armazenamento das vacinas.

Voltar