

39 309 927/0001-43

MED SHOP

Comércio de Produtos Médicos Ltda.

Rua Leoni Souza Guedes, nº 125

Térreo e Sobreloja

Ilha de Monte Belo - CEP: 29053-305

VITÓRIA - ES



**À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E ILMO. SENHOR PREGOEIRO
MUNICÍPIO DE CARIACICA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Pregão Eletrônico nº 053/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32.120/2025.
ID-CIDADES/ES Nº: 2025.017E0500002.01.0030
Objeto: Equipamento Hospitalar – Eletrocardiógrafo – Item 06.**

**Ref.: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2025 - Objeto:
Aquisição de equipamento hospitalar (Eletrocardiógrafo).**

À Senhora Agente de Contratação e Equipe de Apoio Prefeitura Municipal de Cariacica
– ES

Ref.: Pregão Eletrônico nº 053/2025 / Processo Administrativo nº 32.120/2025

Interessada: MEDSHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 39.309.927/0001-43, com sede na Rua Leoni de Souza Guedes, 125, Ilha de Monte Belo – Vitória-ES, interessada em participar do certame em epígrafe, vem, tempestivamente e com o intuito de resguardar a competitividade do certame (conforme preconiza a Lei nº 14.133/2021), solicitar ESCLARECIMENTOS quanto às especificações técnicas exigidas para o LOTE 06 – Eletrocardiógrafo.

Ao analisarmos detalhadamente o Termo de Referência para o Lote 06, constatamos que as especificações técnicas exigidas coincidem milimetricamente com o catálogo de um único fabricante e modelo específico no mercado: o Eletrocardiógrafo CardioTouch 3000 (ou da mesma linha), da marca Bionet.

A descrição de peso exato em gramas, dimensões exatas em milímetros e a exigência de funções alheias ao objeto principal (como módulo de espirometria em um eletrocardiógrafo) sugerem um direcionamento involuntário da licitação. O Art. 9º, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 veda a inclusão de condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame.

Diante disso, e com o objetivo de ofertar um equipamento de tecnologia superior, mais moderno e com excelente custo-benefício para a Administração, questionamos:

1. Sobre Dimensões, Peso e Tela (Restrição de Formato)

O edital exige exatas dimensões de "296(L) x 305.5(A) x 92.5(P) mm", peso de "aprox. 3,1 kg com bateria" e tela de "4,3 polegadas e resolução 480x272" (características exatas do modelo da Bionet).


Rua Leoni de Souza Guedes, Nº 125
Ilha de Monte Belo – CEP: 29053-305 – Vitória/ES
Tel.: (27) 3025-8451 / Fax: (27) 3025-8460
E-mail: comercial@medshopcpm.com.br

Pergunta: Com o objetivo de não restringir o certame, a Administração aceitará equipamentos mais modernos, compactos e leves (peso de até 1,5 kg), que facilitem a mobilidade clínica, dotados de telas maiores e de melhor resolução (ex: 5 polegadas, com 800x480 pixels), por se tratar de clara superioridade técnica?

2. Sobre o Módulo de Espirometria (Função Alheia ao Objeto)

O edital menciona a exigência de "módulo opcional para espirometria". A espirometria e a eletrocardiografia são exames de naturezas distintas. A exigência de ambos no mesmo equipamento é uma particularidade da marca supracitada e restringe drasticamente o número de fabricantes mundiais aptos a participar.

Pergunta: Tendo em vista que o objeto principal do lote é a função de Eletrocardiograma, a ausência de um módulo opcional de espirometria será motivo de desclassificação do equipamento?

3. Sobre as Portas de Comunicação e Upgrade

O descritivo exige "upgrade do eletrocardiógrafo via porta RS232". A tecnologia RS232 é considerada obsoleta no mercado atual de equipamentos médicos.

Pergunta: A Administração aceitará equipamentos que realizem a comunicação, exportação de dados e upgrades por meio de portas modernas e universais, como USB 2.0 e rede LAN (RJ45), garantindo maior velocidade e compatibilidade com os computadores atuais?

4. Sobre o Algoritmo de Interpretação e Memória

O edital pede "memória para até 120 pacientes" e resultados baseados exclusivamente no "Código de Minnesota" (padrão do software da Bionet). Pergunta: Serão aceitos equipamentos que possuam capacidade de memória superior (ex: até 1.200 relatórios) e que utilizem outros algoritmos de excelência e reconhecimento mundial, como o algoritmo de Glasgow, que oferecem diagnósticos altamente precisos?

5. Sobre o Tamanho do Papel de Impressão

O edital especifica papel térmico de 216mm x 30m. Equipamentos de 3 canais (com papel de 80mm) reduzem drasticamente o custo com insumos (papel térmico) para a municipalidade a longo prazo, mantendo a mesma eficácia diagnóstica da aquisição das 12 derivações.

Pergunta: A Administração aceitará eletrocardiogramas com impressão em papel de 80mm, em formato de 3 canais, primando pelo princípio da economicidade nos insumos, desde que o equipamento atenda perfeitamente à aquisição e visualização das 12 derivações?

Certos de contarmos com o bom senso desta Equipe de Apoio para garantir a mais ampla concorrência, evitar o direcionamento de marca e buscar a proposta mais vantajosa para o Município de Cariacica, aguardamos deferimento.

Termos em que,

Pede deferimento.

Vitória 17 de março de 2026.



ALEX LIBÓRIO DE ASSIS
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

RG Nº 06.614.135-9 IFP/RJ

CPF Nº 956.620.737-91

MED SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ.: 39.309.927/0001-43