

Colatina, 03 de dezembro de 2024.

Da: Coordenação de Saúde Bucal

Para: Setor de Licitação

LAUDO DE CONFERÊNCIA DE AMOSTRAS

Pregão 041/2024

PROCESSO Nº 06159/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA
0025	00051075	ARCO DE OSTBY Arco de Ostby, usado para apoio de lencol de borracha em isolamento absoluto. Formato anatomico; nao dobravel; garras nao deformaveis. Ajuste a face do paciente; autoclavavel; tamanho adulto; embalagem com 01 unidade. Registro na Anvisa.	Angelus	Emige Materiais Odontológicos LTDA	REPROVADA	NÃO ENVIOU AMOSTRA
0026	00061454	ARCO DE OSTBY DOBRAVEL Arco de ostby, usado para apoio de lencol de borracha em isolamento absoluto. Formato anatomico. Dobravel (articulavel). Garras nao deformáveis. Ajuste a face do paciente. Autoclavavel. Tamanho adulto. Embalagem com 01 unidade	Lysanda	MG FLEX LTDA	REPROVADA	NÃO ENVIOU AMOSTRA

0176	00055519	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA SX GOLD 25MM Para uso em endodontia. Secao triangular convexa. Confeccionada em niquel titanio, mandril 13mm, conicidade progressiva. Caixa com 06 unidades. Com registro no Ministério da Saúde.	TDK	MBX Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos	REPROVADO	O item não atende as especificações. Não segue uma conicidade progressiva, o que desestabiliza a lima ao acionamento do motor, podendo causar ruptura no interior do canal e/ou perfurações.
0196	00045816	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL 7,5. Luva cirurgica, descartavel 7,5, esteril, latex natural, textura uniforme, formato anatomico, alta sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou friso, comprimento igual ou superior a 18cm, lubrificada com po bioabsovivel. registro no ministerio da saude.	Lemgruber	Dcb Distribuidora Cirúrgica Brasileira	REPROVADO	NÃO ENVIOU AMOSTRA

Att,


Roberta Rachid
Coordenadora de Saúde Bucal - SEMUS

Roberta Rachid
Coordenação de Saúde Bucal


Thielli de Souza Martinelli
Coordenação do CEO

Thielli de Souza Martinelli
Coordenação do CEO