

Colatina, 24 de setembro de 2024.

Da: Coordenação de Saúde Bucal

Para: Setor de Licitação

LAUDO DE CONFERÊNCIA DE AMOSTRAS

Pregão 041/2024

PROCESSO Nº 06159/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA
0004	00048097	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL (agente de uniao) fotopolimerizavel para esmalte dentina, composto por agua e etanol, bis-gma, 10% de silica coloidal, com tamanho de particulas de 5 nm, copolimero de acido acrilico e acido itaconico. contendo 6gr.	Maquira	MG Flex LTDA	REPROVADO	Não enviou amostra
0005	00058749	ADESIVO UNIVERSAL Adesivo universal para tecnica autocondicionante, pode ser usado em esmalte, dentina, ionomero de vidro, metal e ceramica vitrea. Frasco unico contendo 5ml.	Maquira	Medimac Comércio de Artigos Médicos Ltda-ME	REPROVADO	Não enviou amostra
0010	00051683	AGULHA GENGIVAL CURTA COM 100 UNIDADES esterilizada, com canula de comprimento de 25 mm, calibre 30g, com bisel triplo, siliconizada, devepossuir gravacao de marca, tamanho, lote e validade na tampa plastica. caixa com 100 unidades e validade minima de 04 anos. com registro no	Spident NOP	DIABETICOS EIRELI	APROVADO	

		ministerio da saude				
0020	00056115	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% Anestesico local, injetavel, cloridrato de lidocaina a 2%, com epinefrina 1:100.000, caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8 ml (isento de metil parabeno), com registro no ministerio da saude.	ALPHACAINE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	APROVADO	
0021	00045746	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% Anestesico local, injetavel, cloridrato de mepivacaina a 3%, sem vaso constritor, isento de metil parabeno. envasado anestesico local, injetavel, cloridrato de mepivacaina 3% em tubetes de cristal, com capacidade de 1,8 ml, possui embolos siliconizados. alojados em blisteres lacrados com 10 tubetes. caixa com 50 tubetes constando data de fabricacao, no de lote e validade. registro no ministerio da saude	MEPISV	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	APROVADO	
0025	00051075	ARCO DE OSTBY Arco de Ostby, usado para apoio de lencol de borracha em isolamento absoluto. Formato anatomico; nao dobravel; garras nao deformaveis. Ajuste a face do paciente; autoclavavel; tamanho adulto; embalagem com 01 unidade. Registro na Anvisa.	Maquira	Juares Lima dos Santos	REPROVADA	O item não atende as especificações de tamanho.
0026	00061454	ARCO DE OSTBY DOBRAVEL Arco de ostby, usado para apoio de lencol de borracha em isolamento absoluto. Formato anatomico. Dobravel (articulavel). Garras nao deformáveis. Ajuste a face do paciente. Autoclavavel. Tamanho adulto. Embalagem com 01	Maquira	Juares Lima dos Santos	REPROVADA	O item não atende as especificações de tamanho.

		unidade				
0042	00051697	BROCA GATES GLIDDEN, 32MM, N 2 Broca gates glidden 32mm n° 2; Com registro na anvisa	Perfect	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	APROVADA	
0043	00058807	BROCA GATTES GLIDDEN 32MM NO 03 BROCA PARA BAIXA ROTACAO; Fabricadas em aco inoxidavel; indicadas como auxiliares do preparo quimico-cirurgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos tercos cervical e medio; autoclavavel.	Perfect	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	APROVADA	
0047	00045749	BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA ZEKRYA Broca odontologica cirurgica zekrya, 28mm, extralonga. haste em aco inox e parte ativa em carboneto de tungstenio, formato tronco-conico, para alta rotacao, na cor prata, indicada como auxiliar em cirurgias orais, com registro na anvisa.	Perfect	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	APROVADA	
0070	00045764	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO Cimento ionomero de vidro especifico para dentes posteriores, fluidez adequada para ser aplicado atraves de condensador, alta resistencia a compressao e flexao, dureza de superficie e baixa abrasao, boa estetica, quimicamente ativado, acido/base, radiopaco, de facil manipulacao, liberacao continua de fluor, apresentacao. kit contendo: 1 frasco de po contendo 10gr, cor universal a3 e um frasco de liquido contendo 8 ml,	Maquira	Juares Lima dos Santos	APROVADO	

		colher medidora e bloco de espaturacao. registro na anvisa.				
0083	00061455	CONDICIONADOR DENTAL A BASE DE ACIDO FOSFORICO 37% Condicionador dental a base de acido fosforico 37% em gel tixotropico, com registro no Ministerio da Saude.	Maquira	Juares Lima dos Santos	APROVADO	
0084	00051046	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA R7 Indicada para atuarem como cones acessorios nas obturacoes endodonticas. Tamanho R7 = Extra Fino	IMPLA	Maxima Dental Importação, Exportação e Comercio de Produtos Odontologicos Eireli - ME	REPROVADO	O item não atende as especificações. Não podem ser usados como cones acessórios pois não possuem elasticidade, deformam-se com facilidade e são quebradiços.
0085	00051047	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA R8 Indicada para atuarem como cones acessorios nas obturacoes endodonticas. Caixa com 120 unidades.	IMPLA	Maxima Dental Importação, Exportação e Comercio de Produtos Odontologicos Eireli - ME	REPROVADO	O item não atende as especificações. Não podem ser usados como cones acessórios pois não possuem elasticidade, deformam-se com facilidade e são quebradiços.
0088	00048109	CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED 28 MM FM Cone de guta percha acessorio microtipped 28 mm FM rolados com a mao com alta precisao de formato e comprimento. composicao: guta percha purificada, oxido de zinco pa, agente corante organico nao toxico. caixa com 100 pontas. com registro na anvisa	MK Life	DUARTE DENTAL LTDA	REPROVADA	NÃO ENVIOU AMOSTRA
0089	00048106	CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED 28 MM M Cone de guta percha acessorio microtipped 28 mm	MK Life	DUARTE DENTAL LTDA	REPROVADA	NÃO ENVIOU AMOSTRA

		M rolados com a mao com alta precisao de formato e comprimento. composicao: guta percha purificada, oxido de zinco pa, agente corante organico nao toxico. caixa com 100 pontas. com registro na anvisa				
0132	00045779	FIO DE SUTURA DE SEDA 3.0 Agulha Em aco-inox, 1/2 circulo cortante 1,7 cm; fio sintetizado com material natural, filamento de seda natural e trancada com espessura de 3.0. esteril, com 45 cm de comprimento, de uso unico, embalado individualmente. caixa com 24 unidades. registro na anvisa.	PROCARE	DUARTE DENTAL LTDA	APROVADO	
0133	00058743	FIO DE SUTURA SEDA 4.0 Agulha em aco-inox, 1/2 circulo cortante 1,7 cm; fio sintetizado com material natural, filamento de seda natural e trancada com espessura de 4.0. esteril, com 45 cm de comprimento, agulha cilindrica em formato circular, de uso unico, embalado individualmente, resistente a tracao. caixa com 24 unidades com validade de 5 anos. registro na anvisa.	PROCARE	DUARTE DENTAL LTDA	APROVADO	
0140	00051818	FLUOR GEL ACIDULADO Tixotropico, com concentracao de 1,23 %, com aplicacao em 01 (um) minuto com ph entre 3 e 4, sabores: cereja, menta ou tutti-frutti; apresentacao: frasco com 200 ml, com registro no ministerio da saude.	Maquira	Juares Lima dos Santos	APROVADO	
0160	00061470	KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO Kit de higiene bucal adulto contendo: creme dental com concentracao de fluor entre 1.100 e 1.450 PPM, pesando 50 g, composto de fluor, lauril, sulfato de sodio, sacarina sodica, composicao aromatica e	FREEDENTALGDE NTAL/ RAYMOUNDSALGS	HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS	APROVADO	

		agua, sorbitol, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, metilparabeno, carbonato calcio, pirofosfato tetrassodico, propilparabeno, monofluorofosfato sodico, silicato de sodio, embalado em caixa de pape cartao plastificada aprovado pela associacao brasileira de odontologia (ABO); escova dental adulto com no minimo 32 tufos de cerdas de nylon macias, cabeca arredondada, cabo reto ou angulado, embalada individualmente em saquinho plastico, com gravacao: logomarca da Prefeitura Municipal de Colatina no cabo da escova, aprovada pela associacao brasileira de odontologia (ABO) e registro na ANVISA; fio dental (25m), com composicao em poliamida, cera e aroma.	UN	COSMETICOS LTDA		
0161	00061469	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL Kit de higiene bucal infantil contendo: creme dental com concentracao de fluor entre 1.100 e 1.450 PPM, pesando 50g, composto de fluor, lauril, sulfato de sodio, sacarina sodica, composicao aromatica e agua, sorbitol, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, metilparabeno, carbonato calcio, pirofosfato tetrassodico, propilparabeno, monofluorofosfato sodico, silicato de sodio, embalado em caixa de papel cartao plastificada aprovado pela associacao brasileira de odontologia (ABO); escova dental infantil com no minimo 24 tufos de cerdas de nylon macias, cabeca arredondada, cabo reto ou angulado, embalada individualmente em saquinho plastico, com gravacao: logomarca da Prefeitura Municipal de Colatina no cabo da escova, aprovada pela associacao brasileira de odontologia (ABO) e	FREEDENTALGDE NTAL/ RAYMOUNDSALGS UN	HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA	APROVADO	

		registro na ANVISA; fio dental (25m), com composicao em poliamida, cera e aroma				
0165	00051838	LENCOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO Lencol de borracha produzido de borracha latex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatorio, aromatizado menta cx.c/26 unidades com tamanho aproximado de : 13,5 cm x 13,5 cm com registro no ministerio da saude.	Madeitex	DUARTE DENTAL LTDA	APROVADO	
0166	00055545	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA F1 21MM Para uso em endodontia. Secao triangular convexa. Confeccionada em niquel titanio, mandril 13mm, conicidade progressiva. Caixa com 06 unidades. Com registro no Ministerio da Saude.	MTF Perfect	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REPROVADO	O item não atende as especificações. Não segue uma conicidade progressiva, o que desestabiliza a lima ao acionamento do motor, podendo causar ruptura no interior do canal e/ou perfurações.
0167		LIMA ENDODONTICA ROTATORIA F1 25MM Para uso em endodontia. Secao triangular convexa. Confeccionada em niquel titanio, mandril 13mm, conicidade progressiva. Caixa com 06 unidades. Com registro no Ministerio da Saude	MTF Perfect	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REPROVADO	O item não atende as especificações. Não segue uma conicidade progressiva, o que desestabiliza a lima ao acionamento do motor, podendo causar ruptura no interior do canal e/ou perfurações.
0168	00045809	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA F2 21 MM Lima endodontica rotatoria, f2 21 mm, secão triangular convexa, confeccionada em niqueltitanio, mandril de 13 mm, conicidade progressiva. caixa com 06 unidades. com registro no ministerio da saude.	MTF Perfect	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REPROVADO	O item não atende as especificações. Não segue uma conicidade progressiva, o que desestabiliza a lima ao acionamento do motor, podendo causar ruptura no interior do canal e/ou perfurações.
0169	00055547	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA F2 25MM Para uso em endodontia. Secao triangular convexa. Confeccionada em niquel titanio, mandril 13mm,	MTF Perfect	ATHENA COMERCIO DE	REPROVADO	O item não atende as especificações. Não segue uma conicidade progressiva, o que

		conicidade progressiva. Caixa com 06 unidades. Com registro no Ministerio da Saude.		PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		desestabiliza a lima ao acionamento do motor, podendo causar ruptura no interior do canal e/ou perfurações.
0170	00045814	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA F3 21 MM Lima endodontica rotatoria, f3 21 mm, secao triangular convexa, confeccionada em niqueltitanio, mandril de 13 mm, conicidade progressiva. caixa com 06 unidades. com registro no ministerio da saude.	MTF Perfect	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REPROVADO	O item não atende as especificações. Não segue uma conicidade progressiva, o que desestabiliza a lima ao acionamento do motor, podendo causar ruptura no interior do canal e/ou perfurações.
0172	00055521	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA S1 25MM Para uso em endodontia. Secao triangular convexa. Confeccionada em niquel titanio, mandril 13mm, conicidade progressiva. Caixa com 06 unidades. Com registro no Ministerio da Saude.	MTF Perfect	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REPROVADO	O item não atende as especificações. Não segue uma conicidade progressiva, o que desestabiliza a lima ao acionamento do motor, podendo causar ruptura no interior do canal e/ou perfurações.
0173	00055522	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA S2 21MM Para uso em endodontia. Secao triangular convexa. Confeccionada em niquel titanio, mandril 13mm, conicidade progressiva. Caixa com 06 unidades. Com registro no Ministerio da Saude.	MTF Perfect	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REPROVADO	O item não atende as especificações. Não segue uma conicidade progressiva, o que desestabiliza a lima ao acionamento do motor, podendo causar ruptura no interior do canal e/ou perfurações.
0174	00055523	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA S2 25MM Para uso em endodontia. Secao triangular convexa. Confeccionada em niquel titanio, mandril 13mm, conicidade progressiva. Caixa com 06 unidades. Com registro no Ministerio da Saude.	MTF Perfect	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E	REPROVADO	O item não atende as especificações. Não segue uma conicidade progressiva, o que desestabiliza a lima ao acionamento do motor, podendo causar ruptura no interior do canal e/ou perfurações.

				HOSPITALARES LTDA		
0175	00055520	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA SX 19MM Para uso em endodontia. Secao triangular convexa. Confeccionada em niquel titanio, mandril 13mm, conicidade progressiva. Caixa com 06 unidades. Com registro no Ministerio da Saude.	MTF Perfect	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REPROVADO	O item não atende as especificações. Não segue uma conicidade progressiva, o que desestabiliza a lima ao acionamento do motor, podendo causar ruptura no interior do canal e/ou perfurações.
0176	00055519	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA SX GOLD 25MM Para uso em endodontia. Secao triangular convexa. Confeccionada em niquel titanio, mandril 13mm, conicidade progressiva. Caixa com 06 unidades. Com registro no Ministerio da Saude.	Perfect	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REPROVADO	O item não atende as especificações. Não segue uma conicidade progressiva, o que desestabiliza a lima ao acionamento do motor, podendo causar ruptura no interior do canal e/ou perfurações.
0182	00051896	LIMA K FILE N 06, 25 MM LIMA TIPO K FILE - NO 06, 25 MM. Caixa com 06 unidades. com registro no ministerio da saude.	Perfect	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REPROVADO	Após uso das amostras os profissionais relataram que a lima em questão não possui flexibilidade adequada para instrumentação dos canais sem que haja risco de fraturas. As limas em questão perderam o poder de corte rapidamente após as primeiras esterilizações.
0183	00051900	LIMA K FILE N 08, 25 MM LIMA TIPO K FILE - NO 08, 25 MM. Caixa com 06 unidades. com registro no ministerio da saude	IMPLA	Maxima Dental Importação, Exportação e Comercio de Produtos Odontologicos Eireli - ME	REPROVADO	Após uso das amostras os profissionais relataram que a lima em questão não possui flexibilidade adequada para instrumentação dos canais sem que haja risco de fraturas. As limas em questão perderam o poder de corte rapidamente após as primeiras esterilizações.
0185	00051903	LIMA K FILE N 10, 25 MM LIMA TIPO K FILE - NO	IMPLA	Maxima Dental		Após uso das amostras os profissionais

		10, 25 MM. Caixa com 06 unidades. com registro no ministerio da saude		Importação, Exportação e Comercio de Produtos Odontologicos Eireli - ME	REPROVADO	relataram que a lima em questão não possui flexibilidade adequada para instrumentação dos canais sem que haja risco de fraturas. As limas em questão perderam o poder de corte rapidamente após as primeiras esterilizações.
0188	00055496	LIMA TIPO FLEXOFILE 1A SERIE 25MM Lima tipo flexofile 1A serie, 25mm, Caixa com 06 unidades, com registro no Ministerio da Saude.	IMPLA	Maxima Dental Importação, Exportação e Comercio de Produtos Odontologicos Eireli - ME	REPROVADO	Após uso das amostras os profissionais relataram que a lima em questão não possui flexibilidade adequada para instrumentação dos canais sem que haja risco de fraturas. As limas em questão perderam o poder de corte rapidamente após as primeiras esterilizações.
0191	00055499	LIMA TIPO KERR FLEXOFILE 15 25MM Lima tipo kerr flexofile 15, 25mm, Caixa com 06 unidades, com registro no Ministerio da Saude.	IMPLA	Maxima Dental Importação, Exportação e Comercio de Produtos Odontologicos Eireli - ME	REPROVADO	Após uso das amostras os profissionais relataram que a lima em questão não possui flexibilidade adequada para instrumentação dos canais sem que haja risco de fraturas. As limas em questão perderam o poder de corte rapidamente após as primeiras esterilizações.
0196	00045816	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL 7,5. Luva cirurgica, descartavel 7,5, esteril, latex natural, textura uniforme, formato anatomico, alta sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou friso, comprimento igual ou superior a 18cm, lubrificada com po bioabsovel. registro no ministerio da saude.	MAX TOUCH - INDUSTRIA FRONTINENSE DE LAT	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	REPROVADO	NÃO ENVIOU AMOSTRA
0203	00055812	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAMANHO	MEDIX			

		M Luva de procedimento nitrilica hipoalergenica, nao irritante, atoxica, descartavel, de uso unico, ambidestra, nao esteril, sem po, material nitrilo. Tamanho M. Validade minima de 5 anos apos a data de fabricacao. Caixa com 100 unidades.		DUARTE DENTAL LTDA	APROVADO	
0204	00045818	MATRIZ DE ACO 5MM X 0,05MM X 50CM Fita inox fita matriz em aco inoxidavel maleavel. com 5 mm de largura, 0,05 de espessura, 50 cm de comprimento	Maquira	Juares Lima dos Santos	APROVADO	
0205	00045819	MATRIZ DE ACO 7MM X 0,05MM X 50CM Fita inox fita matriz em aco inoxidavel maleavel. com 7 mm de largura, 0,05 de espessura e 50 cm de comprimento	Maquira	Juares Lima dos Santos	APROVADO	
0214	00045753	PAPEL CARBONO PARA REGISTRO DE OCLUSAO Papel carbono para registro de oclusao. confeccionado em papel-carbono nas duas faces em cores distintas permitindo a visualizacao dos pontos marcados quando submetido as forcas oclusais. cada folha medindo aproximadamente 25 mm de largura e 11 cm de comprimento. bloco com 12 folhas. com registro na anvisa.	ANGELUS	DUARTE DENTAL LTDA	APROVADO	
0226	00058739	PONTA DE ASPIRACAO ENDODONTICA 40 X 20 MM Ponta de aspiracao endodontica indicada para aspiracao de liquidos em canais radiculares. Produzido em aco inoxidavel, tamanho 40 x 20 mm. Embalagem com 01 unidade.	THIMON	THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	APROVADO	
0237	00051069	RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA DE BAIXA VISCOSIDADE A1	Maquira	Juares Lima dos		

		Composito hibrido de nano particulas, radiopaco, foto ativado, tixotropico, de baixa viscosidade na cor A1, indicado como restaurador dentario, na cor A1. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem c/ 1 Seringa de no minimo 2 g.		Santos	APROVADO	
0238	00051070	RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA DE BAIXA VISCOSIDADE A2 Composito hibrido de nano particulas, radiopaco, foto ativado, tixotropico, de baixa viscosidade, indicado como restaurador dentario, na cor A2. Deve possuir registro na ANVISA. Embalagem c/ 1 Seringa de no minimo 2 g.	Maquira	Juares Lima dos Santos	APROVADO	
0239	00051863	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL (A1) Seringa com 4 gramas, matriz inorganica de zirconia/silica com 84,5% em peso e 71% em volume, matriz organica de bis-gma e tegdma, cor a1, com registro no ministerio da saude.	Maquira	Juares Lima dos Santos	APROVADO	
0240	00054026	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL (A2) Seringa com 4 gramas, matriz inorganica de zirconia/silica com 84,5% em peso e 71% em volume, matriz organica de bis-gma e tegdma, cor a2, com registro no ministerio da saude.	Maquira	Juares Lima dos Santos	APROVADO	
0241	00051864	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL (A3,5) Seringa com 4 gramas, matriz inorganica de zirconia/silica com 84,5% em peso e 71% em volume, matriz organica de bis-gma e tegdma, cor a 3,5, com registro no ministerio da saude.	Maquira	Juares Lima dos Santos	REPROVADO	NÃO ENVIOU AMOSTRA
0244	00061456	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL A3 Resina universal fotopolimerizavel, cor A3, seringa com 4 gramas. Matriz inorganica de zirconia/silica com 84,5% em peso e 71% em volume, matriz	Biodinâmica	DUARTE DENTAL	REPROVADO	NÃO ENVIOU AMOSTRA

		organica de BIS-GMA e TEGDMA, com registro no Ministerio da Saude.		LTDA		
0259	00051878	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL Sugador cirurgico descartavel, esterilizado, atoxico, tubo principal fabricado em pvc, embalagem esterilizada individualmente (oxido etileno) caixa com 20 unidades, com registro no ministerio da saude	Maquira	Juares Lima dos Santos	APROVADO	
0260	00051911	SUGADOR DE SALIVA Descartavel confeccionado em pvc atoxico sugador de saliva descartavel confeccionado em pvc atoxico, nao reciclado, com pontas fundidas quimicamente aos tubos atraves de butanona, tamnho minimo de 13 cm, fabricado em fio galvanizado para evitar oxidacao. apresentacao: pacote com 40 unidades azul ou coloridas, com registro no ministerio da saude.	D CARE / WORLD WORK ITALIA	T. D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	APROVADO	
0274		TIRA DE LIXA DE ACO Tira de lixa de aco 4 x 140mm, pacote com 12 unidades.	PREVEN	DUARTE DENTAL LTDA	APROVADA	

Att,


Roberta Rachid
Coordenadora de Saúde
Bucal - SEMUS

Roberta Rachid
Coordenação de Saúde Bucal