

Colatina, 09 de Outubro de 2024.

Ofício nº 020/2024

Da Coordenação de Saúde Bucal

LAUDO TÉCNICO

Informamos que no item CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO (item 0063) é solicitado pelo descritivo que tenha “**unidade auxiliar composta por: (...) acionamento de água elétrico através de botão com programação que desliga automaticamente; um sugador venturi e um sugador a vácuo com filtro na caixa de comando da cadeira**”.

O descritivo técnico da marca que consta no site da Dentemed (<https://dentemed.com.br/>) para o conjunto odontológico Prime não cita sobre o acionamento de água da unidade auxiliar mas, através de imagens dos modelos de unidade auxiliar e por experiência com o modelo da mesma marca que faz parte do patrimônio de equipamentos do município de Colatina, temos ciência que o acionamento da água é feito através de registro mecânico.



Como definido em edital, a capacidade de **elevação mínima** do equipamento deve ser de **200 kg**, isso se justifica pois temos vários pacientes em atendimentos que tem problemas de obesidade e temos que garantir a segurança do paciente e do profissional durante o atendimento, visto que a cadeira não é chumbada no piso. A cadeira em questão suporta **no máximo 200 kg, no peso total (equipamento somado ao paciente)**, sendo a carga de trabalho (peso máximo do paciente) **é de 135 kg**, conforme informado no descritivo técnico da marca para o conjunto odontológico Prime.

A salientar que a marca Dentemed possui produtos de baixa resistência e qualidade , incluindo o consultório odontológico completo, constatados pelas inúmeras reclamações dos profissionais que neles atendiam (consultórios odontológicos completos adquiridos no Pregão Presencial 007/2022), inúmeras manutenções e trocas de peças em poucas semanas de uso e realizadas pelo técnico autorizado da marca, confirmando a ineficiência e a fragilidade desses equipamentos; a somar, o não atendimento ao descritivo do edital, atestada em decisão técnica da Administração Pública e de parecer negativo para uso na rede Municipal de Saúde de Colatina.

Portanto, diante dos fatos acima apresentados e por nós presenciados em diligências, e após compararmos com as cadeiras odontológicas de outras marcas que temos em uso, por critérios de comparação e propriedades técnica, desclassificamos esses equipamentos, conjunto de cadeiras odontológicas Dentemed, com para uso na rede municipal de Colatina.

Mediante exposto, fica **reprovado** o modelo **Conjunto Odontológico Prime Dentemed** apresentado pela empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, no PE 041/2024 do Processo N° 77/2024, tendo em vista que o modelo do equipamento cotado pela empresa, não atende ao descritivo do edital nos item listado (Ítem 0063 Consultório Odontológico completo), atestado em decisão técnica da Administração Pública.



Roberta Rachid
Coordenadora de Saúde
Bucal SEMUS

Roberta Rachid
Coordenação de Saúde Bucal



Thielli de Souza Martinelli
Coordenação do CEO

Thielli de Souza Martinelli
Coordenação do Centro de
Especialidades Odontológicas