

LAUDO DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PROCESSO Nº 25970/2024			
EMPRESA	ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DOCUMENTAÇÃO
SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	243	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML COM AGULHA 20 X 5,5	REPROVADO – NÃO APRESENTOU REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA
JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11	AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25 X 070MM	APROVADO
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	26	AVENTAL DE PROCEDIMENTO MANGA LONGA	REPROVADO – NÃO APRESENTOU LAUDOS BFE, VFR E CA
MILLENIUM COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	38	CAMPO CIRÚRGICO MEDINDO 60CM X 60CM	REPROVADO – NÃO APRESENTOU LAUDOS BFE, VFR E CA



Marília Castro de Oliveira
Superintendente