



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OF/LAUDO/SEMUS/Nº. 73

Linhares – ES, 21 de julho de 2025.

**Prezada Senhora,
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Municipal**

Encaminhamos a V.S.^a, Laudo da análise das Amostras de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE E OUTROS)**, destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, referente ao **Pregão Eletrônico nº26/2025, Processo nº3955/2025**, analisado pela “**Comissão De Acompanhamento de Processos e Avaliação De Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos, Portaria nº 186 de 07 de julho de 2025**”, apresenta o resultado anexo:

- **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA ME.**

LOTES: 04, 05.

NÃO ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

LOTE: 03.

NÃO ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **KYLIMP HOSPITALAR LTDA EPP.**

LOTE: 06.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.



- **LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME.**

LOTE: 01.

NÃO ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.**

LOTE: 02.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

Atenciosamente,

Assinado por ANDREIA DURA
MIRANDA DAVEL 083.***.***_**
PREFEITURA MUNICIPAL DE
LINHARES
Andréia Durão Miranda Davel
Presidente

Assinado por ALESSANDRA SESANA
077.***.***_**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Alessandra Sesana
Membro

Assinado por MARAIZA BOM 102.***.***_**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
22/07/2025 13:47:44

Maraiza Bom
Membro

Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

Assinado por CLEZIA APARECIDA MARTELI LAURETE 110.***.***_**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
22/07/2025 11:01:09

Cleza Aparecida Marteli Laurete
Membro

Assinado por JOELSO COSTALONGA 939.***.***_**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
22/07/2025 09:11:11
Joelso Costalonga
Membro

**Comissão de Acompanhamento de Processos e Avaliação de Qualidade de
Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e
Odontológicos.**



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 21 dias do mês de julho do corrente ano, após análise das Amostras de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE E OUTROS)**, destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº26/2025, Processo nº3955/2025**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA ME**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **NÃO ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA
04	COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE 25 X 28 CM 100% ALGODÃO. Compressa de campo operatório 25 cm x 28 cm. Compressa cirúrgica PRONTO USO, pré-lavada e radiopaca em fibra 100% ALGODÃO com camadas, sem costura, bordas bem-acabadas, medindo 25 cm x 28 cm, ou aproximado, ESTERIL, descartável, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.	AMED	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
05	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO ESTERIL DESCARTAVEL 50 A 100 CM Campo cirúrgico fenestrado, estéril, em não tecido, não reutilizável, atóxico, hipoalergenico, repele líquido. Utilizado em procedimentos localizados. Possui janela aproximada de 10 cm e dobra cirúrgica, e aproximadamente 50 a 100 cm de largura e 50	PION G	NÃO APRESENTOU AMOSTRA



	a 100 cm de comprimento. Dupla embalagem garantindo a esterilidade até o uso. Constando uma unidade por embalagem. Esterilizado em oxido de etileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de validade, numero de lote e Registro no Ministério da Saúde.		
--	--	--	--



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 21 dias do mês de julho do corrente ano, após análise das Amostras de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE E OUTROS)**, destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº26/2025, Processo nº3955/2025**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **NÃO ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA
03	COMPRESSA CIRURGICA TIPO ZOBEC 10 X 15 CM FECHADA E 15 X 60 ABERTA Compressa cirúrgica tipo zobec, medindo aproximadamente 10 cm x 15 cm (fechado) e aproximadamente 15 cm x 60 cm (aberto) - compressa gaze e algodão estéril, 06 dobras, manta de algodão uniforme, envolta em camada de gaze 13 fios, com boa absorção, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de identificação, procedência, validade, tipo de esterilização, numero de lote e Registro no MS e ANVISA. MARCA DE REFERENCIA: CREMER.	AMED	Conforme descrito na proposta a compressa aberta é 10x15



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 21 dias do mês de julho do corrente ano, após análise das Amostras de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE E OUTROS)**, destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº26/2025, Processo nº3955/2025**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **KYLIMP HOSPITALAR LTDA**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
06	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO 13 FIOS 4 DOBRAS 8 CAMADAS DE 91MM X 91MT Compressa de gaze hidrófila Tipo Queijo - Compressa de gaze hidrófila circular (bobina), medindo 91 x 91 cm 13 fios/cm², 4 dobras, 8 camadas (aberta) 64 m², 100% algodão, não estéril.	CLEAN



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 21 dias do mês de julho do corrente ano, após análise das Amostras de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE E OUTROS)**, destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº26/2025, Processo nº3955/2025**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **LYON FARMA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **NÃO ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA
01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL 13 FIOS, 05 DOBRAS, 08 CAMADAS TAMANHO 7,5 CM X 7,5 CM. Compressa de gaze hidrófila, estéril, tecido 100% algodão ou misto, derivado de celulose em até 50%, de baixa densidade de fios alveados, inodoro, insípido (NBR13843). Com 13 fios dimensões 7,5cm x 7,5cm por cm2, ter 05 dobras e 08 camadas nas quando dobrada, e 15 cm x 30 cm quando aberta. Ser isenta de amido, alvejante óptico. Apresentar PH no intervalo entre 5.0 e 8.0. Ser atóxico e apirogenica. Apresentar hidrofiliidade menor ou igual a 15 segundos. Estar livre de impurezas, fios soltos, dobras irregulares e manchas. Ter Registro no	TEXPHARMA	NÃO APRESENTOU AMOSTRA



	MS. Embalagem integra que permita abertura asséptica. Contendo externamente: identificação do fabricante, nome e marca do produto, numero do lote, data de fabricação, a indicação de que são de uso único, prazo de validade, dimensões, composição, nome do responsável técnico, numero do registro na embalagem e a empresa responsável pela esterilização. Ser esterilizada a oxido de etileno, embalada em envelope de papel grau cirúrgico, com filme PVC contendo 10 unidades por envelope.		
--	---	--	--



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 21 dias do mês de julho do corrente ano, após análise das Amostras de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE E OUTROS)**, destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº26/2025, Processo nº3955/2025**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
02	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, NÃO ESTERIL 13 FIOS, 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, TAMANHO 7,5 CM X 7,5 CM Compressa de gaze hidrófila, não estéril, tecido 100% algodão ou misto, derivado de celulose em até 50% de baixa densidade de fios alvejados, inodoro, insípido, (NBR13843). Com 13 fios por cm², ter 05 dobras e 08 camadas nas dimensões 7,5cm x 7,5cm quando dobrada, e 15 cm x 30 cm quando aberta. Ser isenta de amido, alvejante óptico. Apresentar PH no intervalo entre 5.0 e 8.0. Ser atóxica e apirogenica. Apresentar hidrofiliidade menor ou igual a 15 segundos. Estar livre de impurezas, fios soltos, dobras irregularidades e manchas. Ter registro no MS, embalagem integra que permita abertura asséptica. Contendo externamente: identificação do fabricante, nome e marca do produto, numero do lote, data de fabricação, a indicação de que são de uso único, prazo de validade, dimensões, composição, nome do responsável técnico, numero do registro na embalagem e empresa responsável	CLEAN



	pela esterilização. Ser esterilizada a oxido de etileno, embalada em pacote com 500 unidades.	
--	---	--