



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OF/LAUDO/SEMUS/Nº. 142

Linhares – ES, 24 de novembro de 2025.

**Prezada Senhora,
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Municipal**

Encaminhamos a V.S.^a, Laudo da análise dos prospectos/Amostras de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR (KIT TRANSDUTOR DE PAM, PAM FEMURAL E PAM RADIAL)**, destinado a atender o **HOSPITAL GERAL DE LINHARES**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 70/2025, Processo nº21400/2025**, analisado pela “**Comissão De Acompanhamento de Processos e Avaliação De Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos, Portaria nº 248 de 24 de outubro de 2025**”, apresenta o resultado anexo:

- **DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA.**

LOTE: 03.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.**

LOTES: 01, 02.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.



Atenciosamente,

Assinado por ANDREIA DURA O MIRANDA
DAVEL 083.***.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Andreia Dura o Miranda Davel
Presidente

Assinado por CLEZIA APARECIDA MARTELI LAURETE 110.***.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
25/11/2025 13:14:02
Clezia Aparecida Marteli Laurete
Membro

Livia Teixeira de Oliveira
Membro

Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

Assinado por KATIA DE ASSIS KILL 087.***.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Kátia de Assis Kill
Membro

Assinado por ELIADNA DA HORA CARVALHO PINHEIRO 099.***.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Eliadna da Hora Carvalho Pinheiro
Membro

Assinado por CAMILA AGUIAR SUELLA DA ROCHA 087.***.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
24/11/2025 14:31:06

Camila Aguiar Suella Da Rocha
Membro

**Comissão de Acompanhamento de Processos e Avaliação de Qualidade de
Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e
Odontológicos.**



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 24 dias do mês de novembro do corrente ano, após análise das Amostras de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR (KIT TRANSDUTOR DE PAM, PAM FEMURAL E PAM RADIAL)**, destinado a atender o **HOSPITAL GERAL DE LINHARES**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 70/2025**, **Processo nº21400/2025**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
03	CATETER DE MONITORIZAÇÃO DE PAM RADIAL Kit para punção arterial para monitorizacao continua da pressão arterial para ser usado em artéria radial, composto com agulha de punção, fio guia metálico, tamanho 3 fr x 6 cm cateter arterial radial. Para ser usado em monitor multiparamétrico. Modificador: sensor SP02 dedo universal; Aplicação- Modelo: Compatível com equipamento LIFETOUCH, M15, LIFEMED	MEDIKA



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 24 dias do mês de novembro do corrente ano, após análise das Amostras de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR (KIT TRANSDUTOR DE PAM, PAM FEMURAL E PAM RADIAL)**, destinado a atender o **HOSPITAL GERAL DE LINHARES**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 70/2025**, **Processo nº21400/2025**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
01	KIT TRANSDUTOR DESCARTAVEL COM SISTEMA DE ASPIRACAO COM DUAS TORNEIRAS Kit transdutor descartável com sistema de aspiração com duas torneiras de polycarbonato válvulas de sistema fechado com selo de silicone, pressão neutra, auto limpante, permitindo 200 ativações com seringas luer lock ou luer slip, acesso sem agulha acoplado na saída da torneira para coleta de sangue e dois pontos (distal e proximal). Composto de um transdutor de pressão, torneira de zeragem com indicação de fluxo, dispositivo de flush em silicone, utilizado para linha arterial ou venosa, dispositivo de fluxo contínuo de 3ml/h sob pressão. Um equipo de soro macrogotas. Tubo extensor de 30 cm onde está fixada a torneira valvulada auto limpante, e outra extensão de 120 cm onde está fixada a segunda torneira valvulada e auto limpante. Kit equipado com seringa de aspiração protegida proporcionando um sistema fechado de aspiração. Compatível com seringas e equipos de luer lock e luer slip de acordo com a norma ABNT 594 parte 1. Embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado a oxido de etileno e rotulo contendo informações em língua portuguesa de acordo com	ALIVE HEARTH



	normas do Ministério da Saúde. Para ser usado em monitor multiparametrico. Modificador: sensor sp02 dedo universal; aplicação modelo: compatível com equipamento LIFETOUCH M15 / LIFEMED	
02	CATETER DE MONITORIZAÇÃO DE PAM FEMURAL Kit para punção arterial para monitorização contínua da pressão arterial para ser usado em artéria femural, composto com agulha de punção, fio guia metálico, tamanho 4 fr x 11 cm, cateter arterial femural. Para ser usado em monitor multiparamétrico. Modificador: sensor SP02 dedo universal; Aplicação- Modelo: Compatível com equipamento LIFETOUCH, M15, LIFEMED	ALIVE HEARTH

Assinado por LIVIA TEIXEIRA DE
OLIVEIRA PIMENTEL 110.***.***.**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
24/11/2025 13:26:25