



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OF/LAUDO/SEMUS/Nº 04

Linhares – ES, 27 de janeiro de 2026.

**Prezada Senhora,
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Municipal**

Encaminhamos a V.S.^a, Laudo da análise das Amostras de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL GRAU CIRURGICO)**, destinado a atender o **HOSPITAL GERAL DE LINHARES**, o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE** e a **UNIDADE SANITÁRIA DE LINHARES**, referente ao **Pregão Eletrônico nº76/2025**, **Processo nº21160/2025**, analisado pela “**Comissão De Acompanhamento de Processos e Avaliação De Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos**”, apresenta o resultado anexo:

- **SISPACK MEDICAL LTDA.**

LOTE: 01.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

Atenciosamente,

**Andréia Durão Miranda Davel
Presidente**

**Cleza Aparecida Marteli Laurete
Membro**

**Livia Teixeira de Oliveira
Membro**

**Christiano Sfalsin Teixeira
Membro**

**Kátia de Assis Kill
Membro**

**Eliadna da Hora Carvalho Pinheiro
Membro**

**Camila Aguiar Suella Da Rocha
Membro**

**Comissão de Acompanhamento de Processos e Avaliação de Qualidade de
Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e
Odontológicos.**



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 27 dias do mês de janeiro do corrente ano, após análise das Amostras de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL GRAU CIRURGICO)**, destinado a atender o **HOSPITAL GERAL DE LINHARES**, o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE** e a **UNIDADE SANITÁRIA DE LINHARES**, referente ao **Pregão Eletrônico nº76/2025**, **Processo nº21160/2025**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **SISPACK MEDICAL LTDA**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA.
01	PAPEL GRAU CIRURGICO 05 CMX 100 METROS Papel esterilização, material papel grau cirúrgico, apresentação rolo, comprimento 100 m, largura 05 cm, aplicação embalar artigos hospitalares para esterilização. Rolo com 100 metros. Obs: Registro no ministério da saúde para esta finalidade; data de validade do produto (é valido antes da esterilização); presença do indicador químico de processo (vapor) em toda a extensão do rolo, ou pelo menos uma área do envelope e se está com a aparência correta (não processado); embalagem com as informações do fabricante; produto em bom estado de conservação. O ganhador deverá apresentar laudos de barreira microbiana para filtração de bactérias, vírus, e representação da esterelidade. Também laudos comprobatórios de resistência à tração, alongamento, rasgo e permeabilidade ao ar. Deverão atender as normas ABNT, NBR 14990-6 e todas as exigências da ANVISA, bem como registro.	SISPACK/ SISPACK
02	PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100 METROS Papel esterilização, material papel grau cirúrgico,	SISPACK/ SISPACK



	apresentação rolo, comprimento 100 m, largura 10cm, aplicação embalar artigos hospitalares para esterilização. Rolo com 100 metros. Obs: Registro no ministério da saúde para esta finalidade; data de validade do produto (é valido antes da esterilização); presença do indicador químico de processo (vapor) em toda a extensão do rolo, ou pelo menos uma área do envelope e se está com a aparência correta (não processado); embalagem com as informações do fabricante; produto em bom estado de conservação. O ganhador deverá apresentar laudos de barreira microbiana para filtração de bactérias, vírus, e representação da esterilidade. Também laudos comprobatórios de resistência à tração, alongamento, rasgo e permeabilidade ao ar. Deverão atender as normas ABNT, NBR 14990-6 e todas as exigências da ANVISA, bem como registro.	
03	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100 METROS Papel esterilização, material papel grau cirúrgico, apresentação rolo, comprimento 100 m, largura 15cm, aplicação embalar artigos hospitalares para esterilização. Rolo com 100 metros. Obs: Registro no ministério da saúde para esta finalidade; data de validade do produto (é valido antes da esterilização); presença do indicador químico de processo (vapor) em toda a extensão do rolo, ou pelo menos uma área do envelope e se está com a aparência correta (não processado); embalagem com as informações do fabricante; produto em bom estado de conservação. O ganhador deverá apresentar laudos de barreira microbiana para filtração de bactérias, vírus, e representação da esterilidade. Também laudos comprobatórios de resistência à tração, alongamento, rasgo e permeabilidade ao ar. Deverão atender as normas ABNT, NBR 14990-6 e todas as exigências da ANVISA, bem como registro.	SISPACK/ SISPACK



04	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100 METROS Papel esterilização, material papel grau cirúrgico, apresentação rolo, comprimento 100 m, largura 20cm, aplicação embalar artigos hospitalares para esterilização. Rolos com 100 metros. Obs: Registro no ministério da saúde para esta finalidade; data de validade do produto (é valido antes da esterilização); presença do indicador químico de processo (vapor) em toda a extensão do rolo, ou pelo menos uma área do envelope e se está com a aparência correta (não processado); embalagem com as informações do fabricante; produto em bom estado de conservação. O ganhador deverá apresentar laudos de barreira microbiana para filtração de bactérias, vírus, e representação da esterelidade. Também laudos comprobatórios de resistência à tração, alongamento, rasgo e permeabilidade ao ar. Deverão atender as normas ABNT, NBR 14990-6 e todas as exigências da ANVISA, bem como registro.	SISPACK/ SISPACK
05	PAPEL GRAU CIRURGICO 40 CM X 100 METROS Papel esterilização, material papel grau cirúrgico, apresentação rolo, comprimento 100 m, largura 40cm, aplicação embalar artigos hospitalares para esterilização. Rolos com 100metros. Obs: Registro no ministério da saúde para esta finalidade; data de validade do produto (é valido antes da esterilização); presença do indicador químico de processo (vapor) em toda a extensão do rolo, ou pelo menos uma área do envelope e se está com a aparência correta (não processado); embalagem com as informações do fabricante; produto em bom estado de conservação. O ganhador deverá apresentar laudos de barreira microbiana para filtração de bactérias, vírus, e representação da esterelidade. Também laudos	SISPACK/ SISPACK



	comprobatórios de resistência à tração, alongamento, rasgo e permeabilidade ao ar. Deverão atender as normas ABNT, NBR 14990-6 e todas as exigências da ANVISA, bem como registro.	
09	PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM X 100 METROS Papel esterilização, material papel grau cirúrgico, apresentação rolo, comprimento 100 m, largura 30 cm, aplicação embalar artigos hospitalares para esterilização. Rolos com 100metros. Obs: Registro no ministério da saúde para esta finalidade; data de validade do produto (é valido antes da esterilização); presença do indicador químico de processo (vapor) em toda a extensão do rolo, ou pelo menos uma área do envelope e se está com a aparência correta (não processado); embalagem com as informações do fabricante; produto em bom estado de conservação. O ganhador deverá apresentar laudos de barreira microbiana para filtração de bactérias, vírus, e representação da esterilidade. Também laudos comprobatórios de resistência à tração, alongamento, rasgo e permeabilidade ao ar. Deverão atender as normas ABNT, NBR 14990-6 e todas as exigências da ANVISA, bem como registro.	SISPACK/ SISPACK