SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OF/LAUDO/SEMUS/Nº. 122

Linhares – ES, 16 de Outubro de 2026.

Prezada Senhora,
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Municipal

Encaminhamos a V.S.ª, Laudo da análise dos prospectos da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS** destinado a atender o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, com **ENTREGA ÚNICA**, para utilização nas futuras instalações das **unidades Básicas de Saúde dos bairros de Bebedouro, Movelar e Pontal do Ipiranga** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2026, Processo nº8303/2026**, analisado pela **"Comissão De Acompanhamento de Processos e Avaliação De Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos,** apresenta o resultado anexo:

- **BHDENTAL COMERCIAL LTDA EPP.**

LOTE: 05.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **DENTAL ALTA MOGIANA COM. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.**

LOTE: 01.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 232fc110-7113-482a-a3f8-a62cd43fb663
DOCUMENTAÇÃO Nº 002192/2026

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 232fc110-7113-482a-a3f8-a62cd43fb663
DOCUMENTAÇÃO Nº 002192/2026

- **EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.**

LOTE: 04.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.**

LOTE: 13.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

Atenciosamente,

Assinado por ANDREIA DURAO MIRANDA DAVEL 083.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Andreia Durão Miranda Davel
Presidente

Assinado por CHRISTIANO SFALSIM TEIXEIRA 053.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
16/10/2026 13:30:49

Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

Daiana Amador Medrado Costalonga
Membro

Assinado por CAMILA AGUIAR SUELLA DA ROCHA 087.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
16/10/2026 15:16:40

Camila Aguiar Suella Da Rocha
Membro

Comissão de Acompanhamento de Processos e Avaliação de Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos.

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 16 dias do mês de outubro do corrente ano, análise dos prospectos da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS** destinado a atender o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, com **ENTREGA ÚNICA**, para utilização nas futuras instalações das **unidades Básicas de Saúde dos bairros de Bebedouro, Movelar e Pontal do Ipiranga** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2026, Processo nº8303/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **BHDENTAL COMERCIAL LTDA EPP.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
05	**ULTRASSON ODONTOLOGICO DIGITAL** ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL, aparelho para prevenção com ultrassom pizoelétrico constituído de um circuito oscilador que envia tensão com frequência de 28 KHz para a peça de mão (transdutor) montada com quatro pastilhas de cerâmica montadas intermitentes uma a outra e vibração com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo, peça de mão leve e anatômica, capa do transdutor removível e autoclavável, 3 tips (pontas) de raspagem autoclaváveis (Tips Perio Supra, Perio Sub e Perio E) dispositivo para acoplamento de limas endodontias e tips Dentística, chave seletora de potência em 7 estágios (amplitude de vibração da ponta de 0,05 a 0,1 mm), circuito eletrônico com estabilizador de frequência com seleção automática de 28 KHz constante que mantém a vibração mesmo quando há oscilações da tensão da rede, chaves autoclaváveis para troca das pontas com	**MODELO: PRIME One PUMP MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609017 Registro M.S.: 80349600008**

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 232fc110-7113-482a-a3f8-a62cd43fb663
DOCUMENTAÇÃO Nº 002192/2026

	prolongador que impede o contato manual com as pontas eliminando o risco de ferimentos ao usuário, mangueiras lisas, leves e flexíveis, corpo em ABS com superfície lisa de alta durabilidade e fácil limpeza e desinfecção , pedal de comando de formato redondo com acionamento de qualquer ângulo com facilidade, fusível de proteção, jato de bicarbonato, com capas das peças de mão removível para autoclavagem, reservatório de bicarbonato removível em aço inoxidável, 02 filtros de ar, mangueiras lias e flexíveis. Possui sistema isento de contaminação para alimentação das peças de mão do ultrassom e do jato de bicarbonato de sódio, com líquido antisséptico através de bomba peristáltica, painel de comando com sistema eletrônico de controle dos parâmetros de potência. LARGURA: 30 cm COMPRIMENTO: 35,5 cm ALTURA: 23 cm CONSUMO DE AR: 10 l/min. POTÊNCIA: 24 VA TENSÃO: 110/127 e 220V PRESSÃO PRIMÁRIA DE AR COMPRIMIDO: 60 PSI (MIN) A 80 PSI (MAX)	

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 232fc110-7113-482a-a3f8-a62cd43fb663
DOCUMENTAÇÃO Nº 002192/2026

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 232fc110-7113-482a-a3f8-a62cd43fb663
DOCUMENTAÇÃO Nº 002192/2026

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 16 dias do mês de outubro do corrente ano, análise dos prospectos da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS** destinado a atender o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, com **ENTREGA ÚNICA**, para utilização nas futuras instalações das **unidades Básicas de Saúde dos bairros de Bebedouro, Movelar e Pontal do Ipiranga** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2026, Processo nº8303/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **DENTAL ALTA MOGIANA COM. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
01	**CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO** Consultório Odontológico completo, composto de: **Cadeira -** com base em ferro fundido (cavaletes e alavancas), proporcionando maior estabilidade, resistência e durabilidade ao conjunto. Encosto da cadeira de dimensões e conformidades anatômicas ideais à correta posição do paciente, com movimentos sincronizados de volta a zero e posição de trabalho. O encosto amplo, envolvente e confortável cria uma área de privacidade excelente, que evita o contato involuntário entre o profissional e o paciente, com capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto. Mangueiras embutidas conferindo maior leveza, higiene e beleza ao conjunto. Encosto e base do assento fabricado em vergalhões e chapas de aço. Sistema fuso (isento de óleo) de inclinação do encosto e elevação do assento, com capacidade de elevação aproximada de 190 Kg. Pedal de	**SAEVO/S201 + MOCHO E ACESSÓRIOS**

	comando multifunções separado da base, dispositivo de segurança com stop. Encosto de cabeça bi-articulado com ampla mobilidade que oferece conforto diferenciado ao paciente, posicionando com exatidão o encosto de cabeça, qualquer que seja sua estatura, idade ou biótipo. Devido à sua mobilidade anteroposterior, o encosto de cabeça biarticulado possibilita o atendimento de cadeirantes no lado inverso da cadeira odontológica, oferecendo apoio confortável com posicionamento correto do paciente, sem retirá-lo da cadeira de rodas. Lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas possuem banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes. Estofamento anatômico em espuma de poliuretano de alta densidade, revestido com PVC expandido lavável, sem costura e anti-chamas. Ausência do braço direito para facilitar o acesso do paciente, braço esquerdo em integral skin que impede a ocorrência de riscos superficiais. ALTURA MÍNIMA (DO ASSENTO): 39 cm ALTURA MÁXIMA (DO ASSENTO): 78,5 cm COMPRIMENTO: 187 cm LARGURA: 60 cm PESO: 175 Kg **Equipo –** Braço articulado fixo na cadeira puxadores bilaterais, seleção automática das pontas ao serem retiradas do suporte, controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP) confeccionado em metal nobre (latão), pedal de comando com acionamento progressivo, suporte de pontas em peça única e destacável para facilitar uma higienização adequada e colocação de barreiras, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Bandeja em aço	

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 232fc110-7113-482a-a3f8-a62cd43fb663
DOCUMENTAÇÃO Nº 002192/2026

	inox, 01 terminal borden para baixa rotação, 01 terminal borden para alta rotação e seringa tríplice. Mangueiras tipo Oblate lisa, leves e flexíveis. LARGURA: 58cm ALTURA: 86cm PROFUNDIDADE: 48cm **Unidade de água -** acoplada à cadeira, com estrutura interna fabricada em aço com pintura epóxi, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, registro para acionamento da água da cuspideira. 01 terminal para sucção em alumínio de superfície lisa com acionamento automático e mangueiras com engate rápido facilitando a higienização e promovendo economia de tempo e praticidade, suporte de pontas maciço em poliacetal com formas arredondadas, caixa de esgoto selada em PVC com respiro e abafador; separador de detritos na caixa de comando localizada na parte interna da base da cadeira. LARGURA: 23 cm ALTURA: 18 cm PROFUNDIDADE: 38,5 cm **Refletor -** monofocal com intensidade de 22.000 Lux, acoplado a cadeira, dotado de cabeçote com moldura em policarbonato de alta resistência, puxador bilateral incorporado e espelho multifacetado com tratamento multicoating especial para concentração do foco de luz, que produz luz fria uniformemente distribuída, permitindo perfeita iluminação mesmo quando existe algum obstáculo parcial da luz, temperatura de cor de 5500º kelvin aprox., campo de iluminação 8 x 18cm à 80cm de distância com 22.000 Lux, sistema de troca da lâmpada fácil e rápida (sem a utilização	

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 232fc110-7113-482a-a3f8-a62cd43fb663
DOCUMENTAÇÃO Nº 002192/2026

	de ferramentas) sem a intervenção da assistência técnica , protetor da lâmpada e espelho em policarbonato transparente, transformador com seleção de voltagem, braço prolongado para possibilitar o uso em cadeirantes, com linhas arredondadas e pintura lisa. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO: 2A (110/127 V) 1A (220V) VOLTAGEM: 110/127/220V LÂMPADA HALÓGENA: 12 V x 55 W **Mocho -** com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca, com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com regulagem longitudinal, estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável e anti-chamas. LARGURA: 390 mm COMPRIMENTO: 480 mm ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 540 mm ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 440 mm	

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 232fc110-7113-482a-a3f8-a62cd43fb663
DOCUMENTAÇÃO Nº 002192/2026

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 232fc110-7113-482a-a3f8-a62cd43fb663
DOCUMENTAÇÃO Nº 002192/2026

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 16 dias do mês de outubro do corrente ano, análise dos prospectos da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS** destinado a atender o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, com **ENTREGA ÚNICA**, para utilização nas futuras instalações das **unidades Básicas de Saúde dos bairros de Bebedouro, Movelar e Pontal do Ipiranga** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2026, Processo nº8303/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
04	**APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO DE FIXACAO NA PAREDE** APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO DE FIXAÇÃO NA PAREDE - digital, coluna com braço convencional, prático e de fácil operação, com regulador de tensão eletrônico que estabiliza a alimentação do equipamento aumentando sua vida útil e produzindo radiografias uniformes, voltagem no tubo emissor 70 KVP, intensidade da corrente do tubo emissor de 7 MA, cilindro direcional longo com revestimento de película de chumbo de 0,5 mm, filtro de alumínio equivalente a 2,5 mm, dupla colimação que diminui a incidência de radiações secundárias, isolamento termoelétrico por imersão do cabeçote em óleo, comando de seleção de exposição, bip sonoro conjugado à emissão dos raios-x, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm, timer digital microcontrolado, compensador	**MARCA: D700 MAX PAREDE FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA - BRASIL ANVISA: 10069210087 CLASSE DE RISCO III - ALTO RISCO**

	eletrônico de tempo que corrige o tempo de exposição em função de pequenas variações da rede elétrica e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sub e sobretensão, controle remoto com cabo espiralado, display digital e teclado de membrana com opções de seleção do tipo de radiografia (oclusal, interproximal e periapical), tipo e posição do dente, sensibilidade do filme (película ou sensor digital) e faixa etária do paciente, permitindo a seleção do tempo mais adequado para cada situação específica com grande precisão, minimizando exposições desnecessárias e melhorando a qualidade radiográfica. O controle remoto possui tempos padrões de exposição pré-programados, conforme cada situação específica, e memória para programação de novos tempos pelo próprio CD. O raios-x tem que apresentar total adequação a todas às exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Certificado de Controle de Radiação de Fuga emitido por Físico credenciado. Tensão/Frequência: 127 V / 60 Hz Foco: 0,8 x 0,8 mm Potência: 1,2 kva Fusível: 15 A (127 V) e 10 A (220 V) Comprimento do braço: 1990 mm Peso: 46,4 Kg	

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 232fc110-7113-482a-a3f8-a62cd43fb663
DOCUMENTAÇÃO Nº 002192/2026

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 16 dias do mês de outubro do corrente ano, análise dos prospectos da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS** destinado a atender o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, com **ENTREGA ÚNICA**, para utilização nas futuras instalações das **unidades Básicas de Saúde dos bairros de Bebedouro, Movelar e Pontal do Ipiranga** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2026, Processo nº8303/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
13	**COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO** Compressor isento de óleo, ideal para a área odontológica- Características: Capacidade para 02 (dois) consultórios sem bomba de vácuo (até 02 (dois) sugadores simultâneos cada); Reservatório com capacidade de 51 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática) possui aberturas laterais para futuras inspeções; Motor: com 02 (dois) motores de 1,2 HP cada (total 2,4 HP e quatro cabeçotes) Dispositivos de segurança: Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Dispositivos de alivio do excesso de pressão rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão).	**MOTO MIL / 50L**

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 232fc110-7113-482a-a3f8-a62cd43fb663
DOCUMENTAÇÃO Nº 002192/2026