



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

Serra, 23 de Setembro de 2024

Formulário de Análise de Propostas e Documentação Técnica

Pregão Eletrônico: 056/2024

Data do pregão: 27/08/2024

Processo: 44.025/2024

DFD: 026/2024

Agente de Contratação / Pregoeiro: Carolina Soares Teixeira

Considerando as Propostas Comerciais realizadas pelas Empresas Pérola Importadora e Distribuidora Hospitalar LTDA, Lourdes Lúcia A. Costa Medicamentos LTDA-ME, Brasil Med Importação e Exportação LTDA e Damed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médicos LTDA, referentes ao Processo 44.025/2024, Pregão Eletrônico n. 056/2024, segue a avaliação técnica das propostas e documentações apresentadas pelas Empresas:

	Lote 01 (Pérola)	Lote 02 (Lourdes)	Lote 03 (Damed)
Atestado de Capacidade Técnica	Atende	Atende	Atende
Certificado de Registro do Produto	81499570008 Enviado	80288090079 Enviado	10150470473 Enviado
Solicitada amostra do material?	Sim. Recebidas e avaliadas.	Sim. Recebidas e avaliadas.	Não
Catálogo	Não	Não	Não
Descritivo	Não atende	Não atende	Atende

	Lote 04 (Lourdes)	Lote 06 (Lourdes)	Lote 08 (Brasil Med)
Atestado de Capacidade Técnica	Atende	Atende	Atende
Certificado de Registro do Produto	80288090079 Enviado	80288090079 Enviado	80991380043 Enviado
Solicitada amostra do material?	Sim. Recebidas e avaliadas.	Sim. Recebidas e avaliadas.	Sim. Recebidas e avaliadas.
Catálogo	Não	Não	Sim
Descritivo	Não atende	Não atende	Não atende





PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)**

Empresa	Responsável	Telefones	email
Pérola Importadora e Distribuidora Hospitalar LTDA	Soliana Verginia Braga	(47)3311-7391	sv.licitacao@hotmail.com perolaimportadora@gmail.com
Lourdes Lúcia A. Costa Medicamentos LTDA-ME	Paulo Sérgio da Costa	(27)3476-1227	farmaciadotrabalhador1@hotmail.com
Damed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médicos LTDA	Daiene Evelin da Rosa Barros	(55)98114-7809	distribuidora .damed@gmail.com
Brasil Med Importação e Exportação LTDA	José Wallace de Andrade	(11)3617-4331	licitacao@kffbrasilmed.com.br

Conclusão:

Lote 01: Cateter para acesso venoso 18 (Exclusivo ME-EPP). **Empresa:** Pérola Importadora e Distribuidora Hospitalar LTDA. **Marca:** Healtath. **Valor:** R\$1,33. Solicitadas amostras do material. Prazo: 19/09. **DECLASSIFICADA, pois o material ofertado não possui dispositivo de segurança conforme solicitado no descritivo do material conforme o Edital.**

Lote 02: Cateter para acesso venoso 20 (Ampla concorrência). **Empresa:** Lourdes Lúcia A. Costa Medicamentos LTDA-ME. **Marca:** TKL. **Valor:** R\$1,69. Solicitadas amostras do material. Prazo: 19/09. Recebidas as amostras e enviadas para a avaliação da Equipe da UPA Serra. **DECLASSIFICADA, pois o material ofertado não possui dispositivo de segurança conforme solicitado no descritivo do material conforme o Edital.**

Lote 03: Cateter para acesso venoso 20 (Exclusivo ME-EPP). **Empresa:** Damed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médicos LTDA. **Marca:** Polymed. **Valor:** R\$1,76. **CLASSIFICADA.**

Lote 04: Cateter para acesso venoso 22 (Ampla concorrência). **Empresa:** Lourdes Lúcia A. Costa Medicamentos LTDA-ME. **Marca:** TKL. **Valor:** R\$1,51. Solicitadas amostras do material. Prazo: 19/09. Recebidas as amostras e enviadas para a avaliação da Equipe da UPA Serra. **DECLASSIFICADA, pois o material ofertado não possui dispositivo de segurança conforme solicitado no descritivo do material conforme o Edital.**

Lote 06: Cateter para acesso venoso 24 (Ampla concorrência). **Empresa:** Lourdes Lúcia A. Costa Medicamentos LTDA-ME. **Marca:** TKL. **Valor:** R\$1,73. Solicitadas amostras do material. Prazo: 19/09. Recebidas as amostras e enviadas para a avaliação da Equipe da UPA Serra. **DECLASSIFICADA, pois o material ofertado não possui dispositivo de segurança conforme solicitado no descritivo do material conforme o Edital.**

Lote 08: Cateter monolúmen (Exclusivo ME-EPP). **Empresa:** Brasil Med Importação e Exportação LTDA. **Marca:** KFF. **Modelo:** USB-6520. **Valor:** R\$36,00. Solicitadas amostras do material. Prazo: 19/09. **DECLASSIFICADA, pois após a avaliação da amostra recebida e avaliada pela Equipe da Unidade de Pronto Atendimento de Serra, foi constatado que o material: quanto à embalagem, não é prática, podendo ocorrer a queda do material durante a dispensação no ambiente estéril, pois as peças vem todas muito soltas dentro da embalagem; quanto à durabilidade pode haver chance de obstrução luminal devido à baixa qualidade do cateter; quanto ao manuseio, encontraram dificuldade pela baixa densidade do cateter, dificuldade de utilização, guia metálico com baixa maleabilidade, em resumo, baixa qualidade do material, com dificuldade de manipulação e riscos iminentes de**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003100340039003700330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

complicações.

Atenciosamente,

Mônica Nogueira Altoé
Enfermeira/ Supervisora do Almojarifado de Material Médico Hospitalar
Matrícula PMS/SESA 42353



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003100340039003700330030003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

Parecer - Cateter Monolúmen

 **PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

MATERIAL:
CATETER MONOLÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL ADULTO, 14G X 20CM, EM POLIURETANO, HIDROFÍLICO E CENTIMETRADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COMPATÍVEL COM A TÉCNICA DE SELDINGER, POSSUA DILATADOR, FIO GUIA EM J COM INTRODUTOR TIPO GATILHO, AGULHA INTRODUTORA 18G X 6,35CM APROXIMADAMENTE, SERINGA DESCARTÁVEL, CONTENDO NO KIT BISTURI DESCARTÁVEL COM CABO, FIXADOR DE CATETER TIPO BORBOLETA COM TRAVA E TAMPA PROTETORA AUTO SELANTE, PONTA SOLFT E VÁLVULA LUER LOCK COM CÂMARA DE LÁTEX.

MARCA/FORNECEDOR: KKT

LOTE E VALIDADE:

4- QUANTIDADE TESTADA: 03 unidades

5- Procedimento realizado no teste do material:
ACESSO VENOSO PROFUNDO EM VENA SUBCLAVIA

6- Avaliação do produto:

a) Quanto à embalagem:
() boa () regular ☒ ruim
Obs.: POSSIBILIDADE DE QUEM DO MATERIAL DURANTE DISPENSAÇÃO EM AMBIENTE GERAL

b) Quanto à durabilidade do material
() boa () regular ☒ ruim
Obs.: CHANCE DE OBSTRUÇÃO LUMINAL

c) Quanto ao manuseio
() fácil () regular ☒ difícil
Obs.: BAIXA VIABILIDADE NO USO REGULAR DAS PEÇAS EM DEPENDÊNCIA

7- Durante o procedimento com o material ocorreu algum tipo de efeito indesejável?
☒ sim () não
Qual? MANEIO DE TUBULACÃO / GOTA MANEIO COM BAIXA MANUTENÇÃO

Rua Comendador Alcides Simão Helou, 1478 – Galpão 2 e 3 – CIVIT II – Serra/ES – CEP: 29.168-090 – Serra/ES.





PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

 PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)


Outras observações sobre o produto:
NÃO


8- CONCLUSÃO DO TESTE REALIZADO

() APROVADO (X) REPROVADO

Justificativa: BAIXA QUALIDADE DO MATERIAL, DIFERENÇA DE
MANUTENÇÃO COM DISCOS INFERIORES DE COMPLEXIDADE

9- Local/Unidade que realizou teste: UPA SERRA SEM

 Dr. Fernando Cezar Montabeller
Responsável pela avaliação (nome, categoria e carimbo) / Data


Dr. Fernando Cezar Montabeller
MD - UPA
CRM ES 5086

Rua Comendador Alcides Simão Helou, 1478 – Galpão 2 e 3 – CIVIT II – Serra/ES – CEP: 29.168-090 – Serra/ES.



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003100340039003700330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 31003100340039003700330030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MONICA NOGUEIRA ALTOE** em **23/09/2024 12:15**

Checksum: **3F1FDF884D4A058AD5E364BE3E4D2BD02003D7929851AC1E5B67EEDD6A656310**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003100340039003700330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.