



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

Serra/ES, 12 de Junho de 2025

Do: Almoxarifado da Saúde

À: SESA/ CPL - Setor de Licitação

Considerando o pedido de Recurso encaminhado pela Empresa BDR Comércio de Equipamentos LTDA para o Lote 05 - Balança plataforma portátil do Pregão Eletrônico n. 025/2025;

A Empresa supracitada afirma que o material ofertado pela Empresa arrematante do Lote 05, Costa Cruz Soluções, não atende a alguns pontos do descritivo, são eles:

- Construída em material resistente a impacto (não pode ser de vidro temperado);
- Pés revestidos de material antiderrapante;
- Deve apresentar indicador de sobrecarga, isto é, caso haja sobrecarga de peso, a balança deve indicar erro ao invés de demonstrar o peso máximo possível;
- Produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou órgão semelhante;
- Equipamento acompanhado de bolsa com alça exclusiva para proteção e transporte.

Informamos que no momento do Parecer técnico foi realizada a avaliação do material ofertado de acordo com as características solicitadas em Edital e a Empresa Costa Cruz Soluções fez a oferta de produto que atende as expectativas do descritivo do Edital. À época do Parecer técnico foi enviado e-mail para a Empresa Costa Cruz Soluções e a mesma confirmou as características que não foram possíveis ser identificadas através do catálogo e demais documentos enviados junto à Proposta Comercial. Segue e-mail em anexo.

Construída em material resistente a impacto (não pode ser de vidro temperado)

A Balança da Marca Avanutri é constituída de plástico ABS, este é um material resistente conforme solicitado e também leve e de fácil higienização, que são outras características solicitadas no descritivo. Não determinamos o tipo de material específico, fizemos a ressalva que não fosse de vidro temperado e pedimos que fosse resistente e o plástico ABS atende a este requisito.

Pés revestidos de material antiderrapante

No catálogo do material é informado que a balança é antiderrapante e na imagem apresentada da Balança pode ser visualizado o acabamento dos pés em material emborrachado que o torna antiderrapante.

Deve apresentar indicador de sobrecarga, isto é, caso haja sobrecarga de peso, a balança deve indicar erro ao invés de demonstrar o peso máximo possível

No catálogo apresentado pela Empresa é informado que a Balança possui indicador de sobrepeso e no Site da Marca também consta esta informação.

Produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou órgão semelhante





PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

A Empresa enviou no momento do Parecer técnico o documento de Certificação de Calibração do Instituto de Metrologia Industrial LTDA, que é um órgão semelhante ao INMETRO, sendo aceito desta forma à época do Parecer (documento em anexo). Porém, após nova avaliação, constatamos que esta Certificação não se trata do órgão perante uma avaliação global do Equipamento em si, sendo tão somente do aspecto de calibração do Equipamento não podendo ser aceita desta forma, não estando em conformidade com o solicitado no Edital.

Equipamento acompanhado de bolsa com alça exclusiva para proteção e transporte

A Empresa afirmou que vai disponibilizar bolsa para acompanhar o equipamento, inclusive da Marca Avanutri.

Caso no momento do recebimento do material seja identificada uma inconformidade de qualquer tipo, então a carga não será recebida e as medidas necessárias serão tomadas para a resolução da situação e demais consequências. Ressaltamos que cabe à administração pública realizar as conferências necessárias e estar atenta a qualquer tipo de inconformidade que surja e tratar com os envolvidos as medidas necessárias.

Sendo assim, enviamos novo Parecer técnico relativo ao Lote 05 do Pregão Eletrônico 025/2025:

Lote 05: Balança plataforma portátil (Exclusivo ME-EPP).

Empresa: Costa Cruz Soluções.

Marca: Avanutri.

Valor: R\$466,66.

DECLASSIFICADA, pois o Equipamento ofertado pela Empresa não apresenta Certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou órgão semelhante, conforme solicitado no descritivo do Edital.

Quanto ao citado sobre a Empresa B2 Comercial LTDA não tivemos a oportunidade de avaliar a proposta da mesma, damos ciência das informações enviadas, mas informamos à Empresa BDR Comércio de Equipamentos LTDA que a avaliação do produto ofertado será realizado pela Equipe Técnica competente desta Secretaria de Saúde caso seja necessário.

Encaminhamos os autos para as demais providências e continuidade dos procedimentos licitatórios.

Atenciosamente,

Mônica Nogueira Altoé
Enfermeira/ Supervisora do Almoxarifado de Material Médico Hospitalar
Matrícula PMS/SESA 42353



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 31003500320032003900350036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MONICA NOGUEIRA ALTOE** em **12/06/2025 13:37**

Checksum: **2B0ACBBA44C1BA749DAE23459578BCC4201D21279B0117B530F88F3E482A62BE**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003500320032003900350036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.