



Almoxarifado Saúde SESA <almoxarifado.saude@serra.es.gov.br>

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PE 147/2025

Almoxarifado Saúde SESA <almoxarifado.saude@serra.es.gov.br>
Para: PREGAO SAUDE <pregao.saude@serra.es.gov.br>

9 de janeiro de 2026 às 11:54

Prezada,
Bom dia.

Em resposta à Impugnação apresentada pela empresa ULTRAMED Tecnologia e Serviços Ltda – EPP, seguem as considerações:

1) Da ausência da essencialidade técnica e irrelevância física de tamanho na usabilidade

A Solicitação de tela mínima de 14 polegadas, foi definida diante da análise da equipe técnica do município, considerando o perfil dos atendimentos e as necessidades operacionais. Levando em consideração que, nas rotinas diárias, é comum a presença simultânea de mais de um paciente em ventilação assistida nas Unidade de emergência do Município, o que exige a visualização direta e contínua das telas dos equipamentos para adequado monitoramento. As distâncias envolvidas, considerando o posicionamento habitual das equipes de saúde, são consideradas razoáveis e compatíveis com a necessidade de perfeita visualização intermitente dos parâmetros exibidos.

2) Violação aos princípios da competitividade, razoabilidade e proporcionalidade

A exigência de tela mínima de 14 polegadas foi estabelecida com base em critérios assistenciais, operacionais e de segurança, considerando o perfil de utilização do equipamento.

A especificação não indica marca, modelo ou fabricante, limitando-se a característica técnica objetiva, amplamente disponível no mercado, sendo atendida por diversos fabricantes nacionais e internacionais.

Portanto, não se verifica direcionamento, tampouco violação aos princípios da isonomia, competitividade, razoabilidade e proporcionalidade .

Diante do exposto, a exigência de tela com dimensão mínima de 14 polegadas encontra-se devidamente justificada sob os aspectos técnico-operacionais e assistenciais (anexo).

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Aparecida

--

Polyanna Pimentel Muniz

Chefe de divisão do Almoxarifado Central da Saúde da Serra - ES

Matrícula 38.544



PARECER DR FERNANDO RT UPA.pdf

148K