



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)**

Serra, 06 de Março de 2026

Formulário de Análise de Propostas e Documentação Técnica**Pregão Eletrônico:** 147/2025**Data do pregão:** 13/01/2026**Processo:** 81.622/2024**DFD:** 042/2024**Agente de Contratação / Pregoeiro:** Aparecida Rosimeire Rebonato da Silva

Considerando a Proposta Comercial realizada pela Empresa M Carrega Comércio de Produtos Hospitalares LTDA, referentes ao Processo 81.622/2024, Pregão Eletrônico n. 147/2025, segue a avaliação técnica das propostas e documentações apresentadas pela Empresa:

	Lote 01 (M. Carrega)
Atestado de Capacidade Técnica	Atende
Certificado de Regularidade técnico da Empresa	Atende
Alvará de licença sanitária	Atende
Autorização de funcionamento ANVISA	Atende
Certificado Registro Produto ANVISA	80058130025
Solicitada amostra do material?	Não
Catálogo	Enviado
Descritivo	Não atende

Empresa	Responsável	Telefones	email
M Carrega Comércio de Produtos Hospitalares LTDA	Gustavo Henrique Carrega		londrimedi.licitacao@gmail.com



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900330031003800310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

Conclusão:

Lote 01: Ventilador Pulmonar (Ampla concorrência). **Empresa:** M Carrega Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. **Marca:** CMOS DRAKE / RUAH. **Valor:** R\$38.000,00.

DECLASSIFICADA, pois a Empresa ofertou material de porte diverso do solicitado. No descritivo é solicitado equipamento com tela de no mínimo 14 polegadas, enquanto o equipamento ofertado da Marca CMOS Drake, modelo Ruah, tem tela de 10,4 polegadas.

Lote 02: Ventilador Pulmonar (Exclusiva ME-EPP). **Empresa:** M Carrega Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. **Marca:** CMOS DRAKE / RUAH. **Valor:** R\$38.000,00.

DECLASSIFICADA, pois a Empresa ofertou material de porte diverso do solicitado. No descritivo é solicitado equipamento com tela de no mínimo 14 polegadas, enquanto o equipamento ofertado da Marca CMOS Drake, modelo Ruah, tem tela de 10,4 polegadas.

Atenciosamente,

Mônica Nogueira Altoé
Enfermeira/ Supervisora do Almoxarifado de Material Médico Hospitalar
Matrícula PMS/SESA 42353



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003900330031003800310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 31003900330031003800310031003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MONICA NOGUEIRA ALTOE** em **06/03/2026 10:58**

Checksum: **F8BFEF3AED19BFA7927087D4984D50AB98EBA37BFF7EB08134562A7112362CD2**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900330031003800310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.