



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Edital

Pregão Eletrônico Nº 000042/2024

ANEXO II - MODELO ORIENTATIVO DE PROPOSTA

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00062216	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE NO MINIMO 20 LITROS: autoclave horizontal com vaso de pressão em aço inox de no minimo 20 litros. para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. deve possuir sistema que cumpre a norma nbr iso 13485. deve possuir registro no inmetro nº 255 de 29/05/2014. deve possuir display em lcd com no mínimo 4 programas de esterilização. possibilitar secagem eficiente com porta fechada. deve possuir e possibilitar o uso de no mínimo 03 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. a tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. deve possuir desaeração e despressurização automáticas. possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. deve ser bivolt automática. consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. consumo máximo de água destilada de 300ml por ciclo. deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no inmetro. potência mínima deve ser de 1500 watts. possuir diâmetro de no minimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. garantia mínima do fabricante de 2 anos. a embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, mínimo 03 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. voltagem: 127v ou bivolt.		UND	10,000	3.780,000 0	37.800,00

(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.

Valor Total: 37.800,00