

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Circuito respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 1 Traqueia, Diâmetro Traqueia: Cerca De 15MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 150CM, Dreno Coletor De Água: Sem Dreno, Linha Adicional: C/ Linha Proximal Dupla P/ Sensor De Fluxo, Compatibilidade: C/ Ventilador De Transporte, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 467,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (180)

2 - Circuito Respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 1 Traqueia, Diâmetro Traqueia: Cerca De 22MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 150CM, Dreno Coletor De Água: Sem Dreno, Linha Adicional: C/ Linha Proximal Dupla P/ Sensor De Fluxo, Compatibilidade: C/ Ventilador De Transporte, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 421,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (230)

3 - Material gasoterapia

Descrição Detalhada: Material Gasoterapia Modelo: Umidificador Aquecido, Saída: P/ Oxigênio E Ar Comprimido, Tamanho: Único, Tipo Frasco: Frasco Plástico, Base Metálica, Volume: Cerca De 250ML, Componentes: C/ Vedação, Outros Componentes: Conector De Entrada E Saída, Esterilidade*: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.625,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (110)

4 - Conector uso médico

Descrição Detalhada: Conector Uso Médico Aplicação: P/ Circulação Extracorpórea (Cec), Material 1: Aço Inoxidável, Modelo: Tubular, Formato: Em "Y", Diâmetro A: 1/2 X 1/2 X 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 888,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (60)

5 - Circuito Respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 2 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 15MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 125, 125CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: Sem Dreno, Linha Adicional: Sem Linha, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 449,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (42)

6 - Circuito Respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 2 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 15MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 150, 150CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: Sem Dreno, Linha Adicional: Sem Linha, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 244

Quantidade Mínima Cotada: 244

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 422,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 488

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (244)

7 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Espirômetro, Materia Prima: Papelão Resistente, Face Externa Impermeável, Modelo: Tubular Reto, Tamanho: Infantil, Esterilidade: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1500)

8 - Embalagem P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De Formaldeído, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 30CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 297

Quantidade Mínima Cotada: 297

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 594

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (297)

9 - Filtro respirador

Descrição Detalhada: Filtro Respirador Referência: 940 A2 B2-P2, Uso: Máscara Semifacial, Características Adicionais: Combinado Com Rosca, Compatibilidade: Máscara Panorâmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (88)

10 - Coletor de urina

Descrição Detalhada: Coletor De Urina Material*: Plástico, Tipo*: Sistema Aberto, Modelo: Neonatal, Capacidade*: Cerca De 50ML, Características Adicionais*: Adesivo Hipoalergênico, Esterilidade*: Estéril, Descartável, Embalagem*: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140130

Quantidade Mínima Cotada: 140130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (140130)