

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Oftalmo/Otorrino/Radiologia, Material: Estrutura Em Aço, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Carenagem De Poliestireno, Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado Sem Costura, Tipo De Pés: Base Fixa C/ Apoio De Pés, Acionamento: Mecânico, Inclinação Encosto: Encosto Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (18)

2 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Oftalmo/Otorrino/Radiologia, Material: Estrutura Em Aço, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Carenagem De Poliestireno, Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado Sem Costura, Tipo De Pés: Base Fixa C/ Apoio De Pés, Acionamento: Mecânico, Inclinação Encosto: Encosto Ajustável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

3 - Coluna oftamológica pantográfica

Descrição Detalhada: Coluna Oftamológica Pantográfica Tipo Luminária: Luminária Pantográfica, Painel Controle: Chave Liga/Desliga Projetor, Tensão Alimentação: 110V, Características Adicionais: Braço Para Refrator, Suporte, Carregador Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (16)

4 - Coluna oftamológica pantográfica

Descrição Detalhada: Coluna Oftamológica Pantográfica Tipo Luminária: Luminária Pantográfica, Painel Controle: Chave Liga/Desliga Projetor, Tensão Alimentação: 110V, Características Adicionais: Braço Para Refrator, Suporte, Carregador Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

5 - Refrator

Descrição Detalhada: Refrator Tipo: Greens, Componentes: Lentes Esféricas 0-19,75dpt, Passos 0,25 E 0,12dpt, Outros Componentes: Hipermetropia, Astigmatismo, Foria, Exoforia, Composição: Cilindroforia 0 A 30°, Oclisor, Filtros, Características Adicionais: Lentes E Vareta Para Leitura De Perto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68.880,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (17)

6 - Refrator

Descrição Detalhada: Refrator Tipo: Greens, Componentes: Lentes Esféricas 0-19,75dpt, Passos 0,25 E 0,12dpt, Outros Componentes: Hipermetropia, Astigmatismo, Foria, Exoforia, Composição: Cilindroforia 0 A 30°, Oclisor, Filtros, Características Adicionais: Lentes E Vareta Para Leitura De Perto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68.880,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1)

7 - Sistema Para Teste De Acuidade Visual

Descrição Detalhada: Sistema Para Teste De Acuidade Visual Caracteres: Teste De Matiz Farnsworth Munsell 100, Acessórios: 4 Fileiras C/ Discos Numerados Diversas Tonalidade, Adicional: C/ Software, Embalagem De Transporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (17)

8 - Sistema Para Teste De Acuidade Visual

Descrição Detalhada: Sistema Para Teste De Acuidade Visual Caracteres: Teste De Matiz Farnsworth Munsell 100, Acessórios: 4 Fileiras C/ Discos Numerados Diversas Tonalidade, Adicional: C/ Software, Embalagem De Transporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1)

9 - Tonômetro

Descrição Detalhada: Tonômetro Modelo: Aplanção, Tipo Base: Portátil, Tipo Ajuste: Fx Medição 0 A 80mmhg, Características Adicionais: C/ Visor Digital, Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.876,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (23)

10 - Tonômetro

Descrição Detalhada: Tonômetro Modelo: Aplanção, Tipo Base: Portátil, Tipo Ajuste: Fx Medição 0 A 80mmhg, Características Adicionais: C/ Visor Digital, Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.876,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3)

11 - Lâmpada fenda

Descrição Detalhada: Lâmpada Fenda Referência: SI-7e, Aplicação: Aparelho Biomicroscópio Topcon, Tensão Nominal: 6V, Potência Nominal: 20W, Fonte Luz: Halógena

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (28)

12 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Tampo Leito: Colchão Alta Densidade Forrado Courvin Preto, Tipo Movimento Elevação: Eletro-Hidráulica, Movimentos Verticais(60/90cm), Perneira: Posição Trendelemburg, Haste Campo Altura Regulável, Suporte Lateral: Apoios Reguláveis De Braços, Tipo Fixação: Rodas Traváveis, Comandos Por Pedais, Comando Movimento: Regulagem Altura E Dorso Elétrica, Aplicação: P/ Oftalmologia, Comprimento: 2M, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.380,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (7)

13 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Tampo Leito: Colchão Alta Densidade Forrado Courvin Preto, Tipo Movimento Elevação: Eletro-Hidráulica, Movimentos Verticais (60/90cm), Perneira: Posição Trendelenburg, Haste Campo Altura Regulável, Suporte Lateral: Apoios Reguláveis De Braços, Tipo Fixação: Rodas Traváveis, Comandos Por Pedais, Comando Movimento: Regulagem Altura E Dorso Elétrica, Aplicação: P/ Oftalmologia, Comprimento: 2M, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.380,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3)

14 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Oftalmo/Otorrino/Radiologia, Material: Estrutura Em Aço, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Carenagem De Poliestireno, Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado Sem Costura, Tipo De Pés: Base Fixa C/ Apoio De Pés, Acionamento: Mecânico, Inclinação Encosto: Encosto Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 610,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (42)

15 - Dispositivo optico - eletronico

Descrição Detalhada: Dispositivo Optico - Eletronico Tipo: Barreira De Luz, Referência: Berm 1240, Formato: Retangular, Tamanho: 386.80 X 20 X 27.40MM, Luz: Led Infravermelho, Distância A Sensora: Mínima: 0,3 M, Máxima: 5 MMM, Tensão Alimentação: 10 A 30VCC, Característica: Kit Sensores Óptico Barreira, Tamanho De Detecção Objeto: 25MM, Grau Proteção: Ip65

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522.340,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

16 - Equipamento - uso oftalmologico

Descrição Detalhada: Equipamento - Uso Oftalmológico Tipo: Ultrassom, Componentes: Painel Controle, Tela Led/Lcd, Sensível Ao Toque, Aplicação: Diagnóstico, Acessórios: Probe Frequência Cerca 10 Mhz, Características Adicionais: Cálculo Lio, Paquimetria, Biometria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 404.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

17 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Led/Lcd, Sensível Toque, Mínimo 20", Aplicação: Diagnóstico, Características Adicionais: Doppler Colorido, Cego, Pulsado, Bidirecional, B/M, Componentes: Linear, Convexo, Setorial, Elastografia, Outros Componentes: Transesofágico, Endocavitário, Intra Operatório, Componentes Adicionais: Software 3d A Mão Livre E Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 207.480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

18 - Fotocoagulador

Descrição Detalhada: Fotocoagulador A Laser Tipo: Retina,A Laser Verde Frequência Dupla,Onda 532nm, Componentes: Autopulso Ajustável, Intervalo Pulso 100-6000ms, Outros Componentes: Duração Pulso 10-2500ms,Mira E Foco Diodo 635nm, Acessórios: Pedal C/Sonorizador,Refrigeração Termoelétrica, Potência: 600W, Tensão Alimentação: 115/230V, Características Adicionais: Potência Máxima 1,5w P/Córnea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 632.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

19 - Equipamento - uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Equipamento - Uso Oftalmológico Tipo: Ultrassom, Componentes: Pannel Controle, Tela Led/Lcd, Sensível Ao Toque, Aplicação: Diagnóstico, Acessórios: Probe Frequência Cerca 10 Mhz, Características Adicionais: Cálculo Lio, Paquimetria, Biometria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215.880,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

20 - Topógrafo córnea

Descrição Detalhada: Topógrafo Córnea Metodologia Aplicada: Cone Plácido 25 - 31 Anéis, Características Adicionais: Sistema Operacional, Com Cpu

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141.040,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

21 - Equipamento - uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Equipamento - Uso Oftalmológico Tipo: Ultrassom, Componentes: Pannel Controle, Tela Led/Lcd, Sensível Ao Toque, Aplicação: Diagnóstico, Acessórios: Probe Frequência Cerca 10 Mhz, Características Adicionais: Cálculo Lio, Paquimetria, Biometria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.584.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

22 - Retinógrafo

Descrição Detalhada: Retinógrafo Tipo: Digital Não Midriático, Tipo Imagem: Mínimo Campo Amplo Wf Imagem Periférica, Tipo Controle: Captura, Processa, Trata, Arquivo, Exporta Imagem, Tipo Visor: Monitor Lcd, Tipo Mesa: Mesa Elétrica, Base Testa E Queixo Ajustável, Tipo Iluminação: Fonte De Luz C/ Controle De Intensidade, Tipo Câmara: Colorido E Autofluorescência Faf, Componentes Outros: C/ Software E Hardware Mínimos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 591.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

23 - Laser Para Oftalmologia

Descrição Detalhada: Laser Para Oftalmologia Tipo: Ultravioleta Led Uv, Aplicação: Ceratocone, Comprimento Onda: Cerca De 365 Nm, Operação: Contínuo, Tensão Alimentação: 110/220V, Interface: Usb, Transmissão S/ Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 380.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

24 - Yag laser

Descrição Detalhada: Laser Para Oftalmologia Tipo: Oftalmologia, Comprimento Onda: 1.064NM, Operação: Q-Switched, Comprimento Pulso: 4NS, Taxa Repetição: Cerca De 2,5HZ, Tamanho Spot: Cerca De 10MICROM, Ângulo Cone: 16GRA, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Energia Máx. 10 Mj, Componentes: Cabeça, Lâmpada De Fenda Laser, Unidade De Comando

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 959.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

25 - Retinógrafo

Descrição Detalhada: Retinógrafo Tipo: Digital Não Midriático, P/ Telemedicina, Portátil, Tipo Imagem: 45°, Tipo Câmara: Colorido, Red-Free E Infravermelho, Componentes Outros: C/ Software Básico, Alimentação: Bateria Recarregável, Compatibilidade: Uso C/ Smartphone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252.560,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

26 - Campímetro

Descrição Detalhada: Campímetro Tipo: Computadorizado, Tipo Medição: Campo Visual Em 2min., Tipo Operação: Touch Screen, Intensidade Luminosa: Máx. 10000asb, Iluminação 31,5asb, Duração: Duração Estímulos 200 Msec, 30cm Distância Teste, Tensão: 100/240V, Tipo Mesa: Mesa Automática, Acessórios: Estabilizador 220v, Chaves Próprias, Capa Proteção, Componentes: Manual Em Português, 5 Lâmpadas, Fusíveis Reservas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.425,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (5)

27 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Binocular Indireto, Tipo Luz: Campo Iluminação Ajustável, Características Adicionais: Fonte Lâmpada Halógena 6v/10w, Distância Pupilar: Dist. Pupilar Ajustável 54/74mmMM, Cor Filtros: Filtro Azul E Red Free, Componentes: Depressor Escleral, Adicionais: Fundo Olho Pupila Mínimo 2mm, Componentes Outros: Mala P/Acondicionamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.662,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4)

28 - Lente Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Lente Uso Oftalmológico Aplicação: Para Exame Em Oftalmoscópio, Características Adicionais: Campo De Visão Cerca De 74° A 88°, Aumento Leitura: Aumento Imagem Cerca 1,08x Ponto Laser Cerca 0,93x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.825,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4)

29 - Lente Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Lente Uso Oftalmológico Aplicação: Para Exame Em Oftalmoscópio, Características Adicionais: Campo De Visão Cerca De 74° A 88°, Aumento Leitura: Aumento Imagem Cerca 1,08x Ponto Laser Cerca 0,93x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.340,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3)

30 - Lente Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Lente Uso Oftalmológico Aplicação: Para Exame Em Oftalmoscópio, Características Adicionais: Campo De Visão Cerca De 74° A 88°, Aumento Leitura: Aumento Imagem Cerca 1,08x Ponto Laser Cerca 0,93x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.862,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3)

31 - Lente Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Lente Uso Oftalmológico Aplicação: Para Exame Em Oftalmoscópio, Características Adicionais: Campo De Visão Cerca De 74° A 88°, Aumento Leitura: Aumento Imagem Cerca 1,08x Ponto Laser Cerca 0,93x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.862,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3)

32 - Refrator

Descrição Detalhada: Refrator Tipo: Autorefrator Com Ceratômetro, Componentes: Fx Esfera -25 A +22d, Diâmetro Pupila Mínimo 2mm, Outros Componentes: Modo Curvatura Córnea, Raio Curvatura Córnea, Composição: Índice Refração 1,3375, Refração Córnea 0,12/0, 25d, Características Adicionais: Astigmatismo Córnea, Ângulo Axial De Astg. Córnea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 542.136,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3)

33 - Tonômetro

Descrição Detalhada: Tonômetro Modelo: Aplanção, Tipo Base: Portátil, Tipo Ajuste: Fx Medição 0 A 80mmhg, Características Adicionais: C/ Visor Digital, Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115.080,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3)

34 - Máscara Cirúrgica

Descrição Detalhada: Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno, Filtro: Elemento Filtrante Interno, Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95%, Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas, Modelo: Ajustável, Clipe Nasal, Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais, Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (11)

35 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Direto, Tipo Luz: Luz Led, Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias, Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma, Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho, Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d, Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico, Componentes Outros: 19 Lentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.720,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

36 - Tonômetro

Descrição Detalhada: Tonômetro Modelo: Aplanção, Tipo Base: Portátil, Tipo Ajuste: Fx Medição 0 A 80mmhg, Características Adicionais: C/ Visor Digital, Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3)

37 - Caixa de provas , lentes

Descrição Detalhada: Caixa De Provas / Lentes Material Estojo: Aço Inoxidável, Material Aro: Com Armação, Tipo Acessórios: 226 Lentes Esféricas, Cilíndricas, Positivas, Negativ, Faixa Prismas: 1/2 A 8DPT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

38 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 28CM, Largura: 14CM, Altura: 6CM, Características Adicionais: Perfurada/Com Tampa, Aplicação: Material Odontológico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.830,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

39 - Régua

Descrição Detalhada: Régua Uso Médico Tipo Uso: 2 Saídas Com Rosca Para Oxigênio, Componente: Conforme Norma Abnt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 947,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3)

40 - Paquímetro - uso médico

Descrição Detalhada: Paquímetro - Uso Médico Tipo: Corneano, Modelo: Função Biométrica, Cálculo De Lio, Adicionais: Velocidades De Ultrassom Para Diferentes Cataratas, Voltagem: 110/220V, Frequência: 60HZ, Funções: Multi Map E Single Map, Entrada Para Cartão Memória, Tipo Impressora: Impressora Embutida, Tipo Monitor: Monitor Colorido, Características Adicionais: Porta Serial, Ponta De Probe De A-Scan

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

41 - Lensômetro

Descrição Detalhada: Lensômetro Oftalmologia Tipo Medição: Escala De +/-25d E Leitura 0,125d, Tipo Eixo: Eixo Cilíndrico 0° A 180°, Tipo Lente: Lente De 16 A 80mm, Características Adicionais: Prisma 0 A 5, Foco +/-5d, Led 570nm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.325,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3)

42 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Conjunto Cirúrgico Oftalmológico Aplicação*: P/ Vitrectomia Posterior, Componente 1: Sonda P/ Corte, Tamanho: 25 G, Componente 3: Esclerótomo, Endoiluminador, Trocarters, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 800.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (5)

43 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Óptico, Tipo: Trinocular, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Componentes: Iluminação Em Led, Outros Componentes: Com Câmera De Vídeo Integrada, Adicional: Inclinação Até 30°, Rotação 360°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.490.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4)

44 - Fotocoagulador

Descrição Detalhada: Fotocoagulador A Laser Tipo: Retina, A Laser Verde Frequência Dupla, Onda 532nm, Componentes: Autopulso Ajustável, Intervalo Pulso 100-6000ms, Outros Componentes: Duração Pulso 10-2500ms, Mira E Foco Diodo 635nm, Acessórios: Pedal C/Sonorizador, Refrigeração Termoeletrônica, Potência: 600W, Tensão Alimentação: 115/230V, Características Adicionais: Potência Máxima 1,5w P/Córnea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.117.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

45 - Fotocoagulador

Descrição Detalhada: Fotocoagulador A Laser Tipo: Retina,A Laser Verde Frequência Dupla,Onda 532nm, Componentes: Autopulso Ajustável, Intervalo Pulso 100-6000ms, Outros Componentes: Duração Pulso 10-2500ms,Mira E Foco Diodo 635nm, Acessórios: Pedal C/Sonorizador,Refrigeração Termoeletrônica, Potência: 600W, Tensão Alimentação: 115/230V, Características Adicionais: Potência Máxima 1,5w P/Córnea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 625.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3)

46 - Unidade Móvel De Anestesia

Descrição Detalhada: Unidade Móvel De Anestesia Compatibilidade: Condicionado A Rnm De 1,5 A 3t, Rotâmetro: C/ Controle De Fluxo Mecânico, Vaporizador: Multiagente P/ Mínimo 4, Controle Eletrônico, Ventilador Pulmonar: Sensor Fluxo De Fio Aquecido, Tela Mínimo 15", Aplicação: Neonatal A Obeso, Recursos Adicionais Mínimos: Limpeza Do Anestésico Do Circuito Ativo E Passivo, Capacidade De Armazenamento: Mínimo 140 Eventos, Transferência De Dados: C/ Fio, Recursos De Segurança: Checagem Manual, Bateria E Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171.382,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4)

47 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Tipo De Tela: Tela Lcd 10", Alta Resolução, Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória, Componentes: Alarmes/Bateria, Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.025,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

48 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Vertical, Funcionamento: Pré Vácuo, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 101 A 150L, Abastecimento De Água: Automático, Ciclos Mínimos: Básico, Painel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada E Memória De Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116.470,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3)

49 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave Descontaminação Tipo Estrutura: Caldeira Vertical Em Aço Inoxidável Aisi 304, Capacidade: 80L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43.445,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

50 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave Descontaminação Tipo Estrutura: Caldeira Vertical Em Aço Inoxidável Aisi 304, Capacidade: 80L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

51 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Aço Inoxidável, Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 20L, Temperatura: Temperatura Até 60°C, Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 12 Canulados, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.535,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

52 - Seladora Elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: Industrial Com Injeção De Gases, Aplicação: Embalagem Insumos Farmacêuticos, Capacidade: 2 Selagens/Min, Operação: Manual, Voltagem: 220/380V, Dimensões Da Barra De Selagem: 700MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

53 - Pistola

Descrição Detalhada: Pistola Uso Em Saúde Tipo: P/ Agulha Punção Óssea, Características Adicionais: C/ Bateria Recarregável, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.375,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)