

ANEXO I

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

1. Identificação da Área Requisitante:

Deptº/Setor/Divisão/Núcleo: SST/IASB

Responsável pela Demanda: LUCIANE PEREIRA FERREIRA

E-mail: iasb.compras@gmail.com

Telefone:

2. Descrição sucinta do Objeto:

Aquisição de Aparelhos e Acessórios para Fisioterapia para o setor de fisioterapia.

3. Justificativa da necessidade da contratação:

A aquisição de Aparelhos e Acessórios para Fisioterapia para o atendimento das demandas do setor de fisioterapia visa atender às necessidades do IASB, a fim de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços ofertados aos usuários do PABSS.

O setor de fisioterapia desempenha função essencial na promoção, prevenção e recuperação da saúde dos usuários, especialmente de pacientes acometidos por limitações motoras, neurológicas, ortopédicas e respiratórias, demandando estrutura adequada e equipamentos específicos para a correta execução dos procedimentos terapêuticos.

A presente aquisição justifica-se em razão da necessidade de prestar acompanhamento aos pacientes em processos de reabilitação decorrentes de traumas, doenças crônicas, neurológicas, pós-operatórios e demais agravos que demandam intervenção fisioterapêuticos.

Dessa forma, resta devidamente demonstrada a necessidade da aquisição dos Aparelhos e Acessórios para Fisioterapia, considerando sua relevância para o adequado funcionamento do serviço, para a garantia da qualidade no atendimento aos usuários e para o cumprimento das finalidades públicas da instituição.

4. Quantidade a ser contratada (material/serviço):

ITEM	DESCRIÇÃO ¹	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	ESTAÇÃO EXERCÍCIOS CARGAS POR ELÁSTICOS. DESCRIÇÃO: Aparelho modular com 2 células de carga, Estação de Exercícios, Células de cargas com látex verde, Suporte de parede FC26, Alça MOP, Kit de	UND	01

¹ Não inserir marca da descrição.



	parafusos e buchas para instalação, LÁTEX VERMELHO: Variação de carga de 9,2Kg à 42Kg no estiramento de 2 metros		
02	ESPALDAR DE FERRO ESPORTE 9 BARRAS. DESCRIÇÃO: Espaldar pra alongamento Fabricado e tubo de ferro 40x40mm=4cmx4cm. Como parede de 1,5mm Pintura eletrostática em pó preta Resistente a ferrugem. MEDIDAS Altura 2,20m Largura 90cm Distância entre a parede de 20cm distância entre barras 28cm PESO SUPORTADO ATE 120KG EM TODAS AS BARRA	UND	01
03	HALTER EMBORRACHADO 1 kg – PAR DESCRIÇÃO: Composição: Ferro fundido revestido em PVC emborrachado. Peso: 1 kg Dimensões (AxLxP): 5 x 5 x 17,5 cm	PAR	02
04	HALTER EMBORRACHADO 2 kg – PAR DESCRIÇÃO: Composição: Ferro fundido revestido em PVC emborrachado. Peso: 2 kg Dimensões (AxLxP): 6,5 x 6,5 x 20cm	PAR	02
05	KIT 16 PEÇAS ELÁSTICO EXTENSOR MINI BANDS. DESCRIÇÃO: COM RESISTÊNCIAS VARIADAS DE 4,5 KG A 22,7 KG C/ ALÇAS PARA PUNHO E TORNOZELO. Intensidades de Resistencia 6 kg – Verde, 18.1 Kg – Preto, 22, 7, Amarelo, 4.5 kg – Azul e 9 kg - Vermelho 13	KIT	02
06	KIT MINI BAND COMPOSTO EM TPE. DESCRIÇÃO: com três faixas – laranja: 61 cm(l)x5cm(a) e 0,66mm de espessura-roxo: 61 cm(l)x5cm(a)e 1,1mm de espessura – cinza : 61 cm(l)x5cm(a)e 1,1 mm de espessura	KIT	04
07	FAIXA ELÁSTICA DE RESISTENCIA FORTE – CINZA DESCRIÇÃO: Material: Látex de alta resistência, Cor: Cinza, Resistência: Média, Comprimento: 104 cm, Largura: 4,5 cm	UND	04
08	KIT 03 SUPORTE BOLA PILATES SUIÇA + PARAFUSOS E BUCHAS REFORÇADAS. DESCRIÇÃO: Ssuporte para bolas de Pilates com capacidade para até 38 cm de diâmetro. Construído em aço, garantindo resistência e durabilidade. Dimensões compactas de 60 cm x 38 cm x 9 cm. Inclui buchas e parafusos para instalação facilitada	KIT	01
09	BOLA TONIFICADORA 1 kg. DESCRIÇÃO: Peso e Medidas Peso aproximado: 1 kg Dimensão aproximada: diâmetro 11,5 cm Cor: Laranja	UND	02
10	KIT ELETRODO DE SILICONE 1M PARA CORRENTE TERAPEUTICAS DESCRIÇÃO: compatível com as correntes TENS, FES, Interferencial, Russa, Aussie e demais correntes despolarizadas. Condutivo com alta condutibilidade	KIT	10
11	EQUIPAMENTO NEURODYN MULTICORRENTES APARELHO DE CORRENTES 9 EM 1 DESCRIÇÃO: Canais: 6 saídas independentes Correntes disponíveis: TENS, FES, Russa, Aussie, Interferencial, High Volt, Microcorrente, Polarizada e Burst Protocolos: 54 prontos + 20 salvos personalizados	UND	01



	Display: LCD Blue Light Teclado: Soft Touch Alimentação: Bivolt automático (110–240V) Registro ANVISA. ITENS INCLUSO: 01 Aparelho Neurodyn System Ibramed 9 em 1 – 6 canais 01 Cabo de força 01 Conjunto de cabos para conexões dos canais 01 Kit de eletrodos de borracha condutiva 01 Par de cabos para eletrodos 01 Manual do usuário em português 01 Certificado de garantia do fabricante		
12	EQUIPAMENTO NEURODYN II COM 4 CANAIS TENS FES E RUSSA. DESCRIÇÃO: Terapia: eletroestimulação. correntes: tens, fes e russa. modo: tens e fes: vf, vif, ac, busrt / russa: contínuo, pulsado, sincronizado e recíproco. voltagem: bivolt 100/220 – 50/60hz. canais de saída: 2 saídas para 4 canais independentes. protocolos: 32 programados e 20 particulares. intensidade: 0 a 250 ma. pulso: 25 a 500 us. registro anvisa. itens incluso: 01- kit de cabo azul e verde 09 com duas vias cada. 01- cabo pp fêmea iec de 2x 0,75 x 1500mm. 01- kit de cabo preto e laranja 38 para eletroestimulação com duas vias cada. 08- eletrodos de borracha condutiva de 7 x 5cm. 01- fusível 20ag de 5ª. 01- cartela de fusível de proteção. 01- bisnaga com gel rmc. 01- manual de operações digital.	UND	02
13	MANTA DE LED: NUMERO DE LED: 132 VERMELHOS E 132 INFRAVERMELHOS TAMANHO: 15CM X 25CM ENERGIA: 21J VOLTAGEM: 110V/220V	UND	02
14	APARELHO DE ULTRASSOM E LASERTERAPIA DESCRIÇÃO: Ultrassom 1MHz e 3MHz, Laser Vermelho 660nm e Laser Infravermelho 808nm, Alimentação: Bivolt, Potência ótica dos Lasers: 100mW por diodo, Comprimentos de onda: 660nm e 808nm, Frequência do ultrassom: 1Mhz e/ou 3Mhz, Dimensões do equipamento: 28,5 cm X 25 cm X 15,2 cm (C x L x A), Peso líquido do equipamento: 3,1 kg, Peso bruto: 4,1 kg, - Garantia: 18 meses	UND	01
15	PISTOLA MASSAGEADORA PROFISSIONAL DESCRIÇÃO: Massagem de percussão profunda com até 3200 rotações por minute, 20 velocidades/intensidades para personalizar o nível da massagem, Motor com tecnologia de redução de ruído para uma experiência silenciosa, 6 ponteiros para diferentes grupos musculares e finalidades, Painel LCD Touch Screen com indicador de bateria e modos de uso, Bateria recarregável com até 4 horas de uso contínuo	UND	01
16	APARELHO DE FOTOBIMUDALAÇÃO (TERAPIA POR LUZ) DESCRIÇÃO: Comprimento de onda 650nm (luz	UND	01

	vermelha) e 940nm (luz infravermelha); Potência óptica total de 1000mW; Possui 6 luzes vermelhas e 4 infravermelhas (podem ser acionadas juntas ou separadamente); Diâmetro de feixe 24 cm ² ; Funciona direto na fonte; Bivolt.		
Total			
5. Previsão de data em que deve ser concluída a contratação, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade:			
Estima-se que a aquisição seja concluída até o mês de junho, prazo considerado adequado e necessário para assegurar a continuidade das atividades institucionais, evitando prejuízos e descontinuidade dos serviços prestados pelo órgão.			
6. Grau de prioridade da compra ou da contratação, de acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante:			
<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto:			
7. Indicar se a contratação depende de outra demanda, definindo a ordem de execução entre os objetos:			
A aquisição não depende de outra demanda prévia, podendo ser executada de forma imediata e autônoma.			
8. Consequências da não contratação:			
<p>A não realização da aquisição de Aparelhos e Acessórios para Fisioterapia para o atendimento das demandas do setor de fisioterapia poderá ocasionar prejuízos significativos ao funcionamento da prestação de acompanhamento aos pacientes em processos de reabilitação decorrentes de traumas, doenças crônicas, condições neurológicas, pós-operatórios e demais agravos que demandam intervenção fisioterapêutica, comprometendo a eficiência, a continuidade e a qualidade dos serviços prestados pela instituição.</p> <p>A ausência dos equipamentos e materiais necessários poderá dificultar os atendimentos terapêuticos reabilitadores e preventivos, prejudicando a qualidade, a eficiência e a continuidade dos serviços prestados aos usuários.</p>			
9. Previsão no Plano de Contratações Anual			
<input type="checkbox"/> O objeto a ser contratado está do PCA. <input checked="" type="checkbox"/> Não está previsto no PCA. (A contratação não consta no Plano de Contratações Anual (PCA) em razão da necessidade superveniente identificada ao longo do exercício, decorrente de demandas operacionais não previstas inicialmente. A aquisição de Aparelhos e Acessórios para Fisioterapia tornou-se essencial para garantir a continuidade, eficiência e adequada execução dos serviços terapêuticos aos usuários do PABSS, não sendo possível postergar a aquisição para o			



BELÉM
P R E F E I T U R A
CAPITAL DA **AMAZÔNIA**

exercício seguinte sem prejuízos ao funcionamento da instituição).

10. Identificação do(a) Responsável:

Data: 04/05/2026

Luciane Pereira Ferreira
Matrícula: 1901313-023
Chefe da SST/IASB