

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00021/2025 – AQUISICAO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

EMPRESA: Dental Alta Mogiana Com. Produtos Odontológicos Ltda CNPJ: 05.375.249/0001-03		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0109 – RAO X ODONTOLOGICO COLUNA MOVEL COLUNA MOVEL COM BRACO CONVENCIONAL; TENSAO DO TUBO DE 70KVP; CORRENTE NO TUBO DE 7MA; TEMPORIZADOR DIGITAL E TEMPO DE EXPOSICAO PROGRAMAVEL; DISPARADOR MANUAL A DISTANCIA; APARELHO DEVE POSSUIR BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS E PROTECAO DE SOBRETENSAO, SOBRECORRENTE E SUBTENSAO; CABECOTE BLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTECAO RADIOLOGICAS VIGENTES; ISOLAMENTO TERMoeLETRICO POR IMERSAO DO CABECOTE EM OLEO; TENSAO DE REDE DE 127/220V; FREQUENCIA DA REDE DE 50/60HZ; DIMENSOES: ALTURA TOTAL APROXIMADA DO BRACO COM ARTICULACAO DE 1,75M, ALTURA MINIMA APROXIMADA DO BRACO COM ARTICULACAO DE 1,40M, ALTURA MINIMA APROXIMADA DO CABECOTE EM RELACAO AO CHAO DE 0,80M, ALCANCE HORIZONTAL DE APROXIMADAMENTE 1,30M; REGISTRO NA ANVISA; MANUAL DE INSTRUcoes; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; O EQUIPAMENTO DEVERA SER ENTREGUE E MONTADO POR TECNICO AUTORIZADO PELA MARCA (VALOR DEVERA SER INCLUSO NO OBJETO).	RX MAX COL MOVEL 127V/220V 60Hz D700	APROVADA
Justificativa: o produto atende às especificações do edital.		

EMPRESA: HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA CNPJ: 55.240.499/0001-04		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0011 – AVENTAL DE BORRACHA PLUMBIFERA COM PROTETOR DE TIREOIDE – ADULTO BORRACHA PLUMBIFERA COM PROTECAO EQUIVALENTE A 0,25MM PB DE CHUMBO; COM AJUSTE DE VELCRO NO PESCOCO; PROTETOR DE TIREOIDE E AVENTAL INTEGRADOS; TAMANHO ADULTO; MEDIDAS MINIMAS DE 0,75X0,60M; CERTIFICACAO CA.	UNEMOL	REPROVADA
Justificativa: Não possui CA.		
LOTE 0012 – AVENTAL DE BORRACHA PLUMBIFERA COM PROTETOR DE TIREOIDE – INFANTIL BORRACHA PLUMBIFERA COM PROTECAO EQUIVALENTE A 0,25MM PB DE CHUMBO;	UNEMOL	REPROVADA

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00021/2025 – AQUISICAO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

COM AJUSTE DE VELCRO NO PESCOCO; PROTETOR DE TIREOIDE E AVENTAL INTEGRADOS; TAMANHO INFANTIL; MEDIDAS MINIMAS DE 0,60X0,50M; CERTIFICACAO CA.		
Justificativa: Não possui CA.		

EMPRESA: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 54.322.844/0001-88		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0010 – APARELHO LOCALIZADOR APICAL TIPO: AUTOMATICO; LOCALIZADOR DIGITAL DE APICE; 127V; DISPLAY FRONTAL EM LCD COM INDICADORES PARA POSICAO DA LIMA ENDODONTICA: MARCACAO E BIP SONORO PARA 1.0MM, 0.5MM, 0.0MM; COMPLEMENTO: PRECISAO DE UTILIZACAO EM CANAIS SECOS E UMIDOS, DEVE PERMITIR AJUSTE DO VOLUME SONORO; BOTAO LIGA-DESLIGA; DESLIGAMENTO AUTOMATICO QUANDO SEM USO; FUNCIONAMENTO ATRAVES DE BATERIA RECARREGAVEL DE LONGA DURACAO; COMPONENTES MINIMOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO: FONTE PARA RECARGA, 01 CABO DE MEDICAO, 02 CABOS COM GANCHO PARA LIMA ENDODONTICA, 02 CLIPS LABIAL; OS COMPONENTES GANCHO PARA LIMA E CLIP LABIAL DEVEM SUPORTAR EXTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR; REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.	ALT APEX	APROVADA
Justificativa: o produto atende às especificações do edital.		

EMPRESA: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ: 28.857.335/0001-40		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0082 – FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE LED POTENCIA A PARTIR DE 1000MW/CM2; COMPRIMENTOS DE ONDA MINIMA DE 405 A 500NM; 3 MODOS DE OPERACAO (CONTINUO, PULSADO E RAMP); PONTEIRA DE FIBRA OTICA 100% COERENTE E AUTOCLAVAVEL; PROTETOR DE RADIACAO LUMINOSA EM ACRILICO POLARIZADO; FONTE DE ALIMENTACAO 110/220V, 50 A 60HZ; SEM FIO; CORPO E	3R/ MICRODONT	REPROVADA

Msuak

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00021/2025 – AQUISICAO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

BASE CARREGADORAS INJETADAS EM ABS, COM OPCAO DE DESCANSO DO APLICADOR; CONTROLE DO TEMPO DE APLICACAO PROGRAMAVEL ENTRE 5 A 40S INDIVIDUALMENTE POR MODO TIMER DIGITAL; GARANTIA 12 MESES; REGISTRO NA ANVISA.

Justificativa: o produto apresentado não tem comprimentos de onda mínima de 405 a 500nm.

EMPRESA: Mf de Almeida e Cia Ltda Epp
CNPJ: 05.021.932/0001-34

Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0104 – NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO DE LED ESPESSURA MAIS FINA QUE OS CONVENCIONAIS; COMPACTO; NO MINIMO 03 POSICOES DE TRABALHO; 127/220V, SELECIONAVEL OU AUTOMATICO; ILUMINACAO POR LUZ BRANCA DISTRIBUIDA DE FORMA HOMOGENEA POR TODA A SUPERFICIE; SUPERFICIE PLANA E EM ACRILICO RESISTENTE; PARA PELICULAS DE RAO X PERIAPICAL; GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICACAO.	BIOTRON/ ULTRA SLIM LED/ ENDODONTICO	APROVADA
Justificativa: o produto atende às especificações do edital.		

EMPRESA: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 54.860.907/0001-50

Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0009 – APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO PROJETADO PARA A REMOCAO DO BIOFILME MINERALIZADO E DO BIOFILME NAO MINERALIZADO; CHAVE SELETORA DE POTENCIA PERMITE AO OPERADOR AJUSTAR RAPIDAMENTE A POTENCIA DO APARELHO (3 POSICOES); VALVULA REGULADORA PROPORCIONA PRESSAO DE AR ESTABILIZADA E ADEQUADA PARA A REMOCAO DO BIOFILME; 4 NIVEIS DE ROTACAO DA BOMBA PERISTALTICA: PERMITE A VAZAO ADEQUADA DO LIQUIDO PARA CADA TRATAMENTO; NANOTECNOLOGIA; EXCLUSIVO SISTEMA DE CAPAS AUTOCLAVAVEIS PARA O TRANSDUTOR QUE PROPORCIONA AUMENTO NA VIDA UTIL DA PECA DE MAO;	PRIME One PUMP - anvisa 80349609017 DENTEMED	REPROVADA

M. S. Mark

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00021/2025 – AQUISICAO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE**

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS

BOMBA PERISTALTICA E RESERVATORIO DE LIQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO QUE POSSIBILITA O USO DE LIQUIDOS ANTISSEPTICOS OU DESINFETANTES PARA A IRRIGACAO, GARANTINDO UM MELHOR POSOPERATORIO; 99 A 242V; 24 A 30KHZ. 36W ESCALA INTERNA APROXIMADA: -10°C +50°C; ESCALA EXTERNA APROXIMADA: -50°C A +70°C; RESOLUCAO: 0,1°C; ALIMENTACAO: PILHA. CERTIFICADO DE CALIBRACAO COM RASTREABILIDADE RBC/INMETRO. Justificativa: o produto não atende às especificações do edital. Não deixou descrito os níveis de rotação da bomba peristáltica e as informações correspondentes a potência do aparelho (3 posições).		
---	--	--

25 de junho de 2025, Venda Nova do Imigrante/ES



Dra. Miriam Falqueto Duarte
Cirurgiã-dentista