

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte COMISSÃO DE PREGÃO Registro de Preços Eletrônico - 000010/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
20/06/2024 11:25	21/06/2024 00:00	03/07/2024 00:00	08/07/2024 09:00	08/07/2024 09:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
01/07/2024 - 18:00:23	Pedidos de Esclarecimento	03/07/2024 - 07:44:26

Dúvida: Gostaríamos de saber qual é o prazo de entrega do equipamento, não ficou claro para nós na análise do edital.

Grata pela atenção

Resposta: Até 30 dias

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE IMAGENS DE RAIOS-X POR PLACAS DE FOSFORO MONOCASSETTE. AS DIGITALIZACOES DAS IMAGENS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL DEVEM POSSUIR RESOLUCAO MINIMA DE 10 PIXELS / MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES DE RAIOS-X. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO MINIMO DE 40 CASSETES / HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM. CONSOLE DE OPERACAO DEDICADO A REVISAO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X. POSSUI OS SERVICOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRAO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS DISPONIVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULACAO DOS PARAMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MONITOR LCD DE ALTA RESOLUCAO, NO MINIMO 17 POLEGADAS E SENSIVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN), MEMORIA LOCAL DE NO MINIMO 2GB, DISCO RIGIDO LOCAL DE PELO MENOS 150 GB, ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL DE PELO MENOS 2000 IMAGENS, LEITOR PARA IDENTIFICACAO DOS CASSETES. PROCESSAMENTO DE IMAGEM E PROCESSAMENTO MULTI-FREQUENCIAL. GRAVACAO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MIDIA CONECTAVEL A ESTACAO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC). BACKUP E RESTAURACAO DE IMAGENS EM MIDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB). CONFIGURACAO PELO USUARIO DOS PARAMETROS DE PROCESSAMENTO POR REGIAO ANATOMICA DE ESTUDO. ROTACAO / INVERSAO DE IMAGEM. ALTERACAO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS. MAGNIFICACAO DA IMAGEM PARA VISUALIZACAO. PROCESSAMENTO PARA ELIMINACAO DAS LINHAS DE GRADE. SERVICO DICOM 3.0, STORAGE. SERVICO DICOM 3.0 PRINT. SERVICO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT. SERVICO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT. SERVICO DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP.ACOMPANHA O EQUIPAMENTO CASSETES PARA O DIGITALIZADOR DE RAIOS-X: NO MINIMO 2 CASSETES COM PLACA DE FOSFORO TAMANHO 35 X 43 CM, NO MINIMO 2 CASSETES COM PLACA DE FOSFORO TAMANHO 24 X 30 CM E NO MINIMO 2 CASSETES COM PLACA DE FOSFORO TAMANHO 18 X 24 CM. SISTEMA DE IMPRESSAO DE FILMES RADIOLOGICOS A SECO COM CAPACIDADE	140.673,5000	1,0000	UN	Homologado



Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS Sistema de Digitalizacao de Imagens de Raios-X por placas de fosforo monocassete. As digitalizacoes das imagens de radiologia convencional devem possuir resolucao minima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento minimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operacao dedicado a revisao de imagens digitais de Raios-X. Possui os servicos de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrao DICOM 3.0 e todos os recursos disponiveis para o processamento e manipulacao dos parametros de imagem com as seguintes caracteristicas: monitor LCD de alta resolucao, no minimo 17 polegadas e sensivel ao toque (touch screen), memoria local de no minimo 2GB, disco rigido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificacao dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravacao de imagem DICOM com visualizador em midia conectavel a estacao de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc). Backup e restauracao de imagens em midias externas (CD, DVD, USB). Configuracao pelo usuario dos parametros de processamento por regio anatomica de estudo. Rotacao / inversao de imagem. Alteracao de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens. Magnificacao da imagem para visualizacao. Processamento para eliminacao das linhas de grade. Servico DICOM 3.0, Storage. Servico DICOM 3.0 Print. Servico DICOM 3.0 Modality Worklist Management. Servico DICOM 3.0 Storage Commitment. Servico DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step. Acompanha o equipamento cassetes para o digitalizador de Raios-X: no minimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 35 x 43 cm, no minimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 24 x 30 cm e no minimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 18 x 24 cm. Sistema de impressao de filmes radiologicos a seco com capacidade	Conforme Edital

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/06/2024 - 11:24	Edital Pregão Eletrônico 0102024 aquisição de aparelho raio x.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
08/07/2024 - 10:04:39	Negociação aberta para o processo 000010/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 000010/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2024 - 10:20:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000010/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS Sistema de Digitalizacao de Imagens de Raios-X por placas de fosforo monocassete. As digitalizacoes das imagens de radiologia convencional devem possuir resolucao minima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento minimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operacao dedicado a revisao de imagens digitais de Raios-X. Possui os servicos de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrao DICOM 3.0 e todos os recursos disponiveis para o processamento e manipulacao dos parametros de imagem com as seguintes caracteristicas: monitor LCD de alta resolucao, no minimo 17 polegadas e sensivel ao toque (touch screen), memoria local de no minimo 2GB, disco rigido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificacao dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravacao de imagem DICOM com visualizador em midia conectavel a estacao de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc). Backup e restauracao de imagens em midias externas (CD, DVD, USB). Configuracao pelo usuario dos parametros de processamento por regio anatomica de estudo. Rotacao / inversao de imagem. Alteracao de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens. Magnificacao da imagem para visualizacao. Processamento para eliminacao das linhas de grade. Servico DICOM 3.0, Storage. Servico DICOM 3.0 Print. Servico DICOM 3.0 Modality Worklist Management. Servico DICOM 3.0 Storage Commitment. Servico DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step. Acompanha o equipamento cassetes para o digitalizador de Raios-X: no minimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 35 x 43 cm, no minimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 24 x 30 cm e no minimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 18 x 24 cm. Sistema de impressao de filmes radiologicos a seco com capacidade	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	CR SIGMA II 60 + DRYPRO SIGMA II	PRÓPRIA	69.000,0000	1,0000	69.000,0000
------	---	--	----------------------------------	---------	-------------	--------	-------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS Sistema de Digitalizacao de Imagens de Raios-X por placas de fosforo monocassete. As digitalizacoes das imagens de radiologia convencional devem possuir resolucao minima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento minimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operacao dedicado a revisao de imagens digitais de Raios-X. Possui os servicos de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrao DICOM 3.0 e todos os recursos disponiveis para o processamento e manipulacao dos parametros de imagem com as seguintes caracteristicas: monitor LCD de alta resolucao, no minimo 17 polegadas e sensivel ao toque (touch screen), memoria local de no minimo 2GB, disco rigido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificacao dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravacao de imagem DICOM com visualizador em midia conectavel a estacao de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc). Backup e restauracao de imagens em midias externas (CD, DVD, USB). Configuracao pelo usuario dos parametros de processamento por regio anatomica de estudo. Rotacao / inversao de imagem. Alteracao de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens. Magnificacao da imagem para visualizacao. Processamento para eliminacao das linhas de grade. Servico DICOM 3.0, Storage. Servico DICOM 3.0 Print. Servico DICOM 3.0 Modality Worklist Management. Servico DICOM 3.0 Storage Commitment. Servico DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step. Acompanha o equipamento cassetes para o digitalizador de Raios-X: no minimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 35 x 43 cm, no minimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 24 x 30 cm e no minimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 18 x 24 cm. Sistema de impressao de filmes radiologicos a seco com capacidade

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	31.950.325/0001-69	21/06/2024 - 14:29:56	FCR PRIMA II	FUJIFILM	1,0000	R\$140.673,0000	R\$ 140.673,0000	Não
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	05/07/2024 - 09:04:29	CONJUNTO CR 15-X	AGFA/AGFA	1,0000	R\$138.000,0000	R\$ 138.000,0000	Não
C P R COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	96.730.809/0001-48	04/07/2024 - 17:41:43	CR VITA FLEX 60 PPH + DRYVIEW 5950	CARESTREAM/CARESTREAM	1,0000	R\$140.673,0000	R\$ 140.673,0000	Não
UNIVEN LTDA	48.146.804/0002-00	05/07/2024 - 09:53:33	FUJIFILM	FCR PRIMA T2/DRYPIX EDGE	1,0000	R\$140.600,0000	R\$ 140.600,0000	Não
MINAS SOLUCOES EM IMAGENS LTDA	33.791.137/0001-60	05/07/2024 - 14:56:14	PRIMA T2+ CONSOLE ADVANCE LITE+ DRY PIX	FUJIFILM	1,0000	R\$140.673,5000	R\$ 140.673,5000	Sim
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	33.921.755/0002-69	05/07/2024 - 15:07:07	CR VITA FLEX + DRY 5950	CARESTREAM	1,0000	R\$140.673,5000	R\$ 140.673,5000	Não
IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	33.255.787/0001-91	05/07/2024 - 15:08:06	CR 15X + DRYSTAR 5302	AGFA	1,0000	R\$140.670,0000	R\$ 140.670,0000	Não
CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	23.917.850/0001-54	05/07/2024 - 16:00:55	CR FIRE /DRY 5302	DIGIRAY /AGFA	1,0000	R\$140.673,5000	R\$ 140.673,5000	Sim



IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	59.269.654/0001-68	05/07/2024 - 16:25:53	CR VITA FLEX - 6 CASSETES - DRYVIEW 5950	CARESTREAM	1,0000	R\$140.000,0000	R\$ 140.000,0000	Não
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	71.256.283/0001-85	08/07/2024 - 08:07:30	CR SIGMA II 60 + DRYPRO SIGMA II	PRÓPRIA	1,0000	R\$140.673,5000	R\$ 140.673,5000	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	33.255.787/0001-91	060 dias
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	59.269.654/0001-68	60 dias
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	71.256.283/0001-85	60 dias
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	60 dias
C P R COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	96.730.809/0001-48	60 dias
MINAS SOLUCOES EM IMAGENS LTDA	33.791.137/0001-60	60 dias
QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	31.950.325/0001-69	120 dias
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	33.921.755/0002-69	60 dias
CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	23.917.850/0001-54	60 dias
UNIVEN LTDA	48.146.804/0002-00	60 dias

Lances Enviados

0001 - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS Sistema de Digitalizacao de Imagens de Raios-X por placas de fosforo monocassete. As digitalizacoes das imagens de radiologia convencional devem possuir resolucao minima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento minimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operacao dedicado a revisao de imagens digitais de Raios-X. Possui os servicos de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrao DICOM 3.0 e todos os recursos disponiveis para o processamento e manipulacao dos parametros de imagem com as seguintes caracteristicas: monitor LCD de alta resolucao, no minimo 17 polegadas e sensivel ao toque (touch screen), memoria local de no minimo 2GB, disco rigido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificacao dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravacao de imagem DICOM com visualizador em midia conectavel a estacao de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc). Backup e restauracao de imagens em midias externas (CD, DVD, USB). Configuracao pelo usuario dos parametros de processamento por regio anatomica de estudo. Rotacao / inversao de imagem. Alteracao de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens. Magnificacao da imagem para visualizacao. Processamento para eliminacao das linhas de grade. Servico DICOM 3.0, Storage. Servico DICOM 3.0 Print. Servico DICOM 3.0 Modality Worklist Management. Servico DICOM 3.0 Storage Commitment. Servico DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step. Acompanha o equipamento cassetes para o digitalizador de Raios-X: no minimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 35 x 43 cm, no minimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 24 x 30 cm e no minimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 18 x 24 cm.

Sistema de impressao de filmes radiologicos a seco com capacidade

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/06/2024 - 14:29:56	140.673,0000 (proposta)	31.950.325/0001-69 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Válido
04/07/2024 - 17:41:43	140.673,0000 (proposta)	96.730.809/0001-48 - C P R COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	Válido
05/07/2024 - 09:04:29	138.000,0000 (proposta)	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
05/07/2024 - 09:53:33	140.600,0000 (proposta)	48.146.804/0002-00 - UNIVEN LTDA	Válido
05/07/2024 - 14:56:14	140.673,5000 (proposta)	33.791.137/0001-60 - MINAS SOLUCOES EM IMAGENS LTDA	Válido
05/07/2024 - 15:07:07	140.673,5000 (proposta)	33.921.755/0002-69 - HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Válido
05/07/2024 - 15:08:06	140.670,0000 (proposta)	33.255.787/0001-91 - IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	Válido



05/07/2024 - 16:00:55	140.673,5000 (proposta)	23.917.850/0001-54 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Válido
05/07/2024 - 16:25:53	140.000,0000 (proposta)	59.269.654/0001-68 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:07:30	140.673,5000 (proposta)	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:41:44	137.000,0000	33.791.137/0001-60 - MINAS SOLUCOES EM IMAGENS LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:42:10	136.990,0000	96.730.809/0001-48 - C P R COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:42:11	100.000,0000	31.950.325/0001-69 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:42:11	136.000,0000	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:42:22	140.200,0000	23.917.850/0001-54 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:42:43	90.000,0000	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:42:47	99.990,0000	96.730.809/0001-48 - C P R COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:43:28	89.900,0000	96.730.809/0001-48 - C P R COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:43:28	89.990,0000	33.255.787/0001-91 - IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	Válido
08/07/2024 - 09:43:35	99.800,0000	23.917.850/0001-54 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:44:12	80.910,0000	31.950.325/0001-69 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:45:41	80.820,1000	31.950.325/0001-69 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:45:54	82.000,0000	48.146.804/0002-00 - UNIVEN LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:46:34	100.000,0000	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:47:27	85.990,0000	33.255.787/0001-91 - IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	Válido
08/07/2024 - 09:48:16	88.900,0000	33.921.755/0002-69 - HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Válido
08/07/2024 - 09:49:32	80.900,0000	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:50:12	84.900,0000	33.921.755/0002-69 - HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Válido
08/07/2024 - 09:52:37	80.820,0000	48.146.804/0002-00 - UNIVEN LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:55:30	89.900,0000	33.791.137/0001-60 - MINAS SOLUCOES EM IMAGENS LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:59:09	70.000,0000 (lance oculto)	31.950.325/0001-69 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Válido
08/07/2024 - 09:59:17	79.849,0000 (lance oculto)	33.921.755/0002-69 - HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Válido
08/07/2024 - 09:59:21	77.500,0000 (lance oculto)	48.146.804/0002-00 - UNIVEN LTDA	Válido
08/07/2024 - 10:00:14	69.000,0000 (lance oculto)	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido



Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	08/07/2024 - 08:02	Naoki Kobayashi	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/07/2024 - 13:15	12/07/2024 - 18:00	15/07/2024 - 18:00

0001 - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS Sistema de Digitalizacao de Imagens de Raios-X por placas de fosforo monocassete. As digitalizacoes das imagens de radiologia convencional devem possuir resolucao minima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento minimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operacao dedicado a revisao de imagens digitais de Raios-X. Possui os servicos de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrao DICOM 3.0 e todos os recursos disponiveis para o processamento e manipulacao dos parametros de imagem com as seguintes caracteristicas: monitor LCD de alta resolucao, no minimo 17 polegadas e sensivel ao toque (touch screen), memoria local de no minimo 2GB, disco rigido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificacao dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravacao de imagem DICOM com visualizador em midia conectavel a estacao de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc). Backup e restauracao de imagens em midias externas (CD, DVD, USB). Configuracao pelo usuario dos parametros de processamento por regio anatomica de estudo. Rotacao / inversao de imagem. Alteracao de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens. Magnificacao da imagem para visualizacao. Processamento para eliminacao das linhas de grade. Servico DICOM 3.0, Storage. Servico DICOM 3.0 Print. Servico DICOM 3.0 Modality Worklist Management. Servico DICOM 3.0 Storage Commitment. Servico DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step. Acompanha o equipamento cassetes para o digitalizador de Raios-X: no minimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 35 x 43 cm, no minimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 24 x 30 cm e no minimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 18 x 24 cm. Sistema de impressao de filmes radiologicos a seco com capacidade

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
31.950.325/0001-69 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	08/07/2024 - 10:55:04	Conforme o item 9.3.1 do edital.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
08/07/2024 - 09:38:47	Pregoeiro	BOM DIA
08/07/2024 - 09:38:55	Pregoeiro	DESCULPE O ATRASO



08/07/2024 - 09:39:09	Pregoeiro	TIVEMOS UM PEQUENO PROBLEMA
08/07/2024 - 09:39:16	Pregoeiro	VAMOS INICIAR
08/07/2024 - 09:39:22	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
08/07/2024 - 09:40:31	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/07/2024 - 09:40:31	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/07/2024 - 09:40:31	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
08/07/2024 - 09:40:31	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/07/2024 - 09:41:01	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
08/07/2024 - 09:41:01	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/07/2024 - 09:56:02	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
08/07/2024 - 09:58:32	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/07/2024 às 10:03:32.
08/07/2024 - 10:03:33	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 08/07/2024 às 10:03:32.
08/07/2024 - 10:03:33	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
08/07/2024 - 10:04:39	Sistema	O item 0001 teve como arrematante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 69.000,0000.
08/07/2024 - 10:04:39	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
08/07/2024 - 10:04:56	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/07/2024 às 12:05.
08/07/2024 - 10:05:41	Pregoeiro	fase de negociação está aberta, caso haja possibilidade de melhor ofertar que seja apresentada.
08/07/2024 - 10:20:02	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
08/07/2024 - 10:40:50	Pregoeiro	retornaremos as 13horas
08/07/2024 - 10:55:04	Sistema	O fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
08/07/2024 - 12:55:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/07/2024 às 13:15.
08/07/2024 - 15:24:38	Pregoeiro	Suspender até o dia 09/07/2024, as 13:00h para analise da documentação de habilitação.
09/07/2024 - 12:37:35	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
09/07/2024 - 12:37:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/07/2024 às 13:15.
09/07/2024 - 13:29:15	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
09/07/2024 - 13:29:15	Sistema	Intenção: Conforme o item 9.3.1 do edital.
09/07/2024 - 13:29:30	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 12/07/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 15/07/2024 às 18:00.
17/07/2024 - 07:37:36	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/07/2024 - 07:38:17	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ABRAAO LINCON ELIZEU.
17/07/2024 - 07:38:22	Sistema	O item 0001 foi homologado por ABRAAO LINCON ELIZEU.

ADINAN NOVAIS DE PAULA

Pregoeiro

ABRAAO LINCON ELIZEU

Autoridade Competente

LAURENY ERNESTO DE ANDRADE

Apoio



LILIANA MENEZES MOULAZ

Apoio

