



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
Direção Administrativa

MEMORANDO

De: Direção Administrativa

Assunto: Outras Solicitações

Ilustríssimo Senhor,

Esclarecimento:

1) Os cilindros que deverão ser cedidos em regime de comodato listados abaixo correspondem ao item 3 do termo de referência? São eles: 60 (sessenta) cilindros de (capacidade 50 litros/m³) 10 m³ necessários ao condicionamento de oxigênio comprimido; 25 (vinte e cinco) cilindros de (capacidade 50 litros/m³) necessários ao condicionamento de oxigênio gasoso medicinal e 06 (seis) cilindros de (capacidade 3,5 litros/m³) 4m³ necessários ao condicionamento de oxigênio comprimido. Todos os cilindros citados acima referem-se ao fornecimento do item 3 do termo de referência?

Considerando o anexo II – relação dos objetos, o item 3 faz referência ao oxigênio gasoso. Sendo assim, todos os cilindros citados acima não se referem ao fornecimento apenas do item 3.

Os 25 (vinte e cinco) cilindros de (capacidade 50 litros/m³) necessários ao condicionamento de oxigênio gasoso medicinal que fazem referência ao ar comprimido.

Para melhor entendimento, as nomenclaturas serão alteradas.

Outro ponto observado, os 25 (vinte e cinco) cilindros de (capacidade 50 litros/m³) também são de 10m³?

Sim.

2) Qual a capacidade aproximada dos cilindros que a Contratada deverá fornecer em comodato relativo ao Ar medicinal) - item 2,



visto que o termo de referência não cita?

Considerando o anexo II – relação dos objetos, o item 2 faz referência ao ar comprimido (ar medicinal), a capacidade deverá ser de 10m³.

3) Para o item 2 - Ar Medicinal, pode-se considerar o fornecimento de cilindros de capacidade de 6,6m³ a 9m³?

Considerando o anexo II – relação dos objetos, o item 2 faz referência ao ar comprimido (ar medicinal), a capacidade deverá ser de 10m³.

4) Qual a quantidade de cilindros por gás que a Contratada deverá disponibilizar para o Ar Medicinal - item 2, visto que o termo de referência não cita?

Considerando o anexo II – relação dos objetos, o item 2 faz referência ao ar comprimido (ar medicinal), a quantidade de cilindros é 25 (vinte e cinco).

Certo de contar com sua especial atenção reitero os votos de elevada estima e consideração.

26 julho 2024

SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - RJ





MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

3A0ADAD016E8454E86F148DCE8BB094C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3A0ADAD016E8454E86F148DCE8BB094C>