



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 46/2023 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
20/10/2023 13:24	No lote 4, item 01, no trecho do texto onde diz: “Equipamento resistente a água e poeira, grau de proteção mínimo IP55, resistência a vibração, choque e quedas de mínimo de 1 metros devidamente comprovados em manual, bateria de longa duração com capacidade mínima de 200 choques sendo recarregável acompanhada de carregador de bateria, indicador visual de carga da bateria” Solicitamos que aceite: “Equipamento resistente a água e poeira, grau de proteção mínimo IP54, devidamente comprovados em manual, bateria substituível não recarregável de lítio, com capacidade mínima de 50 choques a 200 joules ou 4 horas de monitorização contínua, indicador visual de carga da bateria” Justificativa: por se tratar de um desfibrilador automático, o produto possui bateria substituível, de longa duração. As alterações trariam a possibilidade da nossa participação, sem alterar qualidade e necessidade solicitada pelo licitante.		Não há arquivo anexado.
DF COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 06350785000109		michele.ramos@dfco	mercio.com.br / (51) 3029-8385

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

TALITA ARAÚJO
PONTA GROSSA-PR - 23/10/2023

Gerado em: 23/10/2023 08:11:55